

Formularz cenowy na dostawę jednorazowych rękawic diagnostycznych

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Wartość brutto (wartość netto + VAT)	Producent	Nazwa handlowa
1.	Jednorazowe rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, niesterylne, długość min. 240 mm, (Ilości z podziałem na rozmiary : "S" - 1 700 op., "M" - 4 400 op., "L" - 3 800 op., "XL" - 100 op.)	op. a 100 szt.	15 000		8%				

Lp.	Wymagania jakościowe bezwzględne (rękawice jednorazowe diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, niesterylne)		Uzupełnia Wykonawca Wpisać "Tak" jeśli oferowany artykuł spełnia wymaganie lub "Nie" jeśli nie spełnia *
1.	Rękawice diagnostyczne i ochronne nitrylowe niesterylne rozmiary S, M, L, XL pakowane po 100 szt w op. (dopuszcza się opakowania w rozmiarze XL pakowane po 90 sztuk)	Tak/Nie	
2.	Równomiernie rolowany brzeg, teksturowane lub mikroteksturowane na końcach palców lub na całej powierzchni, uniwersalna pasująca na prawą i lewą dłoń	Tak/Nie	
3.	Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasa I	Tak/Nie	
4.	Produkt zarejestrowany jako środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Dyrektywą 89/686/EEC / Rozporządzeniem (UE) 2016/425	Tak/Nie	
5.	Zgodność z normami EN 455-1, 2, 3, 4; EN 374-1, 2, 4, 5 ; EN 16523-1; EN -420 lub normami równoważnymi	Tak/Nie	
6.	Opakowanie jednostkowe rękawic fabrycznie oznakowane w min. takie informacje jak: nazwa własna, zdefiniowane przeznaczenie wyrobu, opisany rozmiar, oznakowanie CE , nazwa i adres producenta, data produkcji, data ważności i nr serii, poziom AQL, piktogramy	Tak/Nie	
Lp.	Ocena kryterium jakości	Zakres punktacji	Opis kryterium - dokonuje Wykonawca** (Wykonawca winien wskazać parametr zaoferowanego przedmiotu zamówienia podlegający ocenie w kryterium jakość)
1.	AQL ≤1,5 (0 pkt); AQL ≤ 1,0 (10 pkt); AQL ≤ 0,65 (20 pkt)	od 0/10/20 pkt	

* W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupełnieniu jakiegokolwiek rubryki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

**Do oceny jakościowej na potwierdzenie informacji wpisanych w formularzu cenowym Zamawiający wymaga załączenia do oferty Raportu z badań wykonanych przez niezależne laboratorium lub producenta lub karty technicznej wystawionej przez producenta.