



# Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.

58 - 400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10

tel. 75 744-9036

<http://www.pcz.org.pl>

fax. 75 744-3103

e-mail: [pcz@pcz.org.pl](mailto:pcz@pcz.org.pl)

KRS 0000169608

Wys. kap. zakł. 5 206 000,00 zł

Kamienna Góra, 04.10.2022 r.

## WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Nazwa postępowania: **Dostawa sterylizatora parowego dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **TP 8/2022**

- I. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm. – dalej ustawa Pzp) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

### Pytanie nr 1:

#### Pytanie dot. SWZ:

Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowień urządzeń.

*Uzasadnienie: prosimy o podanie opisu drogi transportowej do Centralnej Sterylizatorni: rozmiarów otworów drzwiowych: ich szerokości i wysokości oraz informacji czy droga transportowa jest płaska - czy nie występują przeszkody architektoniczne typu schody, windy (prosimy o podanie ew. wymiarów windy i jej nośności).*

*Prosimy o podanie rozmiarów najwęższego oraz najniższego przejścia przewidywaną drogą transportową. Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.*

### Odpowiedź na pytanie nr 1:

Na drodze transportowej nie ma przeszkód architektonicznych typu schody, windy; przebiega ona na jednym poziomie (przyziemie) przez 4 otwory drzwiowe o wymiarach (w metrach):

1,7 x 2,2(h)

1,6 x 1,9(h)

0,9 x 1,95(h)

0,89 x 2,0(h)

Wymiary podano w świetle otworów.

### Pytanie nr 2:

#### Pytanie dot. SWZ:

Czy w miejscu posadowienia sterylizatora są niezbędne media, czy nie ma potrzeby wykonania dodatkowych prac budowlanych bądź przebudowy istniejących podłączeń?

*Uzasadnienie: Informacja ta jest niezbędna do kalkulacji przetargowej.*

### Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zgodnie z Tomem III SWZ (pkt 8, 9 i 11) – Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający wykona niezbędne prace budowlane, w tym konieczne przyłącza na podstawie wytycznych przekazanych przez Wykonawcę.

8. Wykonawca w terminie 3 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania koniecznych prac przystosowawczych na potrzeby montażu sterylizatora.
9. Prace przystosowawcze, o których mowa w pkt 8, leżące po stronie Zamawiającego, obejmują wyłącznie prace związane z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych, tj.: przygotowanie otworu w ścianie, przygotowanie posadzki (podłoża) na posadowienie urządzenia, wykonanie koniecznych przyłączy instalacyjnych.
11. Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie blend (paneli) maskujących przestrzeń pomiędzy sterylizatorem a ścianą.

**Pytanie nr 3:**

Pytanie dot. załącznik nar. 1 do SWZ formularza oferty, kalkulacja ceny oferty:

**Kalkulacja ceny oferty**

Lp.	Nazwa art.	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT %	VAT [PLN]	Cena brutto [PLN]
					[kol. 4 x kol. 5]			[kol. 6 + kol. 7]
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>		<b>8</b>
1	Sterylizator parowy (dostawa +montaż)	szt.	1	.....	.....	.....	.....	.....
2	Wózek wsadowy	szt.	1	.....	.....	.....	.....	.....
3	Kosze do sterylizacji	szt.	4	.....	.....	.....	.....	.....
<b>Razem:</b>					.....		.....	.....

Prosimy Zamawiającego o możliwość modyfikacji tabeli poprzez dopisanie kolejnych pozycji:

- sprężarka (stawka 23%VAT),
- stacja uzdatniania wody ze zbiornikiem (stawka 23% VAT),
- gwarancja, przeglądy (23% VAT),
- usługi inne np. zabudowa otworów montażowych) ( stawka 23% VAT),
- transport urządzenia, ew. koszt związane z przekraczaniem barier architektonicznych podczas transportu (stawka 23% VAT).

*Uzasadnienie: sterylizator parowy to urządzenie medyczne opodatkowane stawką VAT 8%, zaś elementy wyposażenia urządzenia i usługi związane z wykonaniem kontraktu np. transport, prace budowlane opodatkowane są stawką 23%.*

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie Kalkulacji ceny oferty – pkt 4.3. Formularza oferty. W pkt 1 „Sterylizator parowy” wyodrębnia się dwie pozycje umożliwiające zastosowanie dwóch stawek VAT.

Zamawiający dodaje ponadto pozycje dotyczące stacji uzdatniania wody ze zbiornikiem oraz dotyczące sprężarki.

Zamawiający zamieszcza Formularz oferty\_ZMIANA uwzględniający dokonane zmiany treści SWZ. Formularz ten jest obowiązujący przy składaniu ofert.

**Pytanie nr 4:**

Dot. załącznika do SWZ: Projektu umowy:

**VI. Kary umowne**

## § 8

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub za odstąpienie Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego - w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1,
- b) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,5% wartości (brutto) umowy określonej w § 5 ust. 1, licząc za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1,
- c) za zwłokę w reakcji serwisu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,5% wartości (brutto) umowy określonej w § 5 ust. 1, licząc za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2.

1.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- a) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 11 ust. 1 - w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1.
2. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Strony ustalają, że Zamawiający może w razie zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z należności Wykonawcy.
3. W przypadku, gdy wysokość wszystkich kar umownych należnych Zamawiającemu przekroczy 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
4. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
5. Łączna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić strony z tytułu niniejszej umowy wynosi 30% wynagrodzenia.

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów na:

## **VI. Kary umowne**

### § 8

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
  - 1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
    - a) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub za odstąpienie Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego - w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1,
    - b) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,2% wartości (brutto) umowy określonej w § 5 ust. 1, licząc za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1,
    - c) za zwłokę w reakcji serwisu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,2% wartości (brutto) umowy określonej w § 5 ust. 1, licząc za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2.
  - 1.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
    - a) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 11 ust. 1 - w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1.
    2. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Strony ustalają, że Zamawiający może w razie zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z należności Wykonawcy.
    3. W przypadku, gdy wysokość wszystkich kar umownych należnych Zamawiającemu przekroczy 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
    4. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
    5. Łączna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić strony z tytułu niniejszej umowy wynosi 30% wynagrodzenia.

*Uzasadnienie: wysokość zaproponowanych kar znacznie przewyższa standardowe stawki stosowane w tego typu umowach.*

### **Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Zamawiający pozostawia wysokość kar umownych bez zmian.

### **Pytanie nr 5:**

Dotyczy pkt. 3 w Załączniku A dotyczącym wymiarów oferowanego sterylizatora. Ze względu na fakt iż proponowany przez nas sprzęt nie wymaga dostępu serwisowego z boku urządzenia ( a wg. naszego rozeznania nie ma przeszkód fizycznych do instalacji) zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do postępowania urządzenia o szerokości 903 mm.

### **Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Zamawiający zmienia treść pkt 3 Załącznika A do Formularza ofert, który przyjmuj następujące brzmienie:

3.	Wymiary sterylizatora: - szerokość maksymalna - 910 mm - głębokość maksymalna - 1500 mm - wysokość maksymalna - 2400 mm	
----	--	--

Zamawiający zamieszcza Załącznik A do Formularza oferty\_ZMIANA, uwzględniający dokonane zmiany treści SWZ. Formularz ten jest obowiązujący przy składaniu ofert.

Powyższe wymiary są maksymalne. Wykonawca oferując dane urządzenie winien uwzględnić wymiary drogi transportowej (otworów drzwiowych) określone w Odpowiedzi na pytanie nr 1. Nie dopuszcza się konieczności poszerzania istniejących otworów. Oferowane urządzenie musi posiadać taką szerokość lub głębokość, które pozwolą bezkolizyjnie przetransportować sterylizator przez istniejące otwory drzwiowe.

**Pytanie nr 6:**

Prosimy o dopuszczenie do oceny sterylizator z drzwiami przesuwanymi w płaszczyźnie poziomej o napędzie pneumatycznym.

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Zamawiający dopuszcza drzwi przesuwane w płaszczyźnie poziomej przy zachowaniu maksymalnych wymiarów zewnętrznych urządzenia. Otwieranie drzwi w poziomie nie może powodować powiększenia maksymalnej szerokości sterylizatora.

Zamawiający zmienia treść pkt 5 Załącznika A do Formularza oferty – zgodnie z Odpowiedzią na pytanie nr 10.

**Pytanie nr 7:**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem sprężarki cichobieźnej, bezolejowej do napędu mechanizmu drzwi oraz sterowania zaworami pneumatycznymi, czy też posiada własne źródło sprężonego powietrza? W przypadku posiadania w miejscu instalacji sprężonego powietrza prosimy o podanie jego parametrów (ciśnienia roboczego).

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Zgodnie z pkt 27 Załącznika A do Formularza oferty, sterylizator winien być wyposażony w cichobieźną sprężarkę powietrza (zamontowaną lub dołączoną do urządzenia).

**Pytanie nr 8:**

Dotyczy SWZ, Termin realizacji zamówienia.

Czy Zamawiający zgodzi się na przedłużenie terminu realizacji zamówienia o dodatkowe 28 dni? Uzasadnienie: Myjnie i sterylizatory są produkowane pod konkretną specyfikacją, wymagania Zamawiającego. W obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej, pomimo wdrożonych specjalnych programów produkcyjnych terminy produkcji uległy wydłużeniu.

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia i wydłuża go do 16 tygodni od daty zawarcia umowy.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie terminu wykonania zamówienia w następujący sposób:

W Tomie I SWZ w pkt 8, w Tomie II SWZ w par. 4 ust.1 oraz w Tomie III SWZ w pkt 5 termin „12 tygodni” zmienia się na „16 tygodni”.

**Pytanie nr 9:**

Dotyczy SWZ, Czas realizacji zamówienia.

Prosimy o dopuszczenie montażu w standardowych godzinach pracy, w dni robocze.

Uzasadnienie: Dostawienie kolejnego urządzenia nie będzie się wiązało z wyłączeniem obecnego sterylizatora, w związku z tym nie zakłóci pracy szpitala.

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

Zgodnie z pkt 10 Tomu III SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) „...Zamawiający zastrzega sobie **możliwość** wyznaczenia montażu po godzinie 14-tej (w dni robocze szpitala), jak również w sobotę.”

W świetle tych postanowień, Zamawiający nie wyklucza możliwości montażu urządzenia przez Wykonawcę w dni robocze w standardowych godzinach pracy, jednak może to nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego rozwiązania organizacyjne nie zakłócą ciągłości funkcjonowania Centralnej Sterylizatorni.

**Pytanie nr 10:**

Dotyczy Załącznik A, pkt. 5

Prosimy o dopuszczenie do oceny urządzenie z elektrycznym napędem drzwi

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważne do opisanego, dodatkowo podnosi poziom bezpieczeństwa w trakcie eksploatacji urządzenia, zabezpieczając przed gwałtownym opadnięciem drzwi w przypadku awarii.

**Odpowiedź na pytanie nr 10:**

Zamawiający dopuszcza sterylizator z elektrycznym napędem drzwi.

Zamawiający zmienia treść pkt 5 Załącznika A do Formularza oferty, który przyjmuje następujące brzmienie:

5.	Drzwi sterylizatora przesuwne w płaszczyźnie pionowej, zamykane i otwierane automatycznie, napęd drzwi pneumatyczny lub elektryczny. Dopuszcza się drzwi przesuwane w płaszczyźnie poziomej pod warunkiem, że rozwiązanie to nie powoduje zwiększenia szerokości maksymalnej sterylizatora.	
----	---	--

**Pytanie nr 11:**

Dotyczy Załącznika A, pkt. 9

Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga minimalnej wielkości wyświetlacza LCD, np. 8 cali? Uzasadnienie: Podany parametr ma znaczący wpływ na czytelność danych i walory użytkowe urządzenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 11:**

Zamawiający wymaga wyświetlacza zapewniającego wyraźne i czytelne przedstawianie danych/parametrów procesu sterylizacji.

**Pytanie nr 12:**

Dotyczy Załącznika A pkt. 18

Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga w podanym podpunkcie, zapisu danych w sterowniku jako określonej liczby cykli przeprowadzonych procesów o określonej minimalnej pojemności zapisu, np.: 10000, 20000 lub 30000. Z zapisu wynika, że zamawiający oczekuje zabezpieczenia przed utratą danych o przeprowadzonym procesie sterylizacji, a tylko opisane rozwiązanie jest w stanie w pełni zabezpieczyć jednostkę Centralnej Sterylizatorni przed ewentualnymi roszczeniami.

**Odpowiedź na pytanie nr 12:**

Zamawiający nie określa liczby cykli przeprowadzonych procesów sterylizacji zapisywanych w sterowniku.

**Pytanie nr 13:**

*Poz. 3 „Wymiary sterylizatora max. (szer. x głęb.): 800 x 1000 mm +/-5%; wys. maks. 2400 mm”*

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do przetargu wysokiej jakości autoklawu parowego posiadającego drzwi automatyczne o minimalnych wymiarach: Szerokość - 837 mm, wysokość - 2027 mm, głębokość - 1456 mm.

**Odpowiedź na pytanie nr 13:**

Zgodnie z Odpowiedzią na pytanie nr 5.

**Pytanie nr 14:**

*Poz. 5 „Drzwi sterylizatora przesuwne w płaszczyźnie pionowej, zamykane i otwierane automatycznie, napęd drzwi pneumatyczny”*

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do przetargu autoklawu parowego z drzwiami automatycznymi wykonanymi w technologii – napęd drzwi elektryczny (silnik elektryczny). Zastosowanie napędu elektrycznego jest mniej zawodnym rozwiązaniem aniżeli napęd drzwi pneumatyczny.

**Odpowiedź na pytanie nr 14:**

Zgodnie z Odpowiedzią na pytanie nr 10.

**Pytanie nr 15:**

*Poz. 10 „Wyświetlane komunikaty tekstowe na wyświetlaczu oraz opisy zewnętrzne na sterylizatorze w języku polskim”*

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do przetargu systemu, który wyświetla ikony poszczególnych funkcji w postaci piktogramu.

**Odpowiedź na pytanie nr 15:**

Zamawiający wymaga komunikatów tekstowych.

**Pytanie nr 16:**

*Poz. 12 „Minimum 6 programów sterylizacyjnych 121 i 134oC z fazą frakcjonowanej próżni wstępnej”*

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do przetargu autoklawu parowego z 5 programami sterylizacyjnymi, 121 i 134oC.

**Odpowiedź na pytanie nr 16:**

Zamawiający pozostawia minimalną ilość programów sterylizacyjnych bez zmian.

-----

- II. Uwzględniając powyższe zmiany treści SWZ, Zamawiający w oparciu o art. 286 ust.3 ustawy Pzp zmienia terminy składania i otwarcia w następujący sposób:

**Nowy termin składania ofert: 12.10.2022 r. godz.10:00**

**Nowy termin otwarcia ofert: 12.10.2022 r. godz.11:00**

Skutkiem powyższej zmiany, zmianie ulega brzmienie pkt 24.1. Tomu I SWZ, który przyjmuje następujące brzmienie:

*„24.1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 10.11.2022 roku”*

-----

- III. Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

**Prezes Zarządu**

**Barbara Kosak**