



**Łukasiewicz**  
PORT  
Polski Ośrodek  
Rozwoju  
Technologii

I.dz. 171/2024/W

Wrocław dn. 17.01.2024 r.

## Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawa aparatury laboratoryjnej do pracy na liniach komórkowych**”, nr sprawy: **PO.271.117.2023.**

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 135 i 137 ustawy PZP (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmianą.

### **Pytanie 9:**

Część 2

Czy Zamawiający dopuści termomikser sterowane za pomocą dotykowego wyświetlacza bez predefiniowanych przycisków?

### **Odpowiedź 9:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie 10:**

Część 2

Czy Zamawiający dopuści termomikser z lepszą szybkością chłodzenia 5,33°C/min. W zakresie od 100°C do temp. pokojowej?

### **Odpowiedź 10:**

Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na podany zakres od 100°C do temperatury pokojowej. Jednocześnie Zamawiający wprowadził zmianę dot. parametru opisaną poniżej.

### **Pytanie 11:**

Część 2

Czy Zamawiający dopuści termomikser o szerokości 22 cm?

### **Odpowiedź 11:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

Ponadto z uwagi na omyłkę w treści OPZ, Zamawiający zmienia treść załącznika nr 2 OPZ w części nr 2 w zakresie:

Przed zmianą było:

„- prędkość schładzania: nie więcej niż 2,5°C/min,”

Po zmianie jest:

„- **prędkość schładzania: nie mniej niż 2,5°C/min,**”



NARODOWE CENTRUM NAUKI

**Strona 1 z 1**

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii  
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00  
E-mail: [biuro@port.lukasiewicz.gov.pl](mailto:biuro@port.lukasiewicz.gov.pl) | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168  
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,  
Nr KRS: 0000850580

