



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
w PILE  
im. Stanisława Staszica  
64-920 Pila, ul. Rydygiera 1

Sekretariat (067) 210 62 00  
Centrala (067) 210 66 66  
Fax (067) 212 40 85  
e-mail: [wspila@pi.onet.pl](mailto:wspila@pi.onet.pl)  
[www.szpitalpila.pl](http://www.szpitalpila.pl)



Piła, dnia 14.07.2022 roku

FZP.II-241/82/22/ZO

**Uczestnicy postępowania**

dotyczy: zapytania ofertowego pn. „WKŁADY WORKOWE DO SSAKÓW” II

Szpital Specjalistyczny w Pile, w związku z pytaniami zadanyymi przez Wykonawców w toku zapytania ofertowego, udziela wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

Zapytanie poz 2

Czy w poz 2 łącznik do próżni Zamawiający ma na myśli łącznik obrotowy o konstrukcji schodkowej z podwójnym uszczelnieniem montowany na pojemniku wielorazowym do podłączenia dreny do próżni z możliwością jego wymiany,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 2**

Zapytanie poz 3

Czy w poz 3 Zawór odcinający Zamawiający ma na myśli łącznik montowany na pojemniku wielorazowym do podłączenia próżni z możliwością otwarcia i zamknięcia dopływu podciśnienia bezpośrednio na pojemniku wielorazowym .

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 3**

Prosimy o dopuszczenie wkładu gdzie w pokrywie znajdują się tylko dwa krućce: pacjent i próżnia. Taki typ wkładów zamawiający obecnie użytkuje.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności(data ważności) i identyfikacji(numer serii), po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały. Fabrycznie nadrukowana data ważności, warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie. Takie bezpieczne wkłady zamawiający obecnie użytkuje.

**Odpowiedź: Zmawiający wymaga.**