

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa termomiksera laboratoryjnego do mikropróbówek – 1 sztuka

Wymagane minimalne parametry techniczne:

- 1) Musi umożliwiać grzanie i mieszanie (wyrząsanie) próbek w trybie łączonym (jednoczesne grzanie i mieszanie) lub niezależnym (tylko grzanie lub tylko mieszanie);
- 2) W wyposażeniu blok na co najmniej 24 próbki o objętości 2 ml;
- 3) Zakres ustawienia temperatury możliwy co najmniej w przedziale od 25°C - 96°C;
- 4) Dokładność temperatury w +37°C nie większa niż 0,5°C;
- 5) Mieszanie w oparciu o ruch orbitalny;
- 6) Liczba obrotów na minutę w zakresie co najmniej od 250 do 1400;
- 7) Cyfrowa kontrola czasu i prędkości wyrząsania oraz temperatury z poziomu wyświetlacza;
- 8) Możliwość doposażenia sprzętu w dodatkowe, dedykowane bloki na próbki o pojemności 0,5 ml i płytki 96 dołkowe do PCR.