

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

## WYKONAWCY

Łódź, dnia 27.07.2023 r.

### ZP/ 67 /2023

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury medycznej w ramach Umowa o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0114/22-00/305/2023/304 Projektu pn. „Przebudowa i doposażenie Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” nr POIS.11.03.00-00-0114/22 w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi wyjaśnia co następuje:

#### Pytanie 1

Pytanie dotyczy pkt 199 załnr 2 do SWZ

Czy zamawiający dopuści Bezwkładowy, trzykanałowy, tłokowy (nie pompa perystaltyczna) wstrzykiwacz środka kontrastowego do badań metoda tomografii komputerowej MEDRAD CENTARGO?

PARAMETRY I FUNKCJE WSTRZYKIWACZA:

- System o gwarantowanej sterylności zestawu dziennego przez 24 godziny
- Dwa źródła środka kontrastowego i jedno soli fizjologicznej
- Ostrza typu spike o 24-godzinnej gwarancji sterylności zintegrowane z zestawem dziennym z możliwością wymiany w razie konieczności bez wymiany całego zestawu dziennego
- Mocowana zatraskowo linia pacjenta
- Automatyczne odpowietrzanie systemu przed badaniem oraz automatyczne wypełnienie linii pacjenta po każdej wymianie
- Iniekcje wielofazowe z możliwością zaprogramowania do 60 faz na jeden protokół badania
- Pojemnik na płyny do odpowietrzania wbudowany w urządzenie
- Dwa ekrany sterujące z intuicyjnym interfejsem użytkownika połączone za pomocą Wi-Fi
- Interfejs użytkownika w języku polskim
- Instrukcja postępowania dla użytkownika wyświetlana na ekranie sterującym
- Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, minimalny czas pracy baterii 16 godzin lub 60 iniekcji
- Wbudowane w system ogrzewacze środka kontrastowego
- Komunikacja ze skanerem w klasie CAN IV?

Uzasadnienie: Parametry, których Zamawiający wymaga w pkt 123 zał nr2 do SWZ wykraczają poza możliwości wstrzykiwaczy dwutłokowych.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie 2

Załącznik nr 2 Zestawienie parametrów technicznych.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wraz z dostawą urządzenia wymaga zapewnienia Zamawiającemu lub wskazanym przez niego podmiotom swobodnego dostępu do oprogramowania serwisowego zainstalowanego na urządzeniu. Rozwiązanie takie zapewni Zamawiającemu swobodny wybór firmy serwisującej po okresie gwarancji co wydatnie przyczyni się do obniżenia kosztów obsługi serwisowej kupowanego urządzenia.

**Odpowiedź: Powyższe postępowanie nie dotyczy okresu pogwarancyjnego. Zamawiający potwierdza że urządzenia będące przedmiotem postępowania nie mogą posiadać żadnych blokad oprogramowania ani funkcjonalności po wygaśnięciu gwarancji**

#### Pytanie 3

Dotyczy SWZ, rozdział VI, pkt. 1.1 ppkt. b)

Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie

parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy/ Podmiotu posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży tomografu komputerowego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### **Pytanie 4**

Dotyczy SWZ, rozdział VI, pkt. 1.1 ppkt. b)

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga dostarczenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, jedynie dla głównego przedmiotu zamówienia (tj. tomografu komputerowego), z wyłączeniem wyposażenia dodatkowego a tym bardziej usług czy zapisów gwarancyjnych?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

#### **Pytanie 5**

Dotyczy SWZ, rozdział VI, pkt. 1.1 ppkt. b)

Czy w związku z brakiem podziału przedmiotowego zamówienia na części Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z w/w punktu zapisu o treści: „[...] wraz z podaniem nr Pakietu i nr pozycji, którego dotyczy.”?

**Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę na zmianę zapisu SWZ, rozdział VI, pkt. 1.1 ppkt. b) w brzmieniu: „Dokument potwierdzający opis przedmiotu zamówienia pochodzący od producenta/wytwórcy/autoryzowanego przedstawiciela lub informacja wygenerowana elektronicznie z oficjalnego portalu /strony producenta. Należy dołączyć kartę katalogową / dokument informacyjny dotyczący przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zaoferował, umożliwiający weryfikację zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ”.**

**Dokonane zmiany należy czytać łącznie z dokumentami postępowania.**

#### **Pytanie 6**

Dotyczy załącznika nr 6 do SWZ, §8, ust. 4 pkt. f

Prosimy o wyłączenie sytuacji:

- nieautoryzowanych napraw wykonanych przez Zamawiającego lub strony trzecie
- Eksploatacji niezgodnie z instrukcją obsługi urządzenia
- Niezachowania wymaganych warunków środowiskowych (temperatura i wilgotność)
- Uszkodzeń z winy użytkownika
- Zalania, pożaru, klęsk żywiołowych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę na zmianę zapisu § 8 ust. 4 pkt. f), w brzmieniu:**

**„w okresie gwarancji Wykonawca ponosi w pełnej wysokości koszty napraw oraz wymiany wszelkich uszkodzonych elementów, które uległy uszkodzeniu w czasie pracy, jak również inne koszty związane z naprawą (w tym koszty dojazdu, itp.) z wyłączeniem następujących sytuacji:**

- nieautoryzowanych napraw wykonanych przez Zamawiającego lub strony trzecie,
- eksploatacji niezgodnie z instrukcją obsługi urządzenia,
- uszkodzeń z winy użytkownika,
- zalania, pożaru, klęsk żywiołowych”.

**Dokonane zmiany należy czytać łącznie z dokumentami postępowania.**

#### **Pytanie 7**

Dotyczy SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający najpóźniej w dniu podpisania umowy wyznaczy termin przekazania pomieszczeń tomografu komputerowego. W przypadku zwłoki z wydaniem pomieszczeń termin realizacji zadania zostanie wydłużony o ten czas zwłoki.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**Pytanie 8**

Dotyczy SWZ

Prosimy o podanie przekroju obecnie używanych kabli do zasilania aparatu TK.

**Odpowiedź: Zamawiający udostępni dokumentację wykonawcy po podpisaniu umowy zamawiający wyraża zgodę na wizję lokalną w czasie trwania postępowania.**

**Pytanie 9**

Dotyczy SWZ

Prosimy o udostępnienie archiwalnego projektu konstrukcyjnego stropu nad i pod pracownią tomografu komputerowego.

**Odpowiedź: Zamawiający udostępni dokumentację wykonawcy po podpisaniu umowy**

**Pytanie 10**

Dotyczy SWZ

Prosimy o udostępnienie projektu instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznej, wody chłodzącej wchodzące w zakres pomieszczenia objętego postępowaniem (jeżeli dotyczy).

**Odpowiedź: Zamawiający udostępni dokumentację wykonawcy po podpisaniu umowy**

**Pytanie 11**

Dotyczy SWZ

Prosimy o opublikowanie/udostępnienie aktualnego Projektu Osłon Stałych dla obecnie zainstalowanego tomografu komputerowego.

**Odpowiedź: Zamawiający udostępni dokumentację wykonawcy po podpisaniu umowy**

**Pytanie 12**

Dotyczy SWZ

Prosimy o opublikowanie/udostępnienie planu pomieszczeń przewidzianych do projektu osłon radiologicznych z uwidocznieniem: grubości ścian, technologii wykonania ścian i tynków oraz osłon radiologicznych.

**Odpowiedź: Zamawiający udostępni dokumentację wykonawcy po podpisaniu umowy**

**Pytanie 13**

Dotyczy SWZ

Prosimy o podanie szacowanej tygodniowej ilości badań, a także wartości napięcia, natężenia prądu oraz czasu ekspozycji dla planowanych badań. Dane potrzebne są do nowego Projektu Osłon Stałych.

**Odpowiedź: Zamawiający szacuje ilość badań na 250 tygodniowo. Pozostałe dane Zamawiający udostępni wykonawcy po podpisaniu umowy**

**Pytanie 14**

Dotyczy SWZ

Prosimy o wykreślenie wymogu dostarczenia decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na stosowanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące aparatu konieczne do odbioru przez PWIS. Tomograf komputerowy oraz pracownia wymaga zezwolenia na użytkowanie wydanego przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, jednak formalnie stroną wnioskującą do PWIS jest zgodnie z przepisami właściciel i użytkownik aparatu, a nie dostawca. Również dokumenty stanowiące załącznik do wniosku tylko w części dotyczą aparatu i są w gestii dostawcy sprzętu. W związku z powyższym prosimy o zmianę wymagań na następujące: „Przekazanie do użytkowania wraz wykonaniem wymaganych testów akceptacyjnych, specjalistycznych itp. po uruchomieniu Tomograf komputerowy i wszystkich wymaganych pomiarów oraz dostarczenie atestów, certyfikatów i innych dokumentów dotyczących urządzenia, a niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego zezwolenia na użytkowanie wydawanego przez PWIS”.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z SWZ nie wymaga dostarczenia decyzji, przy zastrzeżeniu że całość dokumentów wymaganych przez PWIS, w zakresie SWZ zostanie przekazana zamawiającemu nie później niż 30 dni przed zakończeniem umowy.**

**Pytanie 15**

Dotyczy SWZ

W przypadku odmowy na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że protokół bezusterkowego odbioru sprzętu (zwany też protokołem końcowym) zostanie podpisany po realizacji zadania, rozumianym jako adaptacji pomieszczenia, wykonaniu dostawy , instalacji, uruchomienia i przekazanie do użytkowania tomografu komputerowego wraz z wykonaniem testów akceptacyjnych, a sam czas oczekiwania na wydanie decyzji PWIS nie będzie wliczany do czasu realizacji całego zadania. Termin uzyskania zezwolenia nie jest w żadnym stopniu zależny od Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**Pytanie 16**

Dotyczy SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania demontażu niszczącego dla obecnego tomografu komputerowego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

**Pytanie 17**

Dotyczy SWZ

Prosimy o doprecyzowanie wymaganego zakresu prac przystosowawczych dla pomieszczeń tomografu komputerowego. Brak opisu oznacza wykonanie tylko niezbędnej adaptacji zgodnej z wymogami producenta– tj. wykonanie prac koniecznych do zainstalowania aparatu dla realizacji zadania z wykorzystaniem istniejących elementów (grzybki awaryjne, lampy ostrzegawcze, kanały kablowe itp.).

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 18**

Dotyczy SWZ

Prosimy o udostępnienie/opublikowanie rzutu architektonicznego wraz z przekrojami poziomu kondygnacji obejmującego swym zakresem pracownię tomografii komputerowej oraz możliwą drogę transportu.

**Odpowiedź: Zamawiający udostępni dokumentację wykonawcy po podpisaniu umowy**

**Uwaga**

- 1) W przypadku dopuszczenia parametrów, zapisów innych niż opisane w SWZ, Zamawiający prosi, aby zaznaczyć, iż parametry, zapisy zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień treści SWZ z powołaniem odpowiedniego numeru odpowiedzi.
- 2) Powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacje stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający udostępnił na stronie internetowej [https://platformazakupowa.pl/pn/csk\\_umed](https://platformazakupowa.pl/pn/csk_umed)  
- treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Kinga Miśkiewicz