



L.dz. Adm 13/2022/5943, 5981, 6004/2022

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, przekazuje poniżej treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. **Dostawa łóżek, materacy i szafek medycznych na wyposażenie Oddziału 19B Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku – znak sprawy Adm 13/2022.**

I.p.	Treść pytania	Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego
1	Pakiet nr 1 - Dostawa łóżek szpitalnych z materacami Czy Zamawiający dopuści łóżka o wysokości wezgłowia 80cm ?	Tak, Zamawiający dopuszcza.
2	Pakiet nr 1 - Dostawa łóżek szpitalnych z materacami Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami mocowanymi za pomocą śrub do rur będących przedłużeniem szczytów?	Tak, Zamawiający dopuszcza.
3	Pakiet nr 1 - Dostawa łóżek szpitalnych z materacami Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym siatką zgrzewaną o oczkach 5x10 cm z drutu o śr. 5 mm?	Tak, Zamawiający dopuszcza.
4	Pakiet nr 1 - Dostawa łóżek szpitalnych z materacami Czy Zamawiający dopuści łóżko z mechanizmem zapadkowym 10- stopniowym?	Tak, Zamawiający dopuszcza.
5	Pakiet nr 1 - Dostawa łóżek szpitalnych z materacami Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami mocowanymi do ramy leża przykręcanymi od dołu dwiema specjalnymi śrubami zabezpieczonymi przed odkręceniem?	Tak, Zamawiający dopuszcza.
6	Pakiet nr 1 - Dostawa łóżek szpitalnych z materacami Czy Zamawiający dopuści łóżko z centralnym hamulcem bez wysuwanej dźwigni nożnej?	Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
7	Pakiet nr 1 - Dostawa łóżek szpitalnych z materacami Czy Zamawiający dopuści łóżko o wadze ok. 70kg?	Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
8	Pakiet nr 2 dostawa szafek przyłóżkowych - Szafka z blatem bocznym – 20 szt. Czy zamawiający dopuści szafkę o wymiarach zewnętrznych 430x570mm?	Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
9	Pakiet nr 2 dostawa szafek przyłóżkowych - Szafka z blatem bocznym – 20 szt. Czy zamawiający dopuści szafkę z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 780-1080mm?	Tak, Zamawiający dopuszcza.
10	Pakiet nr 2 dostawa szafek przyłóżkowych - Szafka z blatem bocznym – 20 szt. Prosimy o informację jakich blatów oczekuje zamawiający z płyty laminowanej czy płyty HPL?	Zamawiający oczekuje blatów z płyty laminowanej.



11	Pakiet nr 2 dostawa szafek przyłóżkowych - Szafka przyłóżkowa metalowa 31 szt. Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach zewnętrznych 430x430mm?	Tak, Zamawiający dopuszcza.
12	Pakiet nr 2 dostawa szafek przyłóżkowych - Szafka przyłóżkowa metalowa 31 szt. Prosimy o informację jakich blatów oczekuje zamawiający z płyty laminowanej czy płyty HPL?	Zamawiający oczekuje blatów z płyty laminowanej.
13	Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym (20 szt.) o szerokości 400 mm (szerokość wraz ze złożonym blatem bocznym 620 mm), głębokości 460 mm, wysokości 800 mm?	Tak, Zamawiający dopuszcza.
14	Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym (20 szt.) oraz szafkę przyłóżkową (31 szt.) z szufladą na prowadnicach rolkowych bez magnesu oraz drzwiczkami z mechanizmem magnetycznym?	Tak, Zamawiający dopuszcza.
15	Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym (20 szt.) oraz szafkę przyłóżkową (31 szt.) z przestrzenią między szufladą, a drzwiczkami wynoszącą 11 cm?	Tak, Zamawiający dopuszcza.
16	Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym (20 szt.) oraz szafką przyłóżkową (31szt.) z komorą bez półki wewnątrz komory?	Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
17	Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym (20 szt.), którego wysokość regulowana jest w zakresie 800-1200 mm?	Tak, Zamawiający dopuszcza.
18	Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym regulowanym za pośrednictwem mechanizmu dociskowego?	Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
19	Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym (20 szt.) oraz szafkę przyłóżkową (31 szt.) z możliwością wyboru kolorów blatów spośród 12 oraz kolorów powierzchni lakierowanych spośród 2 kolorów?	Tak, Zamawiający dopuszcza.
20	Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (31 szt.) o szerokości 400 mm, głębokości 460 mm, wysokości 800 mm?	Tak, Zamawiający dopuszcza.
21	Dotyczy: Pakiet nr 2 – Dostawa szafek przyłóżkowych: Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o wymiarach 424 x 440 mm ?	Tak, Zamawiający dopuszcza.
22	Dotyczy: Pakiet nr 2 – Dostawa szafek przyłóżkowych: Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, w której wolna przestrzeń na dodatkowe rzeczy pacjenta pomiędzy szufladą a komorą wynosi 105 mm?	Tak, Zamawiający dopuszcza.
23	Dotyczy: Pakiet nr 2 – Dostawa szafek przyłóżkowych: Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę wyposażoną w cztery kółka niebrudzące powierzchni o średnicy 50 mm, z czego cztery posiadają hamulec?	Tak, Zamawiający dopuszcza.
24	Dotyczy: Pakiet nr 2 – Dostawa szafek przyłóżkowych: Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, której blat boczny posiada regulację w zakresie 740 – 1130 mm?	Tak, Zamawiający dopuszcza.
25	Dotyczy: Pakiet nr 2 – Dostawa szafek przyłóżkowych: Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową bez sprężyny gazowej do regulacji wysokości blatu, w której w celu zmiany wysokości blatu bocznego należy przytrzymać jedną ręką ramkę, następnie drugą ręką odblokować mechanizm za	Nie, Zamawiający nie dopuszcza.



	<p>pomocą pokrętła i następnie po ustawieniu blatu na dowolnie wybraną wysokość zablokować mechanizm za pomocą pokrętła?</p>	
26	<p>Dotyczy: Pakiet nr 2 – Dostawa szafek przyłóżkowych: Szafka przyłóżkowa metalowa Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o wymiarach 424 x 440 mm ?</p>	Tak, Zamawiający dopuszcza.
27	<p>Dotyczy: Pakiet nr 2 – Dostawa szafek przyłóżkowych: Szafka przyłóżkowa metalowa Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o wysokości 825 mm?</p>	Tak, Zamawiający dopuszcza.
28	<p>Dotyczy: Pakiet nr 2 – Dostawa szafek przyłóżkowych: Szafka przyłóżkowa metalowa Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, w której wolna przestrzeń na dodatkowe rzeczy pacjenta pomiędzy szufladą a komorą wynosi 105 mm?</p>	Tak, Zamawiający dopuszcza.
29	<p>Dotyczy: Pakiet nr 2 – Dostawa szafek przyłóżkowych: Szafka przyłóżkowa metalowa Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę wyposażoną w cztery kółka niebrudzące powierzchni o średnicy 50 mm, z czego cztery posiadają hamulec?</p>	Tak, Zamawiający dopuszcza.
30	<p>Dotyczy: Pakiet nr 1 – Dostawa łóżek szpitalnych z materacami: Łóżko szpitalne psychiatryczne wzmocnione z systemem jezdny Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szczyty łóżka przykręcane do ramy na dwie śruby z każdej strony- przechodzące przez wzmocniony i gwintowany kątownik zabezpieczony przed odkręceniem, zaokrąglony zmniejszający ryzyko urazu?</p>	Tak, Zamawiający dopuszcza.
31	<p>Dotyczy: Pakiet nr 1 – Dostawa łóżek szpitalnych z materacami: Łóżko szpitalne psychiatryczne wzmocnione z systemem jezdny Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy 125 mm, każde z indywidualną blokadą, opony lite, niebrudzące?</p>	Tak, Zamawiający dopuszcza.
32	<p>Dotyczy: Pakiet nr 1 – Dostawa łóżek szpitalnych z materacami: Łóżko szpitalne psychiatryczne wzmocnione z systemem jezdny Czy Zamawiający dopuści koła mocowane na stałe?</p>	Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
33	<p>Dotyczy: Pakiet nr 1 – Dostawa łóżek szpitalnych z materacami: Łóżko szpitalne psychiatryczne wzmocnione z systemem jezdny Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nogi łóżka wykonane z rury fi 33,7 ze ścianką 2 mm?</p>	Tak, Zamawiający dopuszcza.
34	<p>Dotyczy: Pakiet nr 1 – Dostawa łóżek szpitalnych z materacami: Łóżko szpitalne psychiatryczne wzmocnione z systemem jezdny Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z udźwigiem 230 kg?</p>	Tak, Zamawiający dopuszcza.
35	<p>Dotyczy: Pakiet nr 1 – Dostawa łóżek szpitalnych z materacami: Łóżko szpitalne psychiatryczne wzmocnione z systemem jezdny Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wagę łóżka z barierkami 80 kg?</p>	Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Wykonała: Dorota Achcińska
Dział Zamówień Publicznych
e-mail: dzpublicznych@wsp-bilikiewicz.pl
tel. 58 52 47 518