



Znak: AE/ZP-27-63/20

Tarnów, 2020-09-14

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, łąt naczyniowych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

Dotyczy Pakietu Nr 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie silikonowego drenu Kehra w rozmiarze 80x10x10 cm dostępnego w średnicach 12, 14, 16, CH.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4** drenu Kehra w rozmiarze 80x10x10 cm dostępnego w średnicach 12, 14, 16 CH, pod warunkiem zaoferowania również drenu o średnicy mieszczącej się w przedziale 9-10 CH.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie
Marek Kuta

