



Olsztyn, dn. 21 grudnia 2023 r.

**Nr sprawy 50/2023**

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Dotyczy: odpowiedzi dotyczących postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu na dostawę wyrobów medycznych (powtórzenie unieważnionych części zamówienia w postępowaniu nr sprawy 31/2023.)**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania.

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

#### **ZESTAW 1**

Zadanie 5 Pozycja 1 - Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczania linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakiegokolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylna), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Zamawiający przesługuje termin składania ofert na:**

- Termin składania ofert 05.01.2024 r. godz. 9.00
- Termin otwarcia ofert 05.01.2024 r. godz. 9.15
- Termin związania ofertą: 03.02.2024 r.

Informacja przeznaczona do publikacji na stronie postępowania:

[https://platformazakupowa.pl/pn/usk\\_olsztyn/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings)