

L.dz. 5B10.1231.2023.MK
Gdańsk, dnia 17.11.2023 r.

Centrum Zamówień Publicznych

Dział Zamówień Publicznych

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOWYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA TREŚCI SWZ

zestaw nr 1

Dotyczy: postępowania nr 5B10.291.1.165.2023.MK na dostawę wyparek wraz z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), zwane dalej Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
Pytania do umowy:		
1.	Pytanie do części II Wyparka nr 2 Punkt 1 Wyparka podpunkt 3: Czy Zamawiający dopuszcza kontrolę szybkości obrotów za pomocą pokrętła z nastawą szybkości obrotów w przedziale 1-10, gdzie wartości te proporcjonalnie odpowiadają zakresowi 20 rpm (wartość 1 na pokrętło) – 280 rpm (wartość 10 na pokrętło)?	Zamawiający nie wyraża zgody.
2.	Pytanie do części II Wyparka nr 2 Punkt 1 Wyparka podpunkt 7: Czy Zamawiający dopuszcza wyświetlacz pokazujący temperaturę bez prędkości obrotowej?	Zamawiający nie wyraża zgody.
3.	Pytanie do części II Wyparka nr 2 Punkt 1 Wyparka podpunkt 8a: Czy Zamawiający dopuszcza butelkę Woulffa o pojemności 125 ml?	Zamawiający wyraża zgodę i zmienia pkt 1 Wyparka ppkt 8a: Było: Butelka Woulffa o poj. ≥ 250 ml Po zmianie: Butelka Woulffa o poj. co najmniej 125 ml
4.	Pytanie do części II Wyparka nr 2 Punkt 3 Chiller podpunkt 1: Czy Zamawiający dopuszcza chiller o stałej nastawie temperatury na 10°C?	Zamawiający nie wyraża zgody.

5.	Pytanie do części II Wyparka nr 2 Punkt 3 Chiller podpunkt 6: Czy Zamawiający dopuszcza chiller bez automatycznego zatrzymania po zakończonej destylacji?	Zamawiający nie wyraża zgody.
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

W związku z odpowiedziami na pytania Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść Opisu przedmiotu zamówienia - załącznika nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmodyfikowany dokument:

Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do SWZ) o nazwie „Opis przedmiotu zamówienia po zmianie z dnia 17.11.2023 r.”, który zastępuje dotychczasowy Opis przedmiotu zamówienia.

Wprowadzony nowy dokument jest obowiązujący dla prawidłowo złożonej oferty.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Termin składania ofert i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

SPECJALISTA ADMINISTRACYJNY
ds. zamówień publicznych


mgr Marta Kujawska-Nowik