



Gdańsk, 25.11.2021 r.

nr postępowania: ZP/216/005/D/21

Dotyczy: Dostawa analizatora do określenia stężenia wodoru dyfundującego oraz wodoru pozostającego w próbkach stałych metodą gazu nośnego i ekstrakcji na gorąco, wraz z piecem, komputerem i oprogramowaniem dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej

Informuję, iż w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej „Ustawą Pzp” wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ). **Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp udzielił następujących odpowiedzi a na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonał następujących zmian SWZ:**

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 5 ustęp 6 pkt 3) zapisu:  
W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta z zagranicy, termin ten może zostać przedłużony o czas oczekiwania na części.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do § 5 ustęp 6 pkt 3) proponowanego zapisu.

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 5 ustęp 14 z zapisu:

„14. Zamawiający może żądać wymiany Urządzenia na nowe, a Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na żądanie Zamawiającego, w ciągu miesiąca od dnia stwierdzenia zaistnienia następujących okoliczności:

- a. Wykonawca lub serwis dokona trzech jego napraw w okresie gwarancyjnym,
- b. Wykonawca lub serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe,
- c. naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych Umową terminach.”

na zapis:

„14. Zamawiający może żądać wymiany Urządzenia na nowe, a Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na żądanie Zamawiającego, w ciągu miesiąca od dnia stwierdzenia zaistnienia następujących okoliczności:

- a. Wykonawca lub serwis dokona trzech napraw tego samego podzespołu w okresie gwarancyjnym,

- b. Wykonawca lub serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe,
- c. naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych Umową terminach.”

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 5 ustęp 14 zgodnie z proponowanym zapisem.

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 5 ustęp 15 z zapisu:

*„15. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z powodu wady przedmiotu umowy, jeżeli pomimo dwukrotnej wymiany lub naprawy Wykonawca nie doprowadzi do jego zgodności z umową i nadal będzie działał wadliwie. W takim przypadku Wykonawca będzie obowiązany do zwrotu zapłaconej ceny w terminie 21 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu oraz do zapłaty kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 2 umowy.”*

na zapis:

*15. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z powodu wady przedmiotu umowy, jeżeli pomimo dwukrotnej wymiany urządzenia na nowe. Wykonawca nie doprowadzi do jego zgodności z umową i nadal będzie działał wadliwie. W takim przypadku Wykonawca będzie obowiązany do zwrotu zapłaconej ceny w terminie 21 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu oraz do zapłaty kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 2 umowy.*

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 5 ustęp 15 zgodnie z proponowanym zapisem.

**Mając na uwadze powyższe odpowiedzi zmianie ulegają zapisy załącznika nr 3 do SWZ „wzór umowy”. Poniżej dokonane zmiany:**

**§ 5 Gwarancja i serwis ustęp 6 pkt 3)**

**Przed zmianą:**

jeżeli termin wykonania naprawy określony w pkt 2) niniejszego ustępu nie może być dotrzymany z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (uzasadnienie na piśmie) czas naprawy gwarancyjnej może się wydłużyć, za zgodą Zamawiającego, do 30 dni roboczych

**Po zmianie:**

jeżeli termin wykonania naprawy określony w pkt 2) niniejszego ustępu nie może być dotrzymany z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (uzasadnienie na piśmie) czas naprawy gwarancyjnej może się wydłużyć, za zgodą Zamawiającego, do 30 dni roboczych. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta z zagranicy, termin ten może zostać przedłużony o czas oczekiwania na części.

## **§ 5 Gwarancja i serwis ustęp 14**

### **Przed zmianą:**

Zamawiający może żądać wymiany Urządzenia na nowe, a Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na żądanie Zamawiającego, w ciągu miesiąca od dnia stwierdzenia zaistnienia następujących okoliczności:

- a. Wykonawca lub serwis dokona trzech jego napraw w okresie gwarancyjnym,
- b. Wykonawca lub serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe,
- c. naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych Umową terminach

### **Po zmianie:**

Zamawiający może żądać wymiany Urządzenia na nowe, a Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na żądanie Zamawiającego, w ciągu miesiąca od dnia stwierdzenia zaistnienia następujących okoliczności:

- a. Wykonawca lub serwis dokona trzech napraw tego samego podzespołu w okresie gwarancyjnym,
- b. Wykonawca lub serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe,
- c. naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych Umową terminach.

## **§ 5 Gwarancja i serwis ustęp 15**

### **Przed zmianą:**

Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z powodu wady przedmiotu umowy, jeżeli pomimo dwukrotnej wymiany lub naprawy Wykonawca nie doprowadzi do jego zgodności z umową i nadal będzie działał wadliwie. W takim przypadku Wykonawca będzie obowiązany do zwrotu zapłaconej ceny w terminie 21 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu oraz do zapłaty kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 2 umowy.

### **Po zmianie:**

Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z powodu wady przedmiotu umowy, jeżeli pomimo dwukrotnej wymiany urządzenia na nowe Wykonawca nie doprowadzi do jego zgodności z umową i nadal będzie działał wadliwie. W takim przypadku Wykonawca będzie obowiązany do zwrotu zapłaconej ceny w terminie 21 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu oraz do zapłaty kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 2 umowy.

*Zamawiający zwraca uwagę iż zgodnie z art. 579 Ustawy z dnia 23.04.1964 r Kodeks Cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j) Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji*

Dokonane zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców.

**ZATWIERDZAM**  
**Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa**  
**prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn**