



SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY

ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica

Tel. 71 312-09-20 Fax. 71 312-14-98

E-mail: sekretariat@szpital-trzebnica.pl

NIP: 915-15-23-806 REGON: 000308761 KRS: 0000033125

www.szpital-trzebnica.pl

Nr postępowania: ZP/3/2021/ZO

Trzebnica, dnia 26.02.2021 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy zapytania ofertowego pn. **„Jednorazowa dostawa narzędzi do zabiegów neurochirurgicznych kręgosłupa”**.

1. Dot. Poz.nr 1 – zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje w komplecie wszystkie rozmiary blaszek bocznych i przyśrodkowych oraz wszystkie rozmiary wzierników?

2. Dot. Poz. Nr 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiego samego rozwieracza typ Weitlaner o takich samych parametrach technicznych tylko dł.140mm zamiast 130mm?

3. Dot. Poz. Nr 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mikrodisektora typ Caspar o takich samych parametrach technicznych tylko w dł. 230mm zamiast 229mm?

4. Dot. Poz. Nr 9, 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łyżeczek ostrych o takich samych parametrach technicznych tylko w dł.250mm zamiast 254mm?

5. Dotyczy warunków dostawy – Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 4-6 tygodni od dnia otrzymania zamówienia, specyfikacja Państw obejmuje narzędzia specjalistyczne, a czas oczekiwania na tego typu narzędzi u producentów niemieckich jest znacznie dłuższy niż Państwo oczekujecie.

6. W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

Lp.8 Haczyk o szer. 7 mm.

Lp.9 Łyzeczka o dł. 250 mm.

Lp.10 Łyzeczka o dł. 250 mm.

Lp.17 Kerrison góra 40 st. (inny sposób pomiaru kąta), pozostałe wymaga bez zmian.

Lp.18 Kerrison góra 40 st. (inny sposób pomiaru kąta), pozostałe wymaga bez zmian.

Lp.19 Kerrison góra 40 st. (inny sposób pomiaru kąta), pozostałe wymaga bez zmian.

Lp.20 Kerrison góra 40 st. (inny sposób pomiaru kąta), pozostałe wymaga bez zmian.

Lp.21 Kosz o wym. 546x259x80 mm.

Lp.22 mata o wym. 475x230 mm

Lp.24 Kaniula Frazier (Fergusson) o dł. roboczej 125 mm, śr. 3,33 mm (10 Charr).

Lp.25 Kaniula Frazier (Fergusson) o dł. roboczej 125 mm, śr. 3,33 mm (10 Charr).

Lp.26 Wanna do kontenera o wym. 600x272x190 mm.

Lp.27 Wanna do kontenera o wym. 600x272x190 mm.

Lp.28 Pokrywa pasująca do wanny o wym. 600x272 mm.

7. Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 60 dni od dnia otrzymania zamówienia.

Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny, a także z sytuacją epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID 19 oraz wejściem w życie nowej Dyrektywy Unii Europejskiej MDR 745/2017 (Medical Device Regulation). Wymogi tej nowej dyrektywy powodują znaczne obostrzenia w procesach projektowania, wytwarzania, certyfikacji i dystrybucji instrumentów medycznych co nie pozostaje bez ogromnego wpływu na terminy dostaw wyrobów medycznych w całej Unii Europejskiej.

Odpowiedź na pytanie 1: Tak.

Odpowiedź na pytanie 2-7: Zamawiający nie wyraża zgody.

Niniejsze pismo stanowi integralną część zapytania ofertowego i dotyczy wszystkich Oferentów biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych odpowiedzi.