



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626  
email: zam.pub@szpitalino.pl

Inowrocław 26.08.2022 r.

EZP345/2022

Wszyscy Wykonawcy  
Biorący udział w postępowaniu

**Dot. postępowania D-35/2022 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą zintegrowanych analizatorów systemu biochemiczno-immunologicznego dla potrzeb CLA w Szpitalu Wielospecjalistycznym im dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu**

Zamawiający na podst. art. 135 ust.2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań.

Pytanie 1

Dotyczy pkt. 6c Rozdział II OPZ

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisu na: " Oferowane produkty muszą posiadać wymagane świadectwa dopuszczenia do stosowania w publicznej służbie zdrowia, o ile dotyczy". Uzasadnienie: nie wszystkie ofertowane wyroby są sklasyfikowane jako wyroby medyczne (np. materiały zużywalne do analizatorów typu: plastik) i nie wszystkie posiadają w związku z tym świadectwa dopuszczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia zapis SWZ rozdz. II p.1 pp.6c i nadaje mu brzmienie: Oferowane produkty muszą posiadać wymagane świadectwa dopuszczenia do stosowania w publicznej służbie zdrowia, o ile dotyczy

Pytanie 2

Dotyczy pkt. 27 parametrów granicznych

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisu na: „Deklaracja zgodności CE dla aparatów, odczynników i pozostały materiałów eksploatacyjnych, o ile dotyczy”

Uzasadnienie: jak w pytaniu nr 1.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia zapis załącznika 2 w p.27 i nadaje mu brzmienie: Deklaracja zgodności CE dla aparatów, odczynników i pozostały materiałów eksploatacyjnych, o ile dotyczy


Pytanie 3

Dotyczy pkt. 9 Rozdział II OPZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji zamówień pilnych z 48h na 72h?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.





**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626  
email: zam.pub@szpitalino.pl

**Pytanie 4**

Dotyczy pkt. 4 zał. nr 2

Prosimy o zmianę zapisu na: „Aparaty wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 r.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż dokonał poprawy zapisu w p.4 załącznika nr 2 i nadał mu brzmienie: Aparaty wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 r

**Pytanie 5**

Dotyczy projektu umowy, zał. nr 5

Pkt. 6 par. 1 – Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisu na:” Ceny netto odczynników w czasie trwania umowy nie ulegną zmianie” (jest to zgodne z pkt. 4 par. 10, zał. nr 5)

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia zapis i nadaje mu brzmienie: Ceny netto odczynników w czasie trwania umowy nie ulegną zmianie

**Pytanie 6**

Pkt. 2 par. 2 – Prosimy o zmianę daty ustawy o wyrobach medycznych na: 7 kwietnia 2022 r.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje poprawienia daty na powyższą.

**Pytanie 7**

Pkt. 1 par. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa faktury nie była połączona wraz z dostawą towaru? Uzasadnienie: Oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. Przedmiot zamówienia transportowany jest z Niemiec, a faktura wysyłana jest do Zamawiającego pocztą poleconą z biura w Warszawie. Do każdorazowej dostawy dołączony jest list przewozowy zawierający szczegółowy wykaz zamówionego asortymentu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 8**

Dotyczy projektu umowy, zał. nr 6

Pkt. 1b – Prosimy o zmianę zapisu na: ”zwłoki w dostawie przedmiotu dzierżawy.....”, zgodnie z art. 433 ust. 1


Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia zapis i nadaje mu brzmienie: zwłoki w dostawie przedmiotu dzierżawy ponad termin określony w § 2 ust. 1, Wyzierżawiający będzie zobowiązany do zapłaty Dzierżawcy kary umownej w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki Dzierżawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych.

**Pytanie 9**

Dotyczy załącznika 2A, 2B 2C, 2D, 2H, 6 oraz projektu umowy dzierżawy:

Dotyczy Zał. 2A „Biochemia parametry”, pkt 15





**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626  
email: zam.pub@szpitalino.pl

Czy Zamawiający przez punkt 15 rozumie dokładanie odczynników bez przerywania wykonania badań?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający ma na myśli powyższe.

Pytanie 10

*Dotyczy Zał. 2A oraz 2B*

Czy Zamawiający oczekuje, że analizatory Back Up będą spełniały te same wymagania graniczne co analizatory główne?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający oczekuje powyższego.

Pytanie 11

*Dotyczy Zał. 2D "Biochemia ilości badań 2022":*

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie odczynników do Lipazy dedykowanych do innego systemu biochemicznego oferenta lub przeznaczonych na biochemiczne systemy fotometryczne? Wyżej wymienione odczynniki mogą być zaaplikowane na kanały otwarte oferowanych analizatorów biochemicznych zgodnie z regulacjami Ustawy o wyrobach medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 12

*Dotyczy Zał. 2D "Biochemia ilości badań 2022":*

Czy Zamawiający dopuści wykonywanie oznaczenia CKMB na module immunochemicznym zamiast modułu biochemicznego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 13

*Dotyczy Zał. 2C "Immunochemii ilości badań 2022" Tabela Odczynniki do badań immunochemicznych", pozycja 28 – COV-przeciwciała:*

Ponieważ istnieją na rynku różne rodzaje testów do oznaczania przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga przeciwciał ilościowych w klasie IgG skierowanych przeciwko białku S, umożliwiające ocenę przeciwciał zarówno po przechorowaniu, jak i po szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2.


Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymaga przeciwciał ilościowych w klasie IgG skierowanych przeciwko białku S, umożliwiające ocenę przeciwciał zarówno po przechorowaniu, jak i po szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2.

Pytanie 14

*Dotyczy Zał. 2C "Immunochemii ilości badań 2022" Tabela Odczynniki do badań immunochemicznych", pozycja 29 – iVanco:*

Czy Zamawiający dopuści wykonywanie oznaczenia wankomycyny na module biochemicznym zamiast modułu immunochemicznego?





Szpital Wielospecjalistyczny  
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu  
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97  
województwo kujawsko-pomorskie  
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626  
email: zam.pub@szpitalino.pl

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza powyższe.



Pytanie 15  
Dotyczy Zał. 2H – „Materiały kontrolne Platforma”:

Czy Zamawiający dopuści kontrole wieloparametrowe niezależnego producenta, produkowane dla dedykowanego systemu biochemicznego i immunochemicznego, natomiast kontrole do oznaczenia wirusów, troponiny, parathormonu, prokalcytoniny, tyreoglobuliny ASO, RF, CK-MB byłyby kontrolami dedykowanymi producenta?

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza powyższe.



Pytanie 16  
Dotyczy Zał. 2H – „Materiały kontrolne Platforma”:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie materiałów kontrolnych o seriach krótszych niż 1 rok?

Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie materiałów kontrolnych o seriach krótszych niż rok, jednak nie mniej niż 6 miesięcy




Pytanie 17  
Dotyczy Zał. Nr 6 „ Platforma parametry 2022”, pkt. 23 – „Instalacja, uruchomienie analizatorów i szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi max. W ciągu trzech dni na koszt Dostawcy” oraz zapisu § 3 ust. 1 projektu umowy dzierżawy – załącznik nr 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na spełnienie tego warunku w czasie 6 dni roboczych od dnia wydania Dzierżawcy zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego ? Sama instalacja zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego trwa około 2 dni, konfiguracja aparatów kolejne 2 dni i szkolenie personelu również minimum 2 dni robocze (w zależności od ilości osób do przeszkolenia). Biorąc pod uwagę powyższe, Wykonawcy ciężko będzie zainstalować i skonfigurować aparaty w tak krótkim czasie.

Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na spełnienie ww. warunków w terminie 6 dni roboczych



wz. Dyrektora  
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa  
Naczelny Lekarz Szpitala

  
dr. n. med. i n. o zdr. Bartosz Jakub Myśliwiec