

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin
tel./fax 81 / 747-63-27
NIP 712-21-35-822, Regon 4312193

COZL/DZP/AW/3412/PN-57/20

Lublin dnia 21.04.2020 roku

Dot.: „Dostawa obłożeń operacyjnych (ubrania chirurgiczne (bluzy + spodnie), czepki chirurgiczne i maski ochronne, sterylne zestawy serwet do artroskopii oraz pozostałe materiały włókninowe) na potrzeby COZL.”

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.1843), informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Pakiet 1 poz. 1-3,

Czy Zamawiający dopuści ubrania o gramaturze nieznacznie różniącej się od wymaganej tj. 47g/m² i odporności na wypychanie na sucho 106 kPa, wszystkie pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

Pakiet 1 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści ubrania z wszytą etykietką informującą o rozmiarze i etykietą na opakowaniu informującą o numerze seryjnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, o ile pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 3

Pakiet 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 16x250cm o grubości folii 0,05mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, o ile pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 4

Pakiet 3 poz.1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody pakowaną po 160 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Pakiet 3 poz.2

Czy Zamawiający ma na myśli osłonkę na głowicę USG typu prezerwatywa, nawilżona, sterylna, pakowana pojedynczo w folię aluminiową, lateksowa o wymiarach: długość 195 mm (±2mm), średnica ~34mm, opakowanie zbiorcze a'144 szt.

Odpowiedź: Zmiana załącznika nr 1.3 – Część 3 – Osłony na przewody i głowice –
STRONY ZAMIENNE W ZAŁĄCZENIU

Pytanie 6

Pakiet 3 poz.2

Prosimy o doprecyzowanie, czy należy podać cenę za opakowanie, czy za sztukę?

Odpowiedź: : Zmiana załącznika nr 1.3 – Część 3 – Osłony na przewody i głowice –
STRONY ZAMIENNE W ZAŁĄCZENIU

Pytanie 7

Pakiet 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 7x120cm i grubości 35 mikronów z taśmą dołączona osobno?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8

Pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do artroskopii o poniższych różnicach w składzie:

- serweta na stół instrumentariuszki ma gramaturę 63g/m² (zamiast 56g/m²)
- serweta do artroskopii wykonana z włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m² (zamiast 51g/m²), w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m². Gramatura

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, o ile pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 9

Pytanie nr 1 – dotyczy części nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania w części nr 2 poz. 2 czepka chirurgicznego o kroju furażerki, wiązanego na troki, w całości wykonanego włókniny wiskozowej, nieperforowanej, pochłaniającej pot, o gramaturze 25g/m², w kolorze zielonym i rozmiarze uniwersalnym, pakowanego w kartonik w formie podajnika 100 szt. co zapewnia higieniczne przechowywanie i wyjmowanie, kartonik oznakowany zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza..

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści wykonawcę, (część 5), który posiada w swojej ofercie stosowny asortyment zgodny z dyrektywą 96/58/WE (włóknina Spunbond - polipropylen), ale ww. asortyment wiązany jest na troki (jako równoważny) oraz pakowany po 20 szt w opakowaniu zbiorczym. Oraz czy dopuści Wykonawcę, który posiada taki asortyment w rozmiarze uniwersalnym. Oraz gramaturze 20g/m².

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

II

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający zmienia treść zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Zmiana załącznika nr 1.3 (kosztorys ofertowy) – Część 3 - Osłony na przewody i głowice:
STRONY ZAMIENNE W ZAŁĄCZENIU

2. Zmiana SIWZ w pkt. 8.f):

Było:

Nie otwierać przed dniem 24.04.2020 roku do godz. 10:15.

Jest:

Nie otwierać przed dniem 28.04.2020 roku do godz. 11:00

3. Zmiana SIWZ w pkt. 9.1:

Było:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie do dnia 24.04.2020 roku do godziny 10:00 w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20 – 090 Lublin, (sekretariat dyrekcji – I piętro). Godziny pracy sekretariatu – od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.05, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie do dnia 28.04.2020 roku do godziny 10:45 w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20 – 090 Lublin, (sekretariat dyrekcji – I piętro). Godziny pracy sekretariatu – od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.05, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Zmiana SIWZ w pkt. 9.3:

Było:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2020 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20 – 090 Lublin, **Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 32 – IV piętro (Budynek Nr 2).**

Jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20 – 090 Lublin, **Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 32 – IV piętro (Budynek Nr 2).**

Zmiany wchodzi w życie z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Finansowych i Infrastruktury
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli
mgr Dariusz Cwiński

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli
mgr Marielena Koziej

STARSZY SPECJALISTA
DZIAŁU ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli
mgr Agnieszka Wąsiewicz

Załącznik nr 1.3 - Kosztorys ofertowy
Część 3 – Osłony na przewody i głowice

ZMIANA

LP	ASORTYMENT	JEDN. MIARY	ILOŚĆ (A)	CENA JEDN. BRUTTO (B)	WARTOŚĆ BRUTTO* (A)x(B)	Nazwa asortymentu na fakturze	Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielk ość opakowania
1	Osłona na przewody o wymiarach 18x250cm przeźroczysta, wykonana z folii o grubości 0,04mm, sterylna z plastrem samoprzylepnym, perforowany koniec umożliwiający otwarcie. Opakowanie max. 120 szt.	szt	1 000				
2	Osłona na głowicę USG nawilżona, sterylna, pakowana pojedynczo w folię aluminiową, ląteksowa o wymiarach 13x236 cm, op. = 80 szt.	op	50				
3	Osłona na przewody o wymiarach 8x120 cm przeźroczysta, wykonana z folii o grubości 55 µm, sterylna z plastrem samoprzylepnym dołączonym osobno.	szt	300				
RAZEM							

*wypełnia wykonawca

.....
podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy