

DZP/188/24

Krosno, dnia 17 września 2024 r.

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

W związku z wpływaniem kolejnych zapytań dotyczących treści SWZ postępowania znak: **DZP/173/ZP-15/24** pn. „Dostawa sprzętu medycznego i symulatorów medycznych” zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie udziela wyjaśnień:

Pytanie 1:

Dotyczy część II – Defibrylator wraz z kompletem akcesoriów.

Czy Zamawiający dopuści zaawansowany defibrylator transportowy marki ZOLL wraz z kompletem akcesoriów bez opcji pomiaru nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi?

Uzasadnienie: Pomiar nieinwazyjny ciśnienia krwi jest niewykorzystywany w Zespołach Ratownictwa Medycznego w Polsce, dodatkowo znacząco podnosi cenę urządzenia oraz ma znaczny wpływ na termin realizacji takiego postępowania ponieważ defibrylatory z taką opcją występują jedynie pod specjalne zamówienie co znacznie wydłuża termin realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający **nie dopuszcza** zaoferowania i dostawy defibrylatora opisanego w części II poz. 4 przedmiotu zamówienia bez opcji nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi.

Pytanie 2:

Dotyczy część II – Defibrylator wraz z kompletem akcesoriów.

Czy Zamawiający dopuści zaawansowany defibrylator transportowy marki ZOLL wraz z kompletem akcesoriów bez opcji pomiaru inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi?

Uzasadnienie: Pomiar inwazyjny ciśnienia krwi jest niewykorzystywany w Zespołach Ratownictwa Medycznego w Polsce, dodatkowo znacząco podnosi cenę urządzenia oraz ma znaczny wpływ na termin realizacji takiego postępowania ponieważ defibrylatory z taką opcją występują jedynie pod specjalne zamówienie co znacznie wydłuża termin realizacji..

Odpowiedź:

Zamawiający **dopuszcza** zaoferowanie i dostawę defibrylatora opisanego w części II poz. 4 przedmiotu zamówienia bez opcji inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi.


KANCLERZ
mgr Franciszek Tereszkiwicz

