

Nr postępowania: GUM2024ZP0033

Gdańsk, dnia 09.04.2024 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania na dostawę wytrząsarki, zamrażarek niskotemperaturowych i spirometru

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający, zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych jak niżej:

Pytanie 1 – Pakiet 2:

Czy dopuszczą Państwo zamrażarkę o szerokości 1110 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2 – Pakiet 2:

Poz. 1 - Czy zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne: szer. 120,5 x gł. 102,5 x wys. 195,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3 – Pakiet 2:

Poz. 4 – Czy zamawiający dopuści komorę wewnętrzną wykonaną ze stali nierdzewnej bez pokrycia z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:

Zamawiający już udzielił odpowiedzi na takie pytanie w dniu 08.04.2024 r. i dokonał stosownego zapisu do opisu przedmiotu zamówienia dla Pakietu 2.

Pytanie 4 – Pakiet 2:

Poz. 10 – Czy zamawiający dopuści zamrażarkę bez alarmu o zbyt wysokim i zbyt niskim napięciu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5 – Pakiet 2:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z portem USB, ale bez porty RS485?

Odpowiedź:

Zamawiający już udzielił odpowiedzi na podobne pytanie w dniu 08.04.2024 r. i dokonał stosownego zapisu do opisu przedmiotu zamówienia dla Pakietu 2.

Pytanie 6 – Pakiet 2:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z czterema sekcjami wewnętrznymi zamykanymi dwójką drzwi wewnętrznych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

p.o. Kanclerza

/-/

Prof. dr hab. Jacek Bigda

Sprawę prowadzi: Katarzyna Starula