



Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/51/22

Sucha Beskidzka, dnia 04.07.2022r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego **Dostawa sprzętu medycznego**

Pakiet nr 1- Łóżka szpitalne

Pakiet nr 2- Aparat USG

Pakiet nr 3-Kardiomonitor

Pakiet nr 4-Zestaw do trudnej intubacji

w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet medyczny 3”, planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotnej w Regionie

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Pytanie nr 1 Pkt.1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka sterowanego elektrycznie o metalowej konstrukcji lakierowanej proszkowo, epoksydowanej.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 Pkt.4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka sterowanego elektrycznie o szerokości całkowitej wraz z zamontowanymi barierkami 1030 mm oraz wymiarem leża 850x1950 mm.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3 Pkt.6 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka sterowanego elektrycznie z przewodem zasilającym prostym, co nie ma wpływu na funkcjonalność łóżka.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 Pkt.7 - Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od zapisu w tym punkcie. Norma EN 62353 dotyczy firm serwisowych dokonujących przeglądów lub naprawy sprzętu.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo elektryczne, to łóżko powinno być wyprodukowane zgodnie z europejską normą EN-60601-1. Łóżko bez gniazda wyrównania potencjału, uziemienie odprowadzone poprzez kabel zasilający z wtyczką.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 Pkt.8 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka sterowanego elektrycznie z regulacjami:

- segment oparcia pleców w zakresie 0-80 stopni,
- segment uda w zakresie 0-65 stopni.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 Pkt.10 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka sterowanego elektrycznie z regulacją wysokości w zakresie 410-780 mm.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7 Pkt.11 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka sterowanego elektrycznie o czasie zmiany pozycji leża z pozycji minimalnej do maksymalnej – 28 sekund.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 Pkt.12 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka sterowanego elektrycznie za pomocą pilota bez blokady poszczególnych funkcji.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9 Pkt.13 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka sterowanego elektrycznie za pomocą panelu centralnego dla personelu, bez konieczności zastosowania funkcji podwójnego zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem i blokady funkcji na pilocie.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 10 Pkt.18 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka sterowanego elektrycznie ze szczytami od strony głowy i od strony nóg wykonanymi z polipropylenu, z rurkami łączącymi ze stali nierdzewnej, specjalnie zaprojektowane do zaczeplenia panelu sterowania, pompy materaca zmiennociśnieniowego i/lub półki na monitor.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 11 Pkt.19 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka sterowanego elektrycznie z Barierkami chroniącymi pacjenta $\frac{3}{4}$ długości łóżka, wykonanymi z aluminium, z systemem odblokowywania na wysokości ręki personelu medycznego od strony nóg pacjenta. Barierki składane, odblokowywane w dwóch ruchach dla bezpieczeństwa pacjenta. Barierki bezpieczne z systemem zabezpieczającym przed zakleszczeniem palców, spełniające normę UNI CEI EN 60601-2-52.

Odp. Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga dopełnienia elementu barierki do pełnej długości łóżka.

Pytanie nr 12 Pkt.20 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka sterowanego elektrycznie bez półki do odkładania pościeli.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 13 Pkt.23 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka sterowanego elektrycznie z leżem ze zintegrowanymi stoperami materaca zlokalizowanymi od strony szczytu głowy jeden, i od strony szczytu nóg drugi. Ograniczniki materaca nie powodujące urazów u pacjentów.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 14 Pkt.25 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka sterowanego elektrycznie z bezpiecznym obciążeniem 230 kg.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 15 Pkt.29 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka sterowanego elektrycznie o metalowej konstrukcji lakierowanej proszkowo, epoksydowanej.

Odp. Zamawiający dopuszcza.



Zdjęcie poglądowe.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Janusz Baczewski

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sabina Steczek

