

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
podnsp. Andrzej BORYCKI

Zatwierdzam

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia (minimalne parametry i wymagania)	Jedn. miary	Ilość sztuk	Cena jednostkowa netto w PLN za 1 szt.	Stawka podatku VAT	Wartość oferty brutto w PLN (kol. 3x4x5)
1	2	3	4	5	6
<p>Kasety/testy dedykowane do przenośnego urządzenia do detekcji narkotyków w ślinie Aquilascan WDTP-10</p> <p>1.Kasety/testy muszą wykrywać min. 6 grup narkotyków tj: amfetaminę i jej analogi, benzodiazepiny, kokainę, metaamfetaminę, opiaty, THC.</p> <p>2.Kasety/testy powinny charakteryzować się: łatwością obsługi, posiadać kontrolę wskazującą odpowiednią ilość próbki śliny.</p> <p>3.Kasety/testy muszą być opakowane pojedynczo i posiadać widoczne i czytelne oznaczenia na opakowaniu: nazwę urządzenia, datę ważności, numer serii.</p> <p>4.Opakowanie kasety/testu winno zabezpieczać przed zniszczeniem kasety/testu lub dostaniem się substancji, które mogłyby zafałszować wynik badania.</p> <p>5.Opakowanie kasety/testu powinno zapewnić ponowne włożenie do opakowania zużytej kasety/testu i jej zabezpieczenie (zamknięcie np. taśmą klejącą lub strunową).</p> <p>6.Do pobranych próbek śliny nie mogą być dodawane jakiegokolwiek substancje, poza znajdującymi się w zestawie urządzenia do oznaczania metodą immunologiczną środków działających podobnie do alkoholu.</p> <p>7.Oferowane artykuły winne być zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie.</p> <p>8.Okres ważności kasety/testu: min. 12 miesięcy od daty dostawy.</p> <p>9.Do każdej kasety/testu musi być dołączona instrukcja obsługi w j.polskim.</p>	szt.	1200			

INSPEKTOR
Szekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
Daniel Bankowski
Daniel BANKOWSKI