

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:510834-2020:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Tychy: Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
2020/S 209-510834**

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Megrez sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Edukacji 102

Miejscowość: Tychy

Kod NUTS: PL22C Tyski

Kod pocztowy: 43-100

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Karolina Filipowska

E-mail: zp@szpitalmegrez.pl

Tel.: +48 323255125

Faks: +48 323255284

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.szpitalmegrez.pl>

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_megrez

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_megrez

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: podmiot leczniczy – spółka prawa handlowego

I.5) Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w megrez sp. z o.o.

Numer referencyjny: 25/20/ZP/PN

II.1.2) Główny kod CPV

50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) **Krótki opis:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ). 3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w ogłoszeniu, Zamawiający informuje, że pozostałe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zostały szczegółowo opisane w SIWZ dostępnej na stronie Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_megrez.

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Pakiet nr 1
Część nr: 1

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 26,49 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 2
Część nr: 2
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 66,82 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 3
Część nr: 3
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 51,03zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 4
Część nr: 4
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 142,56 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 5
Część nr: 5
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 22,17 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 6
Część nr: 6
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 15,29 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 7
Część nr: 7
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 26,49 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 8
Część nr: 8
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 70,55 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 9
Część nr: 9
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 35,13 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 10
Część nr: 10
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 22,68 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 11
Część nr: 11
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 22,74 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 12
Część nr: 12
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 35,13 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 13
Część nr: 13
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 53,55 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 14
Część nr: 14
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 48,20 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 15
Część nr: 15
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 31,38 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 16
Część nr: 16
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 1 030,90 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 17
Część nr: 17
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 154,98 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 18
Część nr: 18
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 134,80 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 19
Część nr: 19
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 41,52 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 20
Część nr: 20
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 93,88 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 21
Część nr: 21
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 79,47 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 22
Część nr: 22
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 71,28 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 23
Część nr: 23
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 35,13 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 24
Część nr: 24
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 42,80 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 25
Część nr: 25
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 136,40 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 26
Część nr: 26
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 722,08 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 27
Część nr: 27
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 24,33 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 28
Część nr: 28
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 20,01 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 29
Część nr: 29
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 17,28 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 30
Część nr: 30
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 17,28 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 31
Część nr: 31
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 16,26 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 32
Część nr: 32
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 17,28 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 33
Część nr: 33
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 17,28 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 34
Część nr: 34
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 17,28 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 35
Część nr: 35
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 61,20 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 36
Część nr: 36
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 37,46 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 37
Część nr: 37
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 20,45 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 38
Część nr: 38
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 95,20 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 39
Część nr: 39
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 20,45 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 40
Część nr: 40
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 35,10 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 41
Część nr: 41
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 11,37 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 42
Część nr: 42
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 43,77 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 43
Część nr: 43
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 41,16 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 44
Część nr: 44
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 150,00 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 45
Część nr: 45
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 85,60 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 46
Część nr: 46
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 60,08 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 47
Część nr: 47
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 174,12 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 48
Część nr: 48
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 346,96 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 49
Część nr: 49
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 90,72 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 50
Część nr: 50
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 403,16 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 51
Część nr: 51
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 130,48 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 52
Część nr: 52
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 51,03 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 53
Część nr: 53
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 38,88 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 54
Część nr: 54
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 544,32 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 55
Część nr: 55
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 87,23 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 56
Część nr: 56
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 6,21 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 57
Część nr: 57
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 21,15 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 58
Część nr: 58
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 40,22 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 59
Część nr: 59
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 87,23 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 60
Część nr: 60
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 7,93 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 61
Część nr: 61
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 7,93 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 62
Część nr: 62
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 41,85 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 63
Część nr: 63
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 240,15 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 64
Część nr: 64
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 24,84 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 65
Część nr: 65
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 54,12 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 66
Część nr: 66
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 11,37 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 67
Część nr: 67
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 34,11 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 68
Część nr: 68
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 11,37 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 69
Część nr: 69
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 142,29 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 70
Część nr: 70
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 7,05 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 71
Część nr: 71
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 7,05 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 72
Część nr: 72
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 32,58 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 73
Część nr: 73
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 18,48 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 74
Część nr: 74
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 22,74 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 75
Część nr: 75
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 11,37 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 76
Część nr: 76
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 79,59 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 77
Część nr: 77
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 11,37 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 78
Część nr: 78
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 45,48 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 79
Część nr: 79
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 22,17 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 80
Część nr: 80
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 90,72 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 81
Część nr: 81
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 194,40 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 82
Część nr: 82
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 43,20 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 83
Część nr: 83
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 21,60 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 84
Część nr: 84
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 21,52 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 85
Część nr: 85
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 30,92 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 86
Część nr: 86
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 86,72 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 87
Część nr: 87
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 114,60 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 88
Część nr: 88
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 61,84 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 89
Część nr: 89
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 30,92 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 90
Część nr: 90
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 74,40 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 91
Część nr: 91
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 30,92 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 92
Część nr: 92
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 30,92 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 93
Część nr: 93
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 30,92 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 94
Część nr: 94
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 30,92 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 95
Część nr: 95
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 30,92 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 96
Część nr: 96
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 116,80 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 97
Część nr: 97
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 13,30 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 98
Część nr: 98
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 13,30 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 99
Część nr: 99
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 13,30 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 100
Część nr: 100
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 26,60 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 101
Część nr: 101
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 97,20 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 102
Część nr: 102
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 19,95 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 103
Część nr: 103
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 6,65 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 104
Część nr: 104
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 16,80 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 105
Część nr: 105
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 15,69 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 106
Część nr: 106
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 138,00 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 107
Część nr: 107
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 22,74 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 108
Część nr: 108
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 43,60 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 109
Część nr: 109
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 115,80 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 110
Część nr: 110
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 28,56 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 111
Część nr: 111
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 87,20 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 112
Część nr: 112
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 16,74 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 113
Część nr: 113
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 40,59 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 114
Część nr: 114
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 13,53 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 115
Część nr: 115
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 13,53 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 116
Część nr: 116
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 7,05 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 117
Część nr: 117
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 13,53 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 118
Część nr: 118
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 12,96 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 119
Część nr: 119
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 40,59 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 120
Część nr: 120
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 13,53 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 121
Część nr: 121
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 14,72 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 122
Część nr: 122
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 53,55 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 123
Część nr: 123
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 22,08 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 124
Część nr: 124
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 17,85 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 125
Część nr: 125
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 56,00 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 126
Część nr: 126
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 13,20 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 127
Część nr: 127
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 13,53 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 128
Część nr: 128
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 13,53 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 129
Część nr: 129
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 89,25 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 130
Część nr: 130
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 72,05 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 131
Część nr: 131
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 28,82 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 132
Część nr: 132
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 14,41 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 133
Część nr: 133
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 43,80 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 134
Część nr: 134
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 31,05 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 135
Część nr: 135
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 6,21 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 136
Część nr: 136
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 18,63 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 137
Część nr: 137
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 8,49 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 138
Część nr: 138
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 6,21 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 139
Część nr: 139
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 150,69 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 140
Część nr: 140
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 250,51 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 141
Część nr: 141
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 28,85 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 142
Część nr: 142
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 11,54 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 143
Część nr: 143
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 11,54 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 144
Część nr: 144
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 28,85 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 145
Część nr: 145
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 19,02 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 146
Część nr: 146
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 9,51 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 147
Część nr: 147
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 5,92 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 148
Część nr: 148
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 7,05 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 149
Część nr: 149
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 5,33 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 150
Część nr: 150
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 0,57 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 151
Część nr: 151
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 20,00 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 152
Część nr: 152
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 33,14 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 153
Część nr: 153
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 16,57 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 154
Część nr: 154
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 219,18 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 155
Część nr: 155
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 62,14 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 156
Część nr: 156
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 80,82 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 157
Część nr: 157
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 62,14 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 158
Część nr: 158
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 27,24 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 159
Część nr: 159
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 13,53 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 160
Część nr: 160
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 11,37 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 161
Część nr: 161
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 22,17 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 162
Część nr: 162
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 273,60 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 163
Część nr: 163
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 10,80 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 164
Część nr: 164
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 10,80 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 165
Część nr: 165
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 10,80 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 166
Część nr: 166
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 10,80 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 167
Część nr: 167
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 10,80 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 168
Część nr: 168
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 21,60 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 169
Część nr: 169
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 32,40 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 170
Część nr: 170
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 19,44 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 171
Część nr: 171
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 79,08 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 172
Część nr: 172
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 53,40 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 173
Część nr: 173
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 44,40 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 174
Część nr: 174
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 33,00 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 175
Część nr: 175
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 18,08 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 176
Część nr: 176
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 9,21 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 177
Część nr: 177
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 9,21 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 178
Część nr: 178
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 9,21 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 179
Część nr: 179
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 9,21 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 180
Część nr: 180
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 9,21 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 181
Część nr: 181
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 8,10 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 182
Część nr: 182
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 12,15 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 183
Część nr: 183
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 9,21 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 184
Część nr: 184
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 9,21 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 185
Część nr: 185
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 49,68 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 186
Część nr: 186
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 75,09 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 187
Część nr: 187
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 18,63 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 188
Część nr: 188
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 44,30 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 189
Część nr: 189
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 940,90 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 190
Część nr: 190
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 431,83 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 191
Część nr: 191
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 72,82 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 192
Część nr: 192
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 66,80 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 193
Część nr: 193
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 30,92 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 194
Część nr: 194
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 11,37 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 195
Część nr: 195
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 11,37 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 196
Część nr: 196
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 62,16 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 197
Część nr: 197
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 170,40 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 198
Część nr: 198
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 332,16 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 199
Część nr: 199
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 30,86 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 200
Część nr: 200
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 46,40 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 201
Część nr: 201
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 8,00 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 202
Część nr: 202
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 13,53 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 203
Część nr: 203
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 83,88 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 204
Część nr: 204
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 114,40 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 205
Część nr: 205
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 149,20 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 206
Część nr: 206
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 31,60 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 207
Część nr: 207
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 27,70 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 208
Część nr: 208
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 27,06 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 209
Część nr: 209
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 15,12 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 210
Część nr: 210
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 15,94 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 211
Część nr: 211
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 18,28 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 212
Część nr: 212
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 76,64 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 213
Część nr: 213
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 95,04 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 214
Część nr: 214
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 14,00 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 215
Część nr: 215
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 8,57 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 216
Część nr: 216
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 94,70 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 217
Część nr: 217
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 100,92 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 218
Część nr: 218
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 88,60 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 219
Część nr: 219
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 68,08 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 220
Część nr: 220
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 98,36 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 221
Część nr: 221
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 64,64 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 222
Część nr: 222
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 152,28 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 223
Część nr: 223
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 233,48 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 224
Część nr: 224
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 207,36 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 225
Część nr: 225
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 295,36 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 226
Część nr: 226
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 251,84 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 227
Część nr: 227
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 104,96 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 228
Część nr: 228
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 749,96 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 229
Część nr: 229
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 17,40 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 230
Część nr: 230
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 1 007,04 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 231
Część nr: 231
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 969,92 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 232
Część nr: 232
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 151,48 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 233
Część nr: 233
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 99,60 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 234
Część nr: 234
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 129,92 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 235
Część nr: 235
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 64,96 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 236
Część nr: 236
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 459,84 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 237
Część nr: 237
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 268,80 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 238
Część nr: 238
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 159,60 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 239
Część nr: 239
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 49,00 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 240
Część nr: 240
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 56,00 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 241
Część nr: 241
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 72,00 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 242
Część nr: 242
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 38,00 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 243
Część nr: 243
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 28,16 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 244
Część nr: 244
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 28,16 zł
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 245
Część nr: 245
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
- II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 187,92 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 246
Część nr: 246
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 53,40 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 247
Część nr: 247
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 1,71 zł
- II.2) **Opis**
 - II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 248
Część nr: 248
 - II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 - II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Megrez Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
 - II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo – cenowym (przeglądy - załącznik nr 2, diagnostyka i naprawy - załącznik nr 2a do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
 - a) przegląd techniczny i kontrolę stanu technicznego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - b) diagnostykę, naprawę i zachowanie gotowości eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem,
 - c) dokonywanie każdorazowo wpisów do paszportów technicznych sprzętu medycznego o wykonanych przeglądach technicznych, diagnostykach i naprawach oraz o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.
4. Przegląd techniczny i kontrola stanu technicznego obejmuje:
 - a) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - b) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, zgodnie z zaleceniami Producenta,
 - c) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - d) ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
 - e) kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - f) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - g) aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - h) zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),
 - i) wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,
 - j) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT,
 - k) dokonywanie każdorazowo wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych.
5. Przeglądy sprzętu będą dokonywane, zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
6. Diagnostyka obejmuje w szczególności:
 - a) ocenę stanu technicznego sprzętu,
 - b) zlokalizowanie uszkodzenia,
 - c) dokonanie stosownego wpisu do paszportu technicznego oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - d) pisemne przedstawienie Zamawiającemu oferty cenowej na naprawę sprzętu.
7. Naprawy obejmują w szczególności:
 - a) wymianę uszkodzonych elementów,
 - b) sprawdzenie prawidłowości działania,
 - c) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej oraz przedłożenie Protokołu/Karty pracy wykonania czynności serwisowych,
 - e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 912,00 zł

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

- III.1) **Warunki udziału**
- III.1.2) **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
- III.1.3) **Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
- III.2) **Warunki dotyczące zamówienia**
- III.2.2) **Warunki realizacji umowy:**
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ.
- III.2.3) **Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia**
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

- IV.1) **Opis**
- IV.1.1) **Rodzaj procedury**
Procedura otwarta
- IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
- IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
- IV.2) **Informacje administracyjne**
- IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**
Data: 27/11/2020
Czas lokalny: 09:00
- IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**
- IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 27/11/2020

Czas lokalny: 09:05

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w Dziale Zamówień Publicznych - pokój nr 1.10

Megrez Sp. z o.o., ul. Edukacji 102,

43-100 Tychy

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_megrez. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści (w sekcji KOMUNIKATY) na platformazakupowa.pl inf. dot.: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cen z ofert Wykonawców.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy PZP oraz spełn. warunki udziału w post. określ. w sekcji III niniejszego ogłoszenia. W celu potw. braku podst. wyklucz. Wykonawcy z udziału w postępowaniu oprócz oświadczenia o którym mowa w rozdz. VI. 1. Zamawia. przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zaświadc. właściwego Naczel. US, zaśw. właściwej teren. jedn. orga. ZUS lub KRUS. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. W celu potw. spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oprócz oświadczenia o którym mowa w SIWZ Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: wykaz osób, wykazu usług. W celu potwierdzenia spełnienia wymagań dla przedmiotu zamówienia, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnego na dzień złożenia, tj.: oświadczeń, że wszelkie prace stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta danej aparatury oraz zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyr. med.(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186); dokumentów potwierdzających autoryzację producenta – dotyczy pakietów nr 4, 16, 17, 18, 63, 189, 190, 217-238, 248, dokumentów potwierdzających szkolenie pracownika w zakresie wykonywania przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego – dot. Pak. nr 1-3, 5-15, 19-62, 64-188, 191-216, 239-247. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert (...). Wadium może być wniesione w: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PARP (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 299 z późn. zm.). Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku ING Bank Śląski S.A. - nr rachunku 61 1050 1214 1000 0024 0546 1464, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu 25/20/ZP/PN na

usługę wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego". Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; innej niż pieniądź – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY (...) Z uwagi na ogr. il. znak. w ogł. pozost. inf. zawiera SIWZ dostępna na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_megrez

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: <http://uzp.gov.pl>

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: <http://uzp.gov.pl>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

22/10/2020