

## MODYFIKACJA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

**Zamawiający:** Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny  
00-664 Warszawa, ul. Noakowskiego 3

**Przedmiot zamówienia:** dostawę spektrofotometru UV VIS do analizy mikroobjętościowej próbek dna, rna i białek

**Nr postępowania:** WCh/BN/12/2021

Zgodnie z punktem X.7. Zaproszenia do składania ofert modyfikuje się jego treść w następujący sposób:

**1. W punkcie III.1.2) Zaproszenia do składania ofert zmienia się zapisy jak niżej:**  
**było:**

„dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej w wersji elektronicznej lub papierowej w języku polskim lub za zgodą Zamawiającego w języku angielskim;“

**jest:**

„dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej w wersji elektronicznej lub papierowej w języku polskim lub w języku angielskim;“

**2. W punkcie III.1. Zaproszenia do składania ofert zmienia się zapisy jak niżej:**  
**było:**

„oraz świadczenie usług przez techniczny serwis gwarancyjny i pomoc techniczna na żądanie dla potrzeb pomiarów atypowych lub dla bardzo niskich stężeń.“

**jest:**

„oraz świadczenie usług przez techniczny serwis gwarancyjny.“

**3. W punkcie III.3.4) Zaproszenia do składania ofert zmienia się zapisy jak niżej:**  
**było:**

„posiadać wymagane prawem certyfikaty (w tym certyfikat CE) i aprobaty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej“

**jest:**

„posiadać wymagane prawem certyfikaty (w tym certyfikat CE) i aprobaty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej o ile wymóg ten dotyczy“

**4. W punkcie III.5.3) Zaproszenia do składania ofert zmienia się zapisy jak niżej:**  
**było:**

„W przypadku wystąpienia awarii przedstawiciel technicznego serwisu gwarancyjnego ma obowiązek skontaktować się z Użytkownikiem nie później niż w ciągu 48 godzin od czasu zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, oraz podjąć czynności serwisowe w miejscu użytkowania aparatury, jeżeli zaistnieje taka konieczność, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia awarii nie wliczając w bieg powyższych terminów sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.“

**jest:**

„W przypadku wystąpienia awarii przedstawiciel technicznego serwisu gwarancyjnego ma obowiązek skontaktować się z Użytkownikiem nie później niż w ciągu 72 godzin od czasu zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.“

**5. W punkcie III.5.7) Zaproszenia do składania ofert zmienia się zapisy jak niżej:  
było:**

„Wykonawca zobowiązuje się do udzielania wsparcia technicznego dla potrzeb pomiarów atypowych lub dla bardzo niskich stężeń w formie materiałów pomocowych lub/i filmów instruktażowych w terminie 1 dnia roboczego od dnia zgłoszenia potrzeby udzielenia wsparcia przez Zamawiającego.“

**- Zamawiający wykreśla ww. zapis z Zaproszenia do składania ofert.**

**6. W punkcie III.5.4) Zaproszenia do składania ofert zmienia się zapisy jak niżej:  
było:**

„Naprawa aparatury powinna nastąpić nie później niż w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia awarii.“

**jest:**

„Naprawa aparatury powinna nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia awarii.“

**7. W związku z wprowadzonymi zmianami w Załączniku nr 4 będących następstwem udzielonych odpowiedzi na zadane pytania przez wykonawców, Zamawiający zastępuje załącznik nr 4 załącznikiem nr 4A.**

Pozostałe postanowienia ujęte w Zaproszeniu pozostają bez zmian.

Warszawa, dn. 21.12.2021 r.

DZIEKAN  
Wydziału Chemicznego  
prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek