



AG 261-26/22

Starogard Gdański, dnia 16.08.2022 r.

Zamawiający:

Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. St. Kryzana
ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański

Wyjaśnienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **podstawowym bez negocjacji** na **dostawa analizatora hematologicznego**.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: ustawa pzp), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora hematologicznego z możliwością oznaczania opadu Biernackiego w zamian za analizator hematologiczny z możliwością oznaczania ilościowego poziomu białka CRP, przy zachowaniu pozostałych wyspecyfikowanych wymagań w pozycji 1?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kompaktowy analizator do ustawienia na stole laboratoryjnym o wadze nie większej niż 70,6 kg oraz wymiarach nie większych niż 655x840 [szerokość/głębokość w mm]? Wyspecyfikowany wymóg nie daje zamawiającemu jakichkolwiek korzyści, jest niemerytoryczny i służy jedynie ograniczeniu konkurencji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 3. Czy Zamawiający w metodzie badań wyrazi zgodę na różnicowanie WBC wyłącznie metodą cytometrii przepływownej z barwieniem fluorescencyjnym? Proponowane rozwiązanie jest lepszą i bardziej dokładną metodą niż pierwotnie opisany wymóg.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 4. Czy Zamawiający w Metodzie badań wyrazi zgodę na zaoferowanie fotometrycznej metody oznaczenia opadu Biernackiego w zamian za immunoturbidymetrię lateksową do badań CRP?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.



Pytanie nr 5. Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie analizatora z 2 histogramami dla parametrów RBC i PLT oraz 1 scategramem dla parametru WBC? Wspecyfikowany przez Zamawiającego wymóg histogramu WBC jest zbędny w przypadku wymogu scategramu dla WBC. Scategram dla WBC zawiera wszystkie możliwe informacje niezbędne do różnicowania populacji leukocytów, w związku z powyższym wymóg histogramu dla WBC nie jest konieczny.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 6. Czy Zamawiający dopuści różnicowanie krwinek białych na 5 populacji poprzez dokładniejszą technikę pomiarową wykorzystującą barwniki fluorescencyjne, nie chemiczne, co pozwoli użytkownikowi na uzyskanie lepszej jakości rozdziału.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 7. Zwracamy się z prośbą usunięcia poniższych wymogów na rzecz możliwości zaoferowania analizatora z analizą opadu Biernackiego?

- zakres liniowości dla FR-CRP
- zakres pomiarowy dla oznaczanego poziomu CRP
- wbudowany termostat (2-8 °C) umożliwiający wygodne przechowywanie odczynnika lateksowego CRP w stanie schłodzonym, nawet po wyłączeniu analizatora, eliminując potrzebę przechowywania zewnętrznego. Tryb indywidualnego CRP pomagający zapisać odczynniki hematologiczne w próbkach, które wymagają jedynie analizy CRP.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 8. Czy Zamawiający dopuści analizator z następującymi objętościami:

- w trybie wstępnego rozcieńczenia 20µL
- w trybie krwi pełnej, kapilarnej 25 µL

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 9. Czy Zamawiający zaakceptuje zaproponowanie maksymalnie 4 odczynników rutynowych + 1 do analizy OB?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 10. Czy Zamawiający wyrażając zgodę na zaoferowanie analizatora z możliwością analizy OB zgadza się na dostarczenie wraz z analizatorem odczynników do wykonywania tej analizy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.