



Grudziądz, dnia 16.12.2024 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy zestawów materiałów opatrunkowych i obłożeń na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/89/PN/24).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 1320 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawy materiałów opatrunkowych i obłożeń na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/89/PN/24)**, wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zapytanie 1:

Pakiet 13 poz 1-2. Czy zamawiający dopuści odstępnie od zapisu w instrukcji użytkowania, który wskazuje, że produkt ma zastosowanie w neurochirurgii? Uzasadnieniem jest, że stosowanie tego produktu może obejmować szerszy zakres procedur chirurgicznych, a wskazanie wyłącznie do neurochirurgii może ograniczać jego zastosowanie w innych dziedzinach medycyny?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe zapytanie informuje, iż dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 13 jak poniżej.

Zapytanie 2:

Pakiet 13 poz 1-3. Czy zamawiający dopuści termin ważności produktu wynoszący 12 miesięcy, zamiast 24 miesięcy?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji treści SWZ (Załącznik nr 4 do SWZ) we wnioskowanym zakresie jak poniżej.

Zapytanie 3:

Pakiet 13 poz 1-2. Czy zamawiający dopuści do oferty produkt równoważny, który spełnia następujące wymagania – wchłanialna gąbka hemostatyczna wytwarzana z wysokooczyszczonego ekstraktu żelatyny pierwszego stopnia, nierozpuszczalna w wodzie, niepirogenna oraz biokompatybilna, wchłaniająca około 45-krotną objętość krwi w stosunku do swojej masy, osiągająca hemostazę w ciągu kilku minut, upłynniająca się w ciągu 5 dni i całkowicie wchłaniająca w 3-4 tygodnie? Produkt ten jest sterylizowany promieniowaniem gamma, występuje w wygodnych, jałowych opakowaniach typu blister lub koperta i może być stosowany na sucho lub nasączony roztworem soli fizjologicznej?





Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie 4:

Pakiet 13 poz 1-2

Czy Zamawiający dopuści Jałowa, wchłanialna gąbka hemostatyczna wytwarzana z wysokooczystej neutralnej żelatyny wieprzowej.

Sterylizowana promieniami gamma. Nierozpuszczalna w wodzie o białym lub kremowym kolorze. Jest nietoksyczna, niealergizująca, nieimmunogenna, apirogenna.

Wchłania nie mniej niż 35-krotność wody w stosunku do swojej wagi i łatwo przylega do miejsca krwawienia. Jednorodna porowatość pomaga w osiągnięciu hemostazy w ciągu 3-6 min. Ulega całkowitemu wchłonięciu w ciągu 3-4 tygodni. Produkt można przycinać do pożądanego rozmiaru, aplikować na sucho lub po nasączeniu: roztworem soli fizjologicznej, trombiny, bądź antybiotyków o wymaganym stężeniu. Czas hemostazy oraz całkowitego wchłonięcia potwierdzony w instrukcji użytkowania?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe zapytanie informuje, iż dokonał modyfikacji treści Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 13 jak poniżej.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawy materiałów opatrunkowych i obłożeń na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/89/PN/24), w następującym zakresie:**

- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 13 zastępując nową treścią Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 13 po modyfikacji jak w załączeniu;
- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Załącznika nr 4 do SWZ zastępując nową treścią Załącznika nr 4 do SWZ jak w załączeniu

