

Łódź, dnia 21.03.2024 r.

Do wszystkich Wykonawców

dotyczy: **Dostawa Wirówki nastołowej – nr postępowania 9/ZP/2024/N.**

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Zamawiający informuje, że Wykonawcy zwrócili się z wnioskiem o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu. Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści wirówkę o wymiarach zewnętrznych: wys. x szer. x głęb. [mm] : 299 x 357 x 451?

Ad 1. Tak, Zamawiający dopuści wirówkę o wymiarach zewnętrznych: wys. x szer. x głęb. [mm] : 299 x 357 x 451.

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający dopuści wagę wirówki bez rotora wynoszącą 22 kg?

Ad 2. Tak, Zamawiający dopuści wagę 22 kg. wirówki bez rotora.

Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający dopuści wirówkę bez USB?

Ad 3. Tak, Zamawiający dopuści wirówkę bez USB.

Pytanie nr 4.

Czy Zamawiający dopuści wirówkę z możliwością montażu następujących rotorów: rotor kątowy na min. 6 x 50 ml, rotor kątowy na min. 16 x 15 ml oraz rotor horyzontalny na dwie mikrołytki?

Ad 4. Nie, ponieważ do probówek 50 ml i 15 ml potrzebne są wychylne rotory umożliwiające uzyskanie wychylenia horyzontalnego podczas wirowania.

Pytanie nr 5.

Bardzo proszę także o doprecyzowanie ilości i rodzaju wirników jakie Zamawiający wymaga wraz z dostawą wirówki.

Ad 5. Zamawiający wymaga jedynie wirówki, do której będzie mógł dokupić w późniejszym czasie, w zależności od bieżących potrzeb rotory/wirniki.



Zamawiający informuje, że zapisy w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki pozostają bez zmiany.

Sebastian Rudziński
Kierownik Działu Zakupów UŁ