

**Znak sprawy: FDZZ.226.16.2024**

Ostrów Wielkopolski, dnia 10.10.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego pn.: **Świadczenie usług konserwacji – przeglądów aparatury i sprzętu medycznego dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim.**

W związku z otrzymaniem pytań do przedmiotowego postępowania, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Dotyczy pakiet nr 2:

Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego o możliwość wydzielenia z ww. pakietu sztuk respiratorów produkcji Hamilton znajdujących się w poz. 16; 17; 18 łącznie 10 sztuk do osobnego pakietu. Wydzielenie do osobnego pakietu pozwoli autoryzowanemu serwisowi złożyć ofertę. Firma nasza jest autoryzowanym i wyłącznym przedstawicielem i serwisem firmy Hamilton Medical AG w Polsce.

Proszę zauważyć, że **instrukcja użytkowania respiratorów firmy Hamilton stanowi, że przeglądy serwisowe i naprawy powinien wykonywać wyłącznie autoryzowany przez producenta serwis.**

Tylko autoryzowany serwis posiada dostęp do aktualnego oprogramowania które jest aktualizowane podczas przeglądu zapewniając bezpieczeństwo pacjenta jak i personelu medycznego a także dostęp do oryginalnych części zamiennych które należy wymienić podczas przeglądu.

Obecnie przedmiotowy pakiet zawiera różne rodzaje aparatury oraz respiratory różnych producentów.

Nadmieniam, że wydzielenie w żadnym stopniu nie ogranicza zasady konkurencyjności a jedynie umożliwi nam złożenie oferty.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody**

Z poważaniem