



4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
ul. R. Weigla 5 Wrocław 50 - 981

Wrocław, 31.12.2019r

**WYJAŚNIENIE i MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznych materiałów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej wraz z najmem systemu do elektroanatomicznego mapowania serca i 4 programatorów do kardiowerterów/stymulatorów, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.87.2019

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn.zm.) dalej PZP informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 1 - Pakiet nr 9 poz nr 1 pkt 4: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z trzema programowalnymi parametrami czułości w kanale komorowym?

Odpowiedź na pytanie nr 1: Nie.

Pytanie nr 2- Pakiet nr 9 poz nr 1 pkt 14: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z sześcioma wyladowaniami w każdej strefie?

Pytanie nr 3 - Pakiet nr 9 poz nr 3 pkt 8: Czy Zamawiający dopuści elektrody bez widocznej w skopii stopy, natomiast posiadające możliwość kontrolowania przy użyciu fluoroskopii wysunięcia się spirali mocującej?

Odpowiedź na pytanie nr 2 i nr 3: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 - Pakiet nr 9 Formularz asortymentowo cenowy pkt 8: Czy zamawiający doprecyzuje co ma na myśli w punkcie nr 8 jeśli w punkcie numer 6 mowa jest o zestawie akcesoriów do wprowadzania elektrod do układu żylnego?

Odpowiedź na pytanie nr 4: Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego = koszulki o różnych rozmiarach służące do wprowadzenia elektrod RA/RV do żyły podobojczykowej.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaofiarowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego/zmodyfikowanego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Złoty KOMENDANTA
4WSzKzP.SPZOZ Wrocław

(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)