

Nasz znak: 27/zp/2024

Odpowiedź nr 1

Na zapytanie do siwz dotyczące postępowania o zamówienie publiczne pn.
„Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty
Sp. z o.o. – 2024-II”
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00653305/01 z dnia 2024-12-13

W dniu 18.12.2024 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania o następującej treści:

1. Czy Zamawiający w części nr 2 wymaga dostarczenia preparatu Sevoflurane 250ml w nieszkłanej butelce? Szklana butelka jest mniej odporna na uszkodzenia niż np. butelka z aluminium.

Odp. : Zamawiający nie wymaga szklanej butelki.

2. Czy Zamawiający, w pakiecie 2, wymaga dostarczenia parowników? Jeżeli tak prosimy o podanie wymaganej ilości parowników oraz nazw i modelu aparatów do znieczulenia znajdujących się na wyposażeniu szpitala.

Odp. : Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia 3 parowników:

- Aparat do znieczulenia Fabius drager - 2 parowniki,
- Aparat do znieczulenia Fabius titus - 1 parownik.

3. Dotyczy pakietu 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu Sevoflurane 250ml, w butelce z wielorazowym adapterem zewnętrznym, który po podłączeniu zapewnia bezpieczny i szczelny przeciek leku, kompatybilnej z parownikami w posiadaniu Zamawiającego?

Odp. : Tak, Zamawiający wyraża zgodę .

5. Pytanie do pakietu 2: Biorąc pod uwagę deklarowaną, procentową wartość, którą Zamawiający zamierz zrealizować w zakresie przedmiotowego postępowania (wskazaną w wzorcu umowy) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie innej wielkości opakowań produktu niż wskazania w opisie przedmiotu zamówienie z możliwością dokonania przeliczeń do dwóch miejsc po przecinku? Wyrażenie zgody na powyższe pozwoli zachować zasadę równej konkurencji wśród wykonawców / oferentów, a także dokonać przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej z możliwie szerokiej oferty produktowej, która poprzez przeliczenia do pełnych opakowań w górę może powodować ponadmiarowe koszty oferty względem pozostałych uczestników postępowania.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PREZES ZARZĄDU

Anna Gryciak

Otrzymują:

1. Wykonawca
2. Strona internetowa https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_debno → Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. – 2024-II

KIEROWNIK
APTEKI SZPITALNEJ

Anna Kolasowska
mgr farmacji