



Znak: AE/ZP-27-48/20

Tarnów, 2020-08-19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214.000 EURO na dostawę myjni do sprzętu - myjni dezynfektorów do basenów i kaczek i innego sprzętu 2 sztuki.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt. 24 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie z zasilaniem trójfazowym 400V

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie myjni dezynfektorów do basenów i kaczek i innego sprzętu z zasilaniem trójfazowym 400V.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Platforma Zamawiającego
3. a/a

Zastępca Dyrektora  
*mgr Danuta Nosek*