

Lubań, dnia 19 listopada 2024 r.

### Wszyscy Wykonawcy

### PYTANIA I WYJAŚNIENIA Nr 23

#### do treści SWZ na „Dostawy asortymentu jednorazowego użytku dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”, nr postępowania ZP/15/2024

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

#### Pytanie 1 - dot. pakiet nr 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania pakietu sterylnego do włączenia centralnego o następującym składzie:

- serweta 45 x 75 cm dwuwarstwowa będąca zawinięciem całego zestawu,
- serweta 45 x 37,5 cm dwuwarstwowa, dwuczęściowa regulowaną wielkością przylepnego otworu z otworem przylepnym
- kompresy gazowe 7,5 x 7,5, 17 Nitek 8 Warstw – 6 szt.,
- chwytak do tamponów 14 cm z możliwością blokowania chwytu,
- igłotrzymacz metalowy 14 cm z możliwością blokowania chwytu,
- ostrze skalpela 6,5 cm (zapakowana),
- strzykawka 3-częściowa Luer Lock 10ml (zapakowana),
- igła iniekcyjna 1,2 x 40 mm (zapakowana),
- igła iniekcyjna 0,8 x 40 mm (zapakowana),
- tufery z gazy bawełnianej, wielkości śliwki – 4 szt.
- pęseta plastikowa 12,5 cm
- opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 x 15 cm (zapakowany)
- całość zapakowana w opakowanie typu twardy blister z 1 wgłębieniem (około 600 ml, około 250 mm x 130 mm x 30 mm), które może posłużyć jako pojemnik na płyn i odpadki po przeprowadzonej procedurze?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### Pytanie 2 - dot. pakiet nr 18 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania pakietu sterylnego do znieczulenia o następującym składzie:

- serweta dwuwarstwowa 75 x 90 cm będąca zawinięciem całego zestawu,
- serweta 45 x 37,5 cm dwuwarstwowa, dwuczęściowa regulowaną wielkością przylepnego otworu z otworem przylepnym
- tufery z gazy bawełnianej, wielkości śliwki – 5 szt.
- chwytak do tamponów 14 cm z możliwością blokowania chwytu,
- strzykawka 3-częściowa luer lock 10 ml (zapakowana),

- opatrunek z wkładem chłonnym 5 x 7,2 cm,
- igła iniekcyjna 1,2 x 40 mm (zapakowana),
- igła iniekcyjna 0,7 x 32 mm (zapakowana),
- całość zapakowana w opakowanie typu twardy blister z 3 wgłębieniami, które może posłużyć jako pojemnik na płyn i odpadki po przeprowadzonej procedurze?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 3 - dot. pakiet nr 18 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania pakietu sterylnego do znieczulenia o następującym składzie:

- serweta dwuwarstwowa 75 x 90 cm będąca zawinięciem całego zestawu,
- serweta dwuwarstwowa 75 x 90 cm z otworem i przylepną krawędzią boczną,
- tupfery z gazy bawełnianej, wielkości śliwki – 6 szt.
- chwytak do tamponów 14 cm z możliwością blokowania chwytu,
- strzykawka 3-częściowa luer lock 5 ml (zapakowana),
- opatrunek z wkładem chłonnym 5 x 7,2 cm,
- igła iniekcyjna 1,2 x 40 mm (zapakowana),
- igła iniekcyjna 0,7 x 32 mm (zapakowana),
- całość zapakowana w opakowanie typu twardy blister z 3 wgłębieniami, które może posłużyć jako pojemnik na płyn i odpadki po przeprowadzonej procedurze?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 4 - dot. pakiet nr 18 poz. 1-2**

Czy Zamawiający oczekuje zaofiarowania asortymentu zgodnego z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**MAŁGORZATA KOZAK**

**ANNA USYK – KRZESZOWIEC**

**PROKURENT**

**PROKURENT**