

Realizacja projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku – zakup sprzętu i wyposażenia”

Włocławek, dnia 20.07.2023r.

### Wszyscy uczestnicy postępowania

**Dot.: „ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY ODDZIAŁU OIT, ODDZIAŁU DERMATOLOGICZNEGO I ZAKŁADU PATOMORFOLOGII.” Znak postępowania: DZP/43/2023**

Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku informuje, że zgodnie z art 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022. 1710 z późn. zm.), wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi i zamieszcza zapytania i wyjaśnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

#### Pytanie nr 1

##### Część nr 1: Aparat do znieczulenia / typ 2

XII Mierzone Parametry pkt. 17: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor bez trybu intubacji, ale z możliwością czasowego wyciszenia wszystkich alarmów na 2 lub 5 minut oraz możliwością bezterminowego wyciszenia funkcjonowania wybranych alarmów, w tym alarmów związanych z bezdechem?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Z upoważnienia  
Dyrektora  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
we Włocławku

Inspektor  
Działu Zamówień Publicznych  
*Beata Magos*