



**S Z P I T A L P O W I A T O W Y**  
im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie  
77-400 Złotów, ul. Szpitalna 28  
Nr KRS 0000011762 – Sąd Rejonowy w Poznaniu  
NIP 767-14-49-305 REGON 000300009  
tel. sekr. 067-263 25 10, tel. centr. 067-263 22 33 faks: 067-263 58 78  
BDO: 000092629  
www.szpital.zlotow.pl e-mail: sekretariat@szpital.zlotow.pl

ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO/IEC 27001:2013  
PN-ISO 45001:2018



SZP-ET/233/2021

Złotów, dnia 14.12.2021r.

## Do wiadomości wszystkich zainteresowanych przedmiotowym postępowaniem

Dotyczy postępowania nr 22/ZP/2021

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, dalej zwany Zamawiającym, informuje o wpłynięciu wniosków o wyjaśnienie treści SWZ (tj. zapytań), dotyczących prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, oznaczonego symbolem 22/ZP/2021, którego przedmiotem jest: **„Modernizacja pracowni diagnostycznej endoskopowej – zakup sprzętu medycznego”**. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p udziela wyjaśnień dotyczących SWZ o następującej treści:

### Pytanie nr 2

Załącznik nr 2a do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, Pozycja 11 lp. 4

Zamawiający wymaga aby dostarczony system dokumentacji i archiwizacji badań endoskopowych był zintegrowany z systemem HIS. Prosimy o wskazanie zakresu integracji oraz informację kto pokrywa koszty wykonania integracji.

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje aby zaoferowany system dokumentacji i archiwizacji badań endoskopowych był zintegrowany z systemem HIS. Zakres integracji obejmuje pełen zakres funkcjonalności. W jego skład wchodzi rejestracja pacjenta i planowanie terminu badania, komunikacja z urządzeniami diagnostycznymi, edycja i weryfikacja wyniku wraz z jego wydrukiem. Integracja z pozostałymi modułami HIS Eskulap umożliwia płynną wymianę danych z jednostkami kierującymi np. szpitalne oddziały, poradnie czy izby przyjęć. Dzięki możliwościom udostępnianym przez standard DICOM oraz ścisłej współpracy z modułem PACS, w pracowni możliwe jest wyświetlanie różnego rodzaju obrazów diagnostycznych, nagrań wideo z endoskopu itp. Natomiast w zakresie kosztów, pokrywane są przez Wykonawcę

**Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych  
Marcin Druszcz

Sporządzono w 1 egz.:

1. adresat (strona postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/550074>)

2. a/a

Sporządził: Bożena Schmidt – Dział Techniczno-Administracyjny,

tel. 67 263 22 33 wew. 329, fax. 672635878, e-mail: [przetargi@szpital.zlotow.pl](mailto:przetargi@szpital.zlotow.pl)