

TP 88/23 Dostawa odczynników do cytometru AQUIOS CL Beckman Coulter wraz z dzierżawą aparatu zastępczego pracującego na tych samych odczynnikach

Załącznik nr 2B do SWZ

WARUNKI GRANICZNE

Lp.	APARAT	Potwierdzenie spełnienia wymagań TAK/NIE
1.	Cytometr przepływowy 1 laser 488 nm	
2.	Detekcja 5 fluorescencji FITC, PE, ECD, PC5, PC7	
3.	Pomiar bezpośredni bezwzględnej liczby komórek w jednostce objętości bez użycia kulek	
4.	System zamknięty z automatyczną preparatyką próbek na pokładzie	
5.	System podawania próbek z probówek pierwotnych krew-EDTA (różne typy probówek np Sastedt, Greiner, Terumo itp.)	
6.	Kasety na probówki minimum 5 w zestawie z odczytem kodów kreskowych	
7.	Możliwość podawania pojedynczych próbek w trybie PILNE	
8.	System przekuwania korków umożliwiający pobieranie próbek bez konieczności zdejmowania korków	
9.	Czas inkubacji i lizy próbek nie większy niż 30 min	
10.	Badania w serii pierwszy wynik po 20 min następnie co 2 minuty	
11.	Automatyczne odczytywanie kodów na opakowaniach odczynników w trakcie badania z możliwością podglądu liczby wykonanych badań i pozostałych do wykonania	
12.	Automatyczne bramkowanie populacji komórek i wyliczanie wartości bezwzględnych i procentowych dla subpopulacji limfocytów	
13.	Pomiar subpopulacji limfocytów w dwóch panelach: CD45/3/4/8 i CD45/3/19/16+56	
14.	Możliwość badania procentowej zawartości i bezwzględnej liczby komórek CD45+/CD34+	
15.	Identyfikacja próbek za pomocą kodów kreskowych i możliwość łączenia ich z danymi pacjenta	
16.	Wyrób medyczny CE IVD dotyczy cytometru i wszystkich wymaganych odczynników w tym kontroli	