



EZ.272.027.2022

Wrocław, dnia 26.09.2022r.

EZ/736/22

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy rękawic chirurgicznych i foliowych (sygnatura sprawy: **EZ/634/408/22**).

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym zgodnie z art. 284 i 286 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Zadanie 1 Rękawice chirurgiczne

„Czy Zamawiający dopuści alternatywne rękawice: chirurgiczne bezpydrowe, sterylne, rozmiary 6,0–9,0, wykonane z lateksu, kształt anatomiczny, mankiety rolowane, obustronnie polimeryzowane. Długość rękawicy min. 285mm. Poziom AQL 0,65. Poziom protein lateksu <10µg/g, pozbawione tiuramów. Rękawice pakowane w opakowania folia-folia?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający jednoznacznie określił opis przedmiotu zamówienia w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SWZ.

Pytanie 2

Zadanie 1 Rękawice chirurgiczne

„Czy Zamawiający na potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów dopuści kartę techniczną importera zamiast producenta?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszczał i dopuszcza w SWZ (rozdział VII pkt 2c) materiały z danymi technicznymi producenta, a nie jak wskazuje pytanie Wykonawcy materiały producenta z danymi technicznymi. Zamawiający zwraca uwagę, że nie narzuca Wykonawcy autorstwa ww. materiałów, a jedynie potwierdzenie danych technicznych producenta zaoferowanych wyrobów medycznych, które mają spełniać wymogi wyspecyfikowane w SWZ. Dodatkowo Zamawiający przypomina, że dopuszcza również złożenie oświadczenia z danymi technicznymi w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania wyspecyfikowanych parametrów z jednoznacznym wskazaniem nazwy potwierdzanego parametru wskazanego w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SWZ.

Pytanie 3

Zadanie 1 Rękawice chirurgiczne

„Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpydrowe, polimeryzowane od wewnątrz, mikroteksturowane wewnątrz, kolor biały, kształt anatomiczny, palce proste, mankiety rolowane, o grubości ścianki na palcu: $0,22 \pm 0,03$ mm, na dłoni $0,18 \pm 0,03$ mm, długość min 285mm, mediana siły zrywu przed starzeniem min 14N - badania z jednostki niezależnej wg EN 455-2, AQL 0,65, niski poziom protein lateksowych przed starzeniem - max 20 µg/g (wg EN 455-3) - badania z jednostki niezależnej, będące wyrobem medycznym i środkiem ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN 455, EN 420, EN ISO 374-1 (typ B), 5, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, sterylizowane radiacyjnie, odporne przez min 240 min na przenikanie min 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978-wyniki badań; opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół (2szt), dispenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym jeden umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 5,5-9,0?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną udzielone w późniejszym terminie.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża **termin składania i otwarcia ofert do dnia 30.09.2022r.**, miejsce i godziny pozostają bez zmian. Jednocześnie zmianie ulega termin związania ofertą do dnia **29.10.2022r.** Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1 Rozdziałów XIV, XVII, XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminów.

Sporządziła: Agnieszka Łobodziec
Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**