



Płock, dnia 09.06.2021 r.

Do Wykonawców

Znak sprawy: ZP.260.9.2021

Dotyczy: **Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku**

W związku z nadesłanymi pytaniami odnośnie treści opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu jw. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1 – dotyczy części VI

Prosimy o dopuszczenie lampy szczelinowej:

- o 5 stopniowym powiększeniu 6x10x 16x 25x, 40x
- długość szczeliny: płynna regulacja od 1 mm do 14 mm,
- średnice otworów: 14mm, 8mm, 3,5mm, 0,2mm
- kąt szczeliny: 0 stopni – 180 stopni
- ustawienia rozstawu źrenic: 52mm-78mm
- bez decentracji szczeliny
- filtry: niebieski (kobaltowy), zielony, absorbujący światło, żółty
- źródło światła LED
- regulacja pozycji lampy za pomocą dźwostki, pokrętło regulacji jasności,
- blokada pozycji lampy za pomocą śruby

Zaproponowane parametry nieznacznie odbiegają od wymaganych lub są lepsze od dotychczas oczekiwanych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy z parametrami jw.

Pytanie 2 – dotyczy części VI

Prosimy o dopuszczenie lampy z regulacją mocy okularu: +/- 6D

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy z regulacją mocy okularu: +/- 6D

Pytanie 3 – dotyczy części VI

Prosimy o dopuszczenie w zestawie z lampą szczelinową stolika elektrycznego o wymiarach blatu 430x600 mm, maksymalne obciążenie 80 kg, z regulacją wysokości w zakresie 580 – 830 mm, regulowanego elektrycznie

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w zestawie z lampą szczelinową stolika elektrycznego o wymiarach blatu 430x600 mm, maksymalne obciążenie 80 kg, z regulacją wysokości w zakresie 580 – 830 mm, regulowanego elektrycznie

Część nr II: Fotel okulistyczny – 1 szt.

Część nr III: Fotel laryngologiczny – 2 szt.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel okulistyczny / laryngologiczny z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 550-750mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania fotel okulistyczny / laryngologiczny z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 550-750mm

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel okulistyczny / laryngologiczny wyposażony w segmentem pleców obustronnie tapicerowany, łatwy do mycia i dezynfekcji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania fotel okulistyczny / laryngologiczny wyposażony w segmentem pleców obustronnie tapicerowany, łatwy do mycia i dezynfekcji.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel okulistyczny / laryngologiczny z segmentem pleców regulowanym sprężyną gazową w zakresie -50/+950?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania fotel okulistyczny / laryngologiczny z segmentem pleców regulowanym sprężyną gazową w zakresie -50/+950?

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel okulistyczny / laryngologiczny wyposażony w stabilne tapicerowane podłokietniki z możliwością rozsunęcia na boki oraz łatwego demontażu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania fotel okulistyczny / laryngologiczny wyposażony w stabilne tapicerowane podłokietniki z możliwością rozsunęcia na boki oraz łatwego demontażu.

Tel:	Płock 24 262 87 48	o/Warszawa 22 560 00 40	o/Radom 48 330 93 22
Fax:	24 262 88 42	22 560 00 41	48 330 93 23
e-mail:	plock@mwomp.pl	warszawa@mwomp.pl	radom@mwomp.pl
	NIP: 774-15-46-233	REGON 000301569	KRS 0000139991