

Konin, 16.06.2020r.

WSZ-EP-20/590/2020

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz innych oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie nr sprawy WSZ-EP-20/2020

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), uprzejmie wyjaśniamy:

Pakiet nr 3 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważnego filtra oddechowego elektrostatycznego o korzystniejszych parametrach dla Zamawiającego :

- Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej >99,999%
- Przestrzeń martwa 33 ml
- Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml
- Masa 21 g
- sterylny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 3 poz. 1. Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet nr 3 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważnego filtra oddechowego bakteryjno-wirusowego z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci HME o następujących korzystnych parametrach:

- Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml
- Masa 35,6 g
- Przestrzeń martwa (objętość ściśliwa) 55 ml
- Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej >99,999%
- Hydrofobowa warstwa filtrująca
- Nawilżanie 37 mg/l H₂O przy Vt=500ml
- Sterylny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 3 poz. 2. Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet nr 3 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważnego filtra oddechowego bakteryjno-wirusowego z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci HME dla dzieci o następujących parametrach:

- Objętość oddechowa VT 70 - 250 ml
- Masa 21 g
- Przewodność martwa (objętość ściśliwa) 30 ml
- Skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej 99,999%
- Hydrofobowa warstwa filtrująca
- Nawilżanie przy $V_t=250\text{ml}$ 33,6 mg/l
- Sterylny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 3 poz. 3. Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet nr 3 poz. 5 , 9, 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 3 poz. 5, 9, 10 co umożliwi złożenie oferty większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 7 poz. 6, 9, 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 7 pozycji 6,9,10 co umożliwi złożenie oferty większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 7 poz. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie dodatkowej rury do worka o długości 150cm , z możliwością stosowania do 7 dni? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 7 poz. 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważnego filtra oddechowego bakteryjno-wirusowego o następujących parametrach:

- Powierznia filtracyjna 25 cm²
- Opór przepływu przy 30l /min 0,5 cm H₂O
przy 60 l/min 1,4 cm H₂O
przy 90 l/min 2,76 cm H₂O
- Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml
- Masa 21 g
- Przewodność martwa 33 ml
- Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej >99,999%
- Złącza 22M/15F - 22F/15M
- Port kapno z koreczkiem zabezpieczającym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 7 poz. 9. Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet nr 7 poz. 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważnego filtra oddechowego bakteryjno-wirusowego z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci HME o następujących parametrach:

- Opór przepływu przy 30l /min 2,4 cm H₂O
- Objętość oddechowa VT 70 - 250 ml
- Masa 21 g
- Przewodność martwa (objętość ściśliwa) 30 ml
- Skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej 99,9999%
- Hydrofobowa warstwa filtrująca
- Nawilżanie przy Vt=250ml 33,6 mg/l
- Wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci.
- Złącza 22MM/15F - 22F/15M
- Port kapno luer-lock z koreczkiem zabezpieczającym
- Czas stosowania do 24 godz.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 7 poz. 10. Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet nr 20 poz. 1,2,3,4,12,13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 20 poz 1,2,3,4,12,13 co umożliwi złożenie większej liczbie Wykonawców oferty cenowej, a Zamawiającemu uzyskanie korzystnej oferty cenowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 20 poz.1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważne maski anestetyczne w rozmiarach od 0 do 6 ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 20 poz. 1. Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet nr 20 poz. 2.1, 2.2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważnego nebulizatora o pojemności 8ml z dyszą Venturiego z drenem tlenowym o długości 200cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 20 poz. 2.1. i 2.2. Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet nr 20 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważnego nebulizatora o pojemności 8ml z drenem o długości 200cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 20 poz. 3. Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet nr 20 poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważnych masek z rezerwuarem i drenem o długości 200cm ?

Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 20 poz. 4. Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet nr 20 poz. 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważnego układu pediatrycznego z dodatkową rurą o długości 150cm oraz linią próbkującą osobno pakowaną ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 20 poz. 12. Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet nr 20 poz. 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważnego układu o dł. 180 cm z dzieloną membraną z dodatkową rurą rozciągliwą do 150cm oraz rurą połączeniową do aparatu o długości 60cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 28 poz. 1,2,3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 28 pozycji 1,2,3 co umożliwi złożenie większej liczbie Wykonawców oferty cenowej, a Zamawiającemu uzyskanie korzystnej oferty cenowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 28 poz. 1:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważnego filtra bakteryjno-wirusowego z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o następujących parametrach :

- Opór przepływu przy 30l /min 0,82 cm H₂O
przy 60 l/min 2,14 cm H₂O
przy 90 l/min 3,95 cm H₂O
- Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml
- Masa 35,6 g
- Przestrzeń martwa (objętość ściśliwa) 55 ml
- Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%

- Skuteczność filtracji wirusowej >99,999%
- Hydrofobowa warstwa filtrująca
- Nawilżanie 37 mg/l H₂O przy Vt=500ml
- Wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci.
- Złącza 22M/15F - 22F/15M

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 28 poz. 1. Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet nr 28 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie martwej przestrzeni o długości 15cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 36 poz. 1,5,6,7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 36 poz. 1,5,6,7 co umożliwi złożenie większej liczbie Wykonawców oferty, a Zamawiającemu uzyskanie korzystnej oferty cenowej ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 36 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie filtra bakteryjno-wirusowego o następujących parametrach :

- Opór przepływu przy 30l /min 0,41 cm H₂O
przy 60 l/min 1,16 cm H₂O
przy 90 l/min 2,46 cm H₂O
- Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml
- Masa 23 g
- Przestrzeń martwa 77 ml
- Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej >99,999%
- Złącza wg ISO 22M/15F - 22F/15M
- Port kapno z koreczkiem zabezpieczającym
- Czas stosowania do 24 godz

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 36 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści linie o długości 300cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 36 poz. 5. Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet nr 36 poz. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie filtra bakteryjno-wirusowego z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci HME o następujących parametrach:

- Opór przepływu przy 30l /min 0,82 cm H₂O
przy 6
0 l/min 2,14 cm H₂O
przy 90 l/min 3,95 cm H₂O
- Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml
- Masa 35,6 g
- Przewodność martwa (objętość ściśliwa) 55 ml
- Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej >99,999%
- Hydrofobowa warstwa filtrująca
- Nawilżanie 37 mg/l H₂O przy Vt=500ml
- Wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci.
- Złącza 22M/15F - 22F/15M
- Port kapno luer-lock z szczelnie wkręcanym koreczkiem
- Czas stosowania do 24 godz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 36 poz. 6. Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet nr 36 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ o dł. 200 cm, z dodatkową rurą o dł. 150cm, z workiem oddechowym bezlatesowym o poj. 2 l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 36 poz. 7. Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.