

Znak: ZOZ.V.010/DZP/16/21

Sucha Beskidzka dnia 11.03.2021r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu 1x użytku –uzupełnienie I.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

1. Dotyczy Pakiet 17 poz. 4

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na strzykawkę do insuliny o pojemności 1 ml – U40, typu Luer, z igłą dołożoną oddzielnie do strzykawki (nie wtopioną) 0,30x13mm. Cylinder i tłok wykonane z polipropylenu, natłuszczone olejem silikonowym. Wyraźna czytelna skala, trwała niezmywalna, oznaczona wg skali 1 ml=40 j.m. Rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki o płynnym przesuwie z uszczelką niezawierającą lateksu. Pakowana jałowo, z widoczną datą ważności na pojedynczych opakowaniach. Pakowana pojedynczo (op. blister pack) Opakowanie maksymalnie 120szt. Sterylizowane EO?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy Pakiet 17 poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza strzykawki do insuliny o pojemności 1 ml – U100, typu Luer, z igłą dołożoną oddzielnie do strzykawki (nie wtopioną) 0,4 x 13mm. Cylinder i tłok wykonane z polipropylenu, natłuszczone olejem silikonowym. Wyraźna czytelna skala, trwała, niezmywalna, oznaczona wg skali 1 ml=100 j.m. Rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki o płynnym przesuwie z uszczelką niezawierającą lateksu. Pakowana jałowo, z widoczną datą ważności na pojedynczych opakowaniach. Pakowana pojedynczo (op. blister pack) Opakowanie maksymalnie 120szt. Sterylizowane EO

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Dotyczy Pakiet 17 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści igłę 0,7 o długości 30 mm? Pozostałe produkty bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

4. Dotyczy Pakiet 17 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do tuberculiny 1 ml z zamontowaną igłą 25G5/8 – 0,5 x 16 mm, (nasadka pomarańczowa), ostrze standard, skala co 0,01ml. Cylinder i tłok wykonane z polipropylenu, natłuszczone olejem silikonowym. Wyraźna czytelna skala, trwała, niezmywalna. Rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki o płynnym przesuwie z uszczelką niezawierającą lateksu. Sterylizowana EO. Opakowanie 120 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

5. Dotyczy Pakiet 17 poz. 1

Czy zamawiający dopuści strzykawkę do tuberculiny 1 ml z zamontowaną igłą 26G3/8 – 0,45 x10 mm, (nasadka brązowa), ostrze śródskórne, skala co 0,01ml. Cylinder i tłok wykonane z polipropylenu, przezroczysty - dokładnie pokazujący zawartość, natłuszczone olejem silikonowym. Wyraźna czytelna skala, trwała, niezmywalna. Rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki o płynnym przesuwie z uszczelką niezawierającą lateksu. Sterylizowana EO. Opakowanie 120 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

6. Dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ, Pakiet nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. Wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem Arbitrów – syg. Akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem:

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w ŚW. w Beszardkiej
mgr Janusz Baczewski

Kierownik
Zespołu Publicznych
mgr Sabina Steczek