



Świdnik, dnia 11 października 2023 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pt. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w celu prowadzenia Ośrodka Wsparcia i Testów funkcjonującego w SOSW w Świdniku (2)”

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pt. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w celu prowadzenia Ośrodka Wsparcia i Testów funkcjonującego w SOSW w Świdniku (2)” wpłynęły następujące zapytania:

1. W Opisie przedmiotu zamówienia, załącznik nr 4 do SWZ, część 2, w pkt. 19 opisane zostało Urządzenie wspomagające komunikację alternatywną.

Jednym z wymagań jest posiadanie przez urządzenie jako akcesorium etui ochronnego. Według naszej najlepszej wiedzy urządzenie, które spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zostało wyposażone we wzmocnioną, antywstrząsową obudowę i nie posiada w zestawie etui ochronnego. Zgodnie z powyższym wnioskujemy o usunięcie tego wymagania.

2. W Opisie przedmiotu zamówienia, załącznik nr 4 do SWZ, część 2, w pkt. 21 opisane zostało Specjalistyczne urządzenie umożliwiające sterowanie wzrokiem zawierające tablet oraz ramię mocujące podłogowe/stelaż ze zmienną wysokością i kątem nachylenia dla systemu eyetrackera na tablecie z mechanizmem pneumatycznym – zestaw.

Jednym z wymagań jest posiadanie przez urządzenie jako akcesorium etui ochronnego i ochronnej folii zabezpieczającej i dopasowanej (dedykowana) do ekranu. Według naszej najlepszej wiedzy urządzenie, które spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zostało wyposażone w wyświetlacz ze szkła hartowanego, oraz wzmocnioną, antywstrząsową obudowę. Nie posiada w zestawie etui ochronnego, oraz ochronnej folii zabezpieczającej.

Zgodnie z powyższym wnioskujemy o usunięcie tych wymagań.

Zamawiający wyjaśnia:

1. Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy i usuwa wymaganie posiadania przez urządzenie etui ochronnego (jako akcesorium).
2. Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy i usuwa wymaganie posiadania przez urządzenie etui ochronnego oraz ochronnej folii zabezpieczającej (w zestawie).

Zamawiający w załączeniu udostępnia poprawiony opis przedmiotu zamówienia.