

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej  
ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin  
tel. 0-81 / 747-75-11, fax 0-81 / 747-89-11  
NIP 712-21-35-822, Regon 431219360

COZL/DZP/ED/3411/PN-42/20

Lublin, dnia 14.04.2020r.

### Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawa niezależnego systemu radiograficznego do realizacji procedur radio – chirurgii i radioterapii stereotaktycznej oraz procedur IGRT w radioterapii konwencjonalnej**

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

#### Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający w pkt. 4.15 miał na myśli możliwość przygotowania własnych danych pomiarowych, które zostaną przesłane do producenta w celu wstępnej weryfikacji przed wygenerowaniem przez użytkownika modelu aparatu?

#### Odpowiedź:

Tak

#### Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający pisząc w pkt. 6.3 oraz pkt. 6.4 o czasowych licencjach na moduły systemu planowania radio-chirurgii i radioterapii stereotaktycznej miał na myśli licencje na moduły ujęte w pkt. 4 - „System planowania radio-chirurgii i radioterapii stereotaktycznej – moduły planowania leczenia” (pkt. 4.1 – 4.16)?

#### Odpowiedź:

Tak

#### Pytanie Nr 3

Czy Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania zgodzi się zmodyfikować zapis w pkt. 6.10 opisu przedmiotu zamówienia poprzez usunięcie wymogu posiadania deklaracji lub certyfikatu zgodności dla serwera obliczeniowego ujętego w pkt. 3? W związku z faktem, iż brak jest na rynku serwerów będących wyrobami medycznymi nie ma możliwości posiadania dla tego typu infrastruktury IT deklaracji lub certyfikatu zgodności, o których stanowi ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

#### Odpowiedź:

Tak

#### Pytanie Nr 4

Czy Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania zgodzi się zmodyfikować zapis w pkt. 7.7 opisu przedmiotu zamówienia poprzez nadanie mu brzmienia: „Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży  $\geq$  10 lat, z wyłączeniem infrastruktury IT w postaci

serwera obliczeniowego ujętego w pkt.3 dla którego okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży wynosi  $\geq 5$  lat.”? Prośba o zmodyfikowanie powyższego zapisu jest spowodowana ogromnym postępem technologicznym jaki dokonuje się w krótkim okresie czasu na rynku infrastruktury IT.

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie Nr 5**

Czy ze względu na fakt, iż ujęty w pkt. 3 serwer obliczeniowy nie jest sam w sobie wyrobem medycznym i tym samym objęty jest inną stawką VAT, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w „ZAŁĄCZNIKU NR 1 Kosztorys ofertowy” wiersza „LP 2”, który będzie dotyczyć serwera obliczeniowego?

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie Nr 6**

Czy Zamawiający zgodzi się poprawić oczywistą omyłkę pisarską we wzorze umowy PN-42/2020, w §2, ust. 9, w którym w miejsce odniesienia do ust. 5 powinno być odniesienie do ust. 7?

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie Nr 7**

Czy Zamawiający zgodzi się na zapłatę wynagrodzenia za realizację umowy w terminie do 45 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej pod względem formalnym faktury VAT?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie Nr 8**

Czy ze względu na obowiązujący stan epidemii w Polsce, a tym samym ograniczenia w przemieszczaniu się osób i towarów Zamawiający zgodzi się w miejsce zobowiązania Wykonawcy „do zapłacenia kary umownej w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy” do zobowiązania Wykonawcy do zapłacenia kary umownej w przypadku zwłoki w wykonaniu umowy (tj. dostawie, zainstalowaniu, uruchomieniu przedmiotu umowy oraz przeszkoleniu personelu) za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie Nr 9**

Czy ze względu na obowiązujący stan epidemii w Polsce i możliwość wprowadzenia kolejnych, trudnych do przewidzenia obostrzeń Zamawiający zgodzi się wprowadzić do umowy klauzulę dotyczącą siły wyższej, która da możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy do czasu, w którym ustaną wspomniane wyżej trudne do przewidzenia obostrzenia uniemożliwiające realizację umowy na czas?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

KIEROWNIK  
DZIAŁU ZAMOWIEN PUBLICZNYCH  
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej  
im. św. Jana z Dukli  
mgr Marielena Koziej

PARSZY SPECJALISTA  
DZIAŁU ZAMOWIEN PUBLICZNYCH  
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej  
im. św. Jana z Dukli

mgr inż. Ewa Dorosz  
Em Dora

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Finansowych i Infrastruktury  
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej  
im. św. Jana z Dukli  
mgr Dawid Cuciński