



Czeladź, dnia 24 października 2024 r.

Znak sprawy: DZA.381.30.1.2024

**Do wszystkich
Wykonawców**

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) – na zakup resektoskopu i USG.

Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści w pkt 2 oraz 9, zastosowanie optyki \varnothing 2,9 mm, długość 300 mm, kąt patrzenia: 12° , 30° 300 mm.

W praktyce ginekologicznej nie uzasadnione jest stosowanie kąta patrzenia 0° . Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza resektoskopu biopolarnego w Pakiecie nr 1 pkt 2 oraz pkt. 9 zastosowania optyki \varnothing 2,9 mm, długość 300 mm, kąt patrzenia: 12° , 30° 300 mm.

Zamawiający nie dopuszcza narzędzia krótszego niż wymagane.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści w pkt 6 Elektroda bipolarna typu pętla tnąca, zakrzywiona, 17 Ch, \varnothing 0,35 mm- 2 szt. Jest to mniejsza średnica niż wymagana.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 pkt 6 Elektrody bipolarnej typu pętla tnąca, zakrzywiona, 17 Ch, \varnothing 0,35 mm- 2 szt.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści w pkt 10 płaszcz wielorazowy na optykę. Jest to rozwiązanie znacznie bardziej ekonomiczne dla Zamawiającego oraz zdecydowanie bardziej zabezpieczające optykę przed uszkodzeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 pkt 10 płaszcz wielorazowy na optykę.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści w pkt 11, dł. 330 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 pkt 11 nożyczek histeroskopowych dł. 330 mm.



Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści w pkt 12, dł. 330 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 pkt 11 kleszczyków histeroskopowych dł. 330 mm.