

Zakup krzesełek transportowych z napędem elektrycznym na potrzeby realizacji zadań dla transportu medycznego i sanitarnego.

Znak sprawy: DZP.ZO.5.2024

Załącznik nr 1.1

Opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Krzeselka transportowe z napędem elektrycznym
	Parametry wymagane przez Zamawiającego
1.	Krzeselko transportowe z napędem gąsiennicowym elektrycznym umożliwiające transport pacjenta po schodach bez podnoszenia w górę i w dół.
2.	Obciążenie krzeselka minimum 180 kg.
3.	Wymiary krzeselka po złożeniu (wysokość x szerokość x głębokość) maksymalnie 110cm x 52cm x 25cm
4.	Uchylny, składany uchwyt tylny
5.	Minimum 3 pasy poprzeczne zabezpieczające pacjenta
6.	Krzeselko zasilane akumulatorem litowo – jonowym wraz z ładowarką (sieciowa 230V oraz transportowa 12V), możliwość wymiany akumulatora bez użycia narzędzi. Akumulator i ładowarki dostarczone w zestawie wraz z krzeselkiem.
7.	Zapasowy akumulator szt.1 do każdego krzeselka.
8.	Dolny ogranicznik kół krzeselka kardiologicznego - element montażowy do zabudowy ambulansu
9.	Krzeselko wyposażone w 4 kółka o średnicy minimum 125mm (przednie kółka skrętne)
10.	Krzeselko wyposażone w podnózek dla pacjenta.
11.	Krzeselko wyposażone w podświetlenie niezbędne do obsługi krzeselka wskazujące tryb oraz stan naładowania akumulatora.
12.	Stopień ochrony min. IP55
13.	System umożliwiający zjazd po schodach w sytuacji wyczerpania akumulatora lub usterki napędu elektrycznego.
14.	Gwarancja minimum 24 miesiące (dotyczy akumulatora) *gwarancja krzesełek transportowych zgodnie z ofertą wykonawcy – stanowiące kryterium oceny ofert
15.	Instrukcja obsługi (sporządzona w języku polskim)