



Znak: AE/ZP-27-89/22

Tarnów, 2022-12-12

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawy osprzętu do urządzeń medycznych.**

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ustników z otworem około 20-22 x 26-30 mm.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści klipsy bez dodatkowej osłonki na klipsy? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści ustniki z otworem o wymiarach 22x27 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 1** ustników z otworem o wymiarach 20-22 x 26-30 mm (bez określenia około), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ

Ad 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 1** klipsów bez dodatkowej osłonki na klipsy.

Ad 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 1** ustników z otworem o wymiarach 22x27 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek