



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70,
www.szpitalmswia.poznan.pl
zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl



ZP/p/3/2022

Poznań, dnia 21.02.2022 roku

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych”.

Nr postępowania: ZP/p/3/2022.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ Nr 1

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 284 ust. 6 ustawy z dnia 11września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, informuje, że w przedmiotowym zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi wyjaśnieniami.

Zestaw zapytań nr 1

Pytanie 1

Część nr 1 poz. 4-6

Prosimy o wyłączenie ww. pozycji do odrębnego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający odmawia wydzielenia pozycji.

Pytanie 2

Część nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepek chirurgicznego z brzegiem wywijanym na czole, związanego z tyłu, wykonanego z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Pytanie 3

Część nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepek chirurgicznego dla osób z długimi włosami, z gumką w okolicy karku, wykonanego z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Zestaw zapytań nr 2

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozdzielenie części nr 7 i złożenie oferty dla pozycji 2 ?

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający odmawia wydzielenia pozycji.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty dla części nr 7, pozycji 2, tj. wężyk pacjenta, długość 250cm, dwa zawory zwrotne, złącze luer lock. Bez zawartości lateksu, zawierający ftalany? Pragniemy zaznaczyć, iż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia ftalany są dopuszczone na rynku polskim oraz w pozostałych krajach europejskich.

Akceptacja wymienionych w/w warunków umożliwi firmom specjalizującym się w tylko tego typu produktach medycznych złożenia korzystniejszej oferty cenowej dla Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zestaw zapytań nr 3

Pytanie 1

Część nr 1

Pozycja 3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha, który posiada rękawy o kroju tradycyjnym?

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Pytanie 2

Część nr 1

Pozycja 4-5. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepek w kolorze aqua – pozostałe parametry zgodne z opisem SWZ?

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Pytanie 3

Część nr 1

Pozycja 6. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepek z włókniny o gramaturze min. 14 g/m² – pozostałe parametry zgodne z opisem SWZ?

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Pytanie 4

Część nr 2

Pozycja 9 i 10. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów, w których składzie znajduje się serweta włókninowa w rozmiarze 100 x 150 cm z otworem lepym o średnicy 10 cm – pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ?

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany produkt.

Pytanie 5

Część nr 2

Pozycja 1-5, 8-10, Część 3 pozycje 1, Oraz Część 6 pozycje 1-3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet operacyjnych w kolorze aqua?

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Pytanie 6

Część nr 4

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia operacyjnego urologicznego, w którego składzie zestaw do irygacji podwójny do cystoskopii z końcówką silikonową (komponent 7) jest w rozmiarze 210 cm oraz dodatkowo w zestawie znajduje się taśma dwustronna typu OR sticker 6 x 6 cm – pozostałe parametry spełnione?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Pytanie 7

Część nr 5

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów z gazy 20 nitkowej – pozostałe parametry godne z opisem?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Pytanie 8

Część nr 5

Pozycja 3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów pakowanych po 10 i 20 sztuk (w ostatnim wierszu w 3 pozycji ten sam asortyment co w wierszu przedostatnim – po 20 sztuk) - pozostałe parametry godne z opisem?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dwukrotnej ilości kompresów po 20 szt. zamiast kompresów pakowanych po 40szt.

Pytanie 9

Część nr 6

Pozycja 4.– czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii stawu barkowego i zabiegów naczyniowych kończyn dolnych, który ma chłonność materiału podstawowego min. 285% i w miejscu padu min. 350%- pozostałe parametry godne z opisem?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Pytanie 10

Część nr 6

Pozycja 5. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłonek na kończynę oraz taśmę samoprzylepną pakowane osobno jako dwa osobne komponenty?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Pytanie 11

Część nr 19

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu operacyjnego urologicznego, którego wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro to min. 160 kPa, bez kleju repositionowanego, o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm

1 serweta urologiczna z torbą na płyny (z sitem) 185 x 200 cm, okno suprapubic (7 x 10 cm) i

na krocze (7 cm). Wbudowana osłona na palec bezlateksowa do badania per rectum 185 x 200/280 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm - pozostałe parametry godne z opisem?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt pod warunkiem rozszerzenia oferty o fartuch urologiczny zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.

Pytanie 1

dotyczy części 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści aplikator do wielokrotnego pobierania leków bez integrowanego zaworu zamykającego drogę przepływu po odłączeniu strzykawki, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ? Proponowany wyrób jest wystarczający do przeprowadzenia poprawnej i skutecznej procedury medycznej.

Dopuszczenie powyższego umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza produktu bez blokady przepływu płynu po odłączeniu strzykawki.

Pytanie 2

dotyczy części 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny, aplikator do wielokrotnego pobierania leków **z zastawką** zamykającą drogę przepływu po odłączeniu strzykawki, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ? Proponowany wyrób jest wystarczający do przeprowadzenia poprawnej i skutecznej procedury medycznej.

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu.

Pytanie 3

dotyczy części 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny, aplikator do wielokrotnego pobierania leków z zintegrowanym zaworem zamykającym drogę przepływu po odłączeniu strzykawki, z filtrem bakteryjnym 0,2 µm, charakteryzujący się szczelnym połączeniem i łatwością w obsłudze, odporny na alkohole i tłuszcze, bez zawartości lateksu, PCV oraz DEHP; sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku. Proponowany wyrób jest wystarczający do przeprowadzenia poprawnej i skutecznej procedury medycznej.

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza produktu bez zamykanego kapsla zakrywającego port luer-lock.

Zestaw zapytań nr 5

Pytanie 1

Czy zamawiający rozdzielił pakiet nr. 1. Osobno fartuchy a osobno czepki dla zwiększenia konkurencyjności.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na rozdzielenie pakietu.

Zestaw zapytań nr 6

Pytanie 1

Czy w pakiecie 20 w pozycjach 1,2,3 zamawiający wymaga zaoferowania kółder kompatybilnych i zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia opisanego w SWZ - 3M BAIR HUGGER Model 775 REF:77527 zachowując pozostałe parametry.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga kółder zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia wskazanego w opisie Części nr 20.

Zestaw zapytań nr 7

Część nr 11 „Zestaw do krwawego pomiaru ciśnienia z przetwornikiem”

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści linie do pomiaru ciśnień o długości 160 cm (130 + 30 cm) lub 150cm (120+30cm)?


Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowane długości.

Pytanie 2

Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora?

Connectors available




Odpowiedź Zamawiającego

Końcówka typu Edward.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przetworników do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną zgodnie z poniższym schematem?:



Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi jedynie na podstawie dostępu do samego schematu.

Zestaw zapytań nr 8

Pytanie 1

Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 10 pozycji nr 1 i stworzy z niej oddzielny pakiet, lub czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert częściowych na każdą część oddzielnie w zakresie pakietu nr 10?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w pakcie nr 10 pozycji nr 1 dopuści: : bezpieczną kaniule do wlewów dożylnych wykonaną z poliuretanu, z portem bocznym działającym w bezpiecznym systemie zatraskowym typu "klik" domykanym standardowo, umieszczonym centralnie nad skrzydełkami mocującymi, z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, z 3 szerokimi paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG, rozmiary:

- 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min • 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ 59 ml/min • 18G (1,30) - dł. 45mm; przepływ 96 ml/min
- 18G (1,30) - dł. 32mm; przepływ 103 ml/min • 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ 155 ml/min • 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ 225 ml/min?

Zgoda Zamawiającego na pytania umożliwi naszej firmie przystąpienie do przetargu na zasadzie wolnej konkurencji oraz zaoferowanie najwyższej jakości kaniul dożylnych firmy, natomiast Zamawiającemu wybór oferty spośród ich większej ilości, co będzie korzystne dla Zamawiającego ze względów ekonomicznych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany produkt.

Zestaw zapytań nr 9

Pytanie 1

Dotyczy: SWZ, Rozdział X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą, punkt 5. Ogłoszenie Dz.U./S S31 z dnia 14.02.2022, 78958-2022-PL Sekcja IV: Procedura, IV.1.1) Rodzaj procedury

W ogłoszeniu Zamawiający powołuje się na procedurę przyspieszoną, więc prosimy o potwierdzenie że w SWZ w rozdziale X, w punkcie 5 nastąpiła omyłka pisarska:

Jest:

„5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż **6 dni** przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż za **14 dni** przed upływem terminu składania ofert”

Powinno być:

„5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż **4 dni** przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż za **7 dni** przed upływem terminu składania ofert”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza, że postępowanie jest prowadzone w trybie procedury przyspieszonej, w związku z czym modyfikuje Rozdział X SWZ - punkt 5, który otrzymuje następujące brzmienie:

- 5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 7 dni przed upływem terminu składania ofert.**

Zestaw zapytań nr 10

Pytanie 1

Cz. III pkt 17 SWZ

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że doszło do omyłki pisarskiej i wymagana forma załączonych katalogów to dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a nie w formie papierowej lub na płycie CD.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza że dokumenty winny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym i modyfikuje Rozdział III SWZ – punkt 17, który otrzymuje następujące brzmienie:

17. Przedmiotowe środki dowodowe:

Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, a wykonawca składa je wraz z ofertą. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:

- **Katalogi produktów – katalogi muszą zawierać numery katalogowe zaoferowanych produktów. Informacje zawarte w katalogu muszą potwierdzać spełnianie przez zaoferowany wyrób wymagań z SWZ (np. rozmiary). Katalogi można złożyć w wersji polsko- lub anglojęzycznej, w całości lub tylko we wskazanym przez Zamawiającego zakresie;**

Pytanie 2

Pakiet 13, formularz cenowy, kolumna nr 3 „j.m.”

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy pod pojęciem „kpl” w j.m. Zamawiający wymaga wyceny jednej szt.?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga wyceny „sztuki”.

Pytanie 3

Formularz oferty

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w formularzu oferty wykonawca może zostawić tylko pakiety na które składana jest oferta?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza, że na Formularzu ofertowym wykonawca może zostawić tylko części, na które składana jest oferta.

Pytanie 4

§ 2 ust. 2 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji dostaw do 3 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na dostawy w ciągu 3 dni roboczych.

Pytanie 5

§ 2 ust. 2 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie, jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak by można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie.

Odpowiedź Zamawiającego

Dostawy są możliwe w godzinach 7 – 14. Jeżeli więc zamówienie wpłynie po godzinie 14-tej to dzień dostawy automatycznie przesuwa się o jeden dzień.

Pytanie 6

§ 5 ust. 2 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uznanie faktury jako prawidłową dostarczoną, jeżeli zostanie ona dostarczona wraz z towarem do miejsca realizacji dostaw.

Odpowiedź Zamawiającego

Dostarczenie prawidłowo wystawionej faktury wraz z towarem jest uznawane za jej prawidłowe dostarczenie.

Pytanie 7

§ 6 ust. 1 pkt b) wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację ww. zapisu. Przy obecnym zapisie, jeżeli wykonawca nie dotrzyma terminu 14 dni z § 3 musiałby zapłacić karę umowną w wysokości 10% wart. nienależytej wykonanej części/reklamowanego produktu. Zwracamy się wtedy z prośbą o zmniejszenie wysokości kary do 0,5% wart. reklamowanego produktu. Jeżeli zapis ten dotyczy odmówienia wymiany/niewykonania reklamacji, a nie dotyczy terminów to prosimy o doprecyzowanie i potwierdzenie.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 8

§ 7 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie następującego zapisu do umowy: „Zamawiający przez odstąpieniem od umowy pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i zgodnie z § 7 ust. 3 „przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy”

Pytanie 9

Próbki

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie dokładnego adresu dostarczenia próbek.

Odpowiedź Zamawiającego

Miejsce dostarczenia próbek to:

Próbki/ Opakowanie zawierające próbki należy oznaczyć: „ZP/p/3/2022 Próbki” i złożyć w siedzibie Zamawiającego:

***Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego,
ul. Dojazd 34
60-631 Poznań
Kancelaria Ogólna – pok. 51.***

Zestaw zapytań nr 11

Pytanie 1

Pytanie do treści SWZ

Czy Zamawiający wzywa do złożenia próbek ?

Odpowiedź Zamawiającego

Próbki należy złożyć w ilościach wskazanych w Załączniku nr 2 na zasadach określonych w SWZ.

Pytanie 2

Pakiet 9, poz. 1-4

Proszę o dopuszczenie strzykawek z rozszerzoną skalą o 20%.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 3

Pakiet 9, poz. 5-8

Proszę o dopuszczenie strzykawek z tłokiem wykonanym z polietylenu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 4

Pakiet 9, poz. 11

Proszę o dopuszczenie strzykawek z rozszerzoną skalą 50/60 ml.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 5

Pakiet 9, poz. 13

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą wykonaną z medycznego PVC

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 6

Pakiet 9, poz. 13

Proszę o dopuszczenie przyrządu z drenem o długości 150 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 7

Pakiet 9, poz. 15

Proszę o dopuszczenie kranika wykonanego z poliwęglanu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 8

Pakiet 10, poz. 1

Proszę o dopuszczenie kaniul bezpiecznych z metalowym zatrzaskiem aktywowanym automatycznie po wyjęciu igły z kaniuli.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 9

Pakiet 10, poz. 1

Proszę o dopuszczenie kaniul z dwoma paskami RTG

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 10

Pakiet 10, poz. 3

Proszę o dopuszczenie igieł o wymiarach:

1) 0,5 x 25

2) 0,5 x 38

- 3) 0,6 x 32
- 4) 0,7 x 38
- 5) 0,8 x 38
- 6) 0,9 x 38
- 7) 1,1 x 38
- 8) 1,2 x 38

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zestaw zapytań nr 12

Pytanie 1

Pytanie do treści SWZ

Czy Zamawiający wzywa do złożenia próbek ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na pytanie o tej samej treści – patrz zestaw zapytań nr 11

Pytanie 2

Pakiet 1, poz. 3

Proszę o dopuszczenie fartucha bez mocowania brzegów w dowolnym miejscu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3

Pakiet 1, poz. 4

Proszę o dopuszczenie czepka chirurgicznego z wstawką pochłaniającą pot w okolicy czoła.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 4

Pakiet 1, poz. 6

Proszę o dopuszczenie beretu o gramaturze 18 g/m²

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 5

Pakiet 9, poz. 1-4

Proszę o dopuszczenie strzykawek z rozszerzoną skalą o 20%.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na pytanie o tej samej treści – patrz zestaw zapytań nr 11

Pytanie 6

Pakiet 9, poz. 5-8

Proszę o dopuszczenie strzykawek z tłokiem wykonanym z polietylenu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na pytanie o tej samej treści – patrz zestaw zapytań nr 11

Pytanie 7

Pakiet 9, poz. 11

Proszę o dopuszczenie strzykawek z rozszerzoną skalą 50/60 ml.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na pytanie o tej samej treści – patrz zestaw zapytań nr 11

Pytanie 8

Pakiet 9, poz. 13

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą wykonaną z medycznego PVC

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na pytanie o tej samej treści – patrz zestaw zapytań nr 11

Pytanie 9

Pakiet 9, poz. 13

Proszę o dopuszczenie przyrządu z drenem o długości 150 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na pytanie o tej samej treści – patrz zestaw zapytań nr 11

Pytanie 10

Pakiet 9, poz. 15

Proszę o dopuszczenie kranika wykonanego z poliwęglanu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na pytanie o tej samej treści – patrz zestaw zapytań nr 11

Pytanie 11

Pakiet 10, poz. 1

Proszę o dopuszczenie kaniul bezpiecznych z metalowym zatraskiem aktywowanym automatycznie po wyjęciu igły z kaniuli.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na pytanie o tej samej treści – patrz zestaw zapytań nr 11

Pytanie 12

Pakiet 10, poz. 1

Proszę o dopuszczenie kaniul z dwoma paskami RTG

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na pytanie o tej samej treści – patrz zestaw zapytań nr 11

Pytanie 13

Pakiet 10, poz. 3

Proszę o dopuszczenie igieł o wymiarach:

- 1) 0,5 x 25
- 2) 0,5 x 38
- 3) 0,6 x 32
- 4) 0,7 x 38
- 5) 0,8 x 38
- 6) 0,9 x 38
- 7) 1,1 x 38
- 8) 1,2 x 38

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na pytanie o tej samej treści – patrz zestaw zapytań nr 11

Zestaw zapytań nr 13

Pytanie 1

Część 16 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie papieru 210x25 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 192 rolki.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 2

Część 16 poz. 3

Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego producenta Sony czy też dopuszcza zaferowanie papieru kompatybilnego?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający oczekuje oryginalnego papieru zgodnego z instrukcją użytkownika aparatu do EKG.

Pytanie 3

Projekt umowy- §4 ust. 1 Uwaga

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisu UWAGA. Proponowany zapis umowy jest obejściem art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzającego konieczność przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku istotnej zmiany zawartej umowy a za taką należałoby rozumieć przesunięcia ilościowe pomiędzy pozycjami asortymentowymi. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SWZ zawiera opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralną część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związana, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot).

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i zwraca uwagę na §1 ust. 5 wzoru umowy.

Zestaw zapytań nr 14

Pytanie 1

Pytanie do pakietu 14

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości cewniki jednoświatłowe do embolektomii o następujących parametrach :

- dostępne 2 F, 3 F, 4 F, 5 F, 6 F, 7 F
- długości 40-80 cm, dla 2 F dodatkowo 60 cm
- średnice balonów : 4,5 mm, 8 mm, 10,5 mm, 13 mm, 14 mm
- objętość balonów : 0,05 ml, 0,20 ml, 0,75 ml, 1,5 ml, 1,6 ml, 1,75 ml
- oznaczenie kolorystyczne
- data ważności 6 lat

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
2/ a/a
Druk: A.Szylko

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
A. Szylko
mgr inż. Aleksandra Szylko

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI KARDIOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WNIĘTYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu ul. Słowackiego 17
10-110 010 010
10-110 010 010

dr n. med. Witold Pstrąg-Bieleński