



# WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00  
NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01  
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH tel. 56 654 33 77

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9  
skrytka pocztowa 7, www.wszz.torun.pl  
tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

Toruń, dnia 19-06-2020 r.

W.Sz.Z: TZ-280-61/20

**dotyczy:** postępowania na dostawę wyposażenia medycznego, wykonanie niezbędnych prac dostosowawczych dla montażu urządzeń dla Centralnej Sterylizacji i Dezynfektorni w budynku nr 510 w ramach inwestycji „Rozbudowa i przebudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Toruniu“.

W związku z otrzymanym zapytaniem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

### **Pytanie Nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

#### **Odpowiedź:**

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej należy złożyć w ciągu 3 dni, licząc od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarciem ofert.

### **Pytanie Nr 2**

#### **Dot. rozdziału IV poz. 11**

Zamawiający w ramach opisu kryterium oceny ofert nie zawarł wymagań dla obliczenia okresu gwarancji w zakresie podania przez zamawiającego maksymalnego okresu.

W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie górnej granicy oferowanego okresu gwarancji.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie określa górnego okresu gwarancji.

### **Pytanie Nr 3**

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej oznaczając jako Załącznik Nr 8 do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-61/20 OŚWIADCZENIE dot. wyrobów nie będących wyrobami medycznymi, a także wskazując jako Załącznik Nr 8 do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-61/20 formularz JEDZ?

#### **Odpowiedź:**

Tak, nastąpiła omyłka pisarska, formularz JEDZ jest Załącznikiem Nr 9 do SIWZ.

### **Pytanie Nr 4**

#### **Dotyczy zapisów SIWZ oraz wymaganych dokumentów Rozdział nr III pkt. 18.2 SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści dla pozycji wyposażenia Załącznika Nr 2 Lp. V pkt. 5.2. w zakresie urządzenia Centralnego dozowania dostarczenie urządzenia, które nie posiada połączenia, przekazywania parametrów i integracji w zakresie rejestracji parametrów procesu i powiązania z reprocessowanym osprzętem procesu do systemu komputerowego SYNOPSIS Advance+, a działanie urządzenia dozowania jest samodzielne i w pełni autonomiczne nie wymagające integracji?

Uzasadnienie: Powyższa funkcjonalność jest wystarczająca dla prawidłowej pracy układu centralnego dozowania.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje wymóg integracji systemu komputerowego SYNOPSIS Advance + z urządzeniem wyłącznie w zakresie pomiaru aktualnej ilości środków chemicznych oraz statystyki prognozowanego zużycia.



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

#### **Pytanie Nr 5**

##### **Dotyczy zapisów SIWZ oraz wymaganych dokumentów Rozdział nr III pkt. 18.3 SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści dla pozycji wyposażenia Załącznika Nr 2/1 Lp. pkt. 28. w zakresie szafy do przechowywania endoskopów dostarczenia szafy, która nie posiada podłączenia, przekazywania parametrów i integracji w zakresie rejestracji parametrów procesu i powiązania z materiałem poddawanym obróbce do systemu komputerowego SYNOPSIS Advance+, a działanie szafy do przechowywania endoskopów jest samodzielne i w pełni autonomiczne nie wymagające integracji?

Uzasadnienie: Powyższa funkcjonalność jest wystarczająca dla prawidłowej pracy szafy do przechowywania endoskopów.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje wymóg zawarty w SIWZ.

#### **Pytanie Nr 6**

##### **Dotyczy zapisów SIWZ oraz wymaganych dokumentów Rozdział nr III pkt. 18.6 SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści dla pozycji wyposażenia Załącznika Nr 2/3 Lp. pkt. 15. w zakresie urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń dostarczenia urządzenia, które nie posiada podłączenia, przekazywania parametrów i integracji w zakresie rejestracji parametrów procesu dekontaminacji i powiązania z dekontaminowanym osprzętem do systemu komputerowego SYNOPSIS Advance+, a działanie dekontaminatorów jest w pełni samodzielne i w pełni autonomiczne nie wymagające integracji?

Uzasadnienie: Powyższa funkcjonalność jest wystarczająca dla prawidłowej pracy urządzenia do dekontaminacji

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie Nr 7**

##### **Dotyczy zapisów SIWZ oraz wymaganych dokumentów Rozdział nr III pkt. 18.11 SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści dla pozycji wyposażenia Załącznika Nr 2/6 Lp. pkt. 36. w zakresie myjni dezynfektora do endoskopów dostarczenie urządzenia, które nie posiada podłączenia, przekazywania parametrów i integracji w zakresie rejestracji parametrów procesu i powiązania z reprocessowanym osprzętem do systemu komputerowego SYNOPSIS Advance+, a działanie myjni dezynfektora do endoskopów jest w pełni samodzielne i w pełni autonomiczne nie wymagające integracji?

Uzasadnienie: Powyższa funkcjonalność jest wystarczająca dla prawidłowej pracy myjni endoskopowej.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje wymóg zawarty w SIWZ.

#### **Pytanie Nr 8**

##### **Dotyczy Umowy: § 2 ust. 1**

Wykonawca wnosi o wskazanie maksymalnego terminu, w którym wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o możliwości wykonania umowy.

#### **Odpowiedź:**

Maksymalny termin, w którym Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o możliwości wykonania umowy to dzień 07.09.2020r.

#### **Pytanie Nr 9**

##### **Dotyczy Umowy: § 4 ust 1**

Wykonawca wnosi o modyfikację wysokości kary umownej, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. a do wartości 0,5% wartości brutto niedostarczonego asortymentu za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej do 6 dni

Wykonawca wnosi o modyfikację wysokości kary umownej, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. b do wartości 1% wartości brutto niedostarczonego asortymentu za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej powyżej 6 dni

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę modyfikację § 4 ust 1 wzoru umowy i nadaje mu brzmienie :

1. Strony ustalają, że z tytułu nieterminowej dostawy i instalacji Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości:

- a) 0,5% wartości brutto niedostarczonego asortymentu za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej do 6 dni,
- b) 3% wartości brutto niedostarczonego asortymentu za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej powyżej 6 dni.

Zamawiający zamieści aktualny załącznik Nr 5 zawierający zmiany w §4 ust. 1 na stronie internetowej [www.platformazakupowa.pl/wszz\\_torun](http://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun)

**Pytanie Nr 10**

**Dotyczy Umowy: § 4**

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie wzoru umowy poprzez określenie maksymalnego limitu kar umownych do wysokości 20% wartości umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie Nr 11**

**Dotyczy Umowy: §5**

Wykonawca wnosi o zmianę sposobu płatności z tytułu wykonania umowy poprzez wprowadzenie możliwości płatności częściowych (na podstawie faktur częściowych) w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

Powyższy wniosek wynika z faktu, że obecnie w miejscach montażu prowadzone są prace budowlane, a realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie etapowo, na wezwanie Zamawiającego w poszczególnych lokalizacjach Szpitala.

W związku z tym, zapłata wynagrodzenia powinna zostać uzależniona od należytego wykonania części umowy, w zakresie poszczególnych pozycji asortymentowych w poszczególnych lokalizacjach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu płatności. W związku z powyższym Zamawiający zamieści aktualny załącznik Nr 5 zawierający zmiany w §2 ust. 1 oraz § 5 ust. 2 na stronie internetowej [www.platformazakupowa.pl/wszz\\_torun](http://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun)

**Pytanie Nr 12**

**Dotyczy specyfikacji asortymentowo – ilościowo – cenowej, V Magazyn Chemii poz. 5.2.**

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia centralnego dozowania środków chemicznych, którego zbiorniki buforowe wykonane są ze stali kwasoodpornej oraz są wyposażone w system czujników?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 13**

**Dotyczy specyfikacji asortymentowo – ilościowo – cenowej, V Magazyn Chemii poz. 5.2.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone we wbudowane czujniki informujące o ilości wykorzystanego środka chemicznego pomiar poziomu środka w zbiorniku dwu punktowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie Nr 14**

**Dotyczy specyfikacji asortymentowo – ilościowo – cenowej, V Magazyn Chemii poz. 5.2.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stacji zintegrowanej z systemem komputerowym wyłącznie w zakresie rejestracji poziomu środków chemicznych oraz prowadzenia statystyk dotyczącego ich zużycia?

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 4.

#### **Pytanie Nr 15**

**Dotyczy specyfikacji asortymentowo – ilościowo – cenowej, XXV Pokój Kierownika poz. 25.3.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nadstawki do szafy o wymiarach SxGxW 80 cm x 40 cm x 80 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie Nr 16**

**Dotyczy specyfikacji asortymentowo – ilościowo – cenowej, XXV Pokój Kierownika poz. 25.4.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy biurowej o wymiarach SxGxW 80 cm x 40 cm x 200 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie Nr 17**

**Dotyczy specyfikacji asortymentowo – ilościowo – cenowej, XXV Pokój Kierownika poz. 25.5.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy na garderobę o wymiarach SxGxW 80 cm x 40 cm x 200 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie Nr 18**

**Dotyczy specyfikacji asortymentowo – ilościowo – cenowej, poz. 9.2 (zał. nr 2/1 do SIWZ – Szafa do przechowywania i suszenia endoskopów i akcesoriów endoskopowych).**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy do przechowywania i suszenia endoskopów o następujących parametrach:

- a. urządzenie nieprzelotowe, jednodrzwiowe,
- b. wymiary zewnętrzne maksymalne szer. x gł. x wys. 600 x 576 x 1900 mm,
- c. pojemność 8 endoskopów przechowywanych na osobnych, wysuwanych półkach w pozycji poziomej w koszach. Układ nie wymaga stosowania uchwytów do wieszania głowicy oraz rękojeści endoskopu,
- d. czytelny dotykowy wyświetlacz umiejscowiony powyżej komory załadowniczej o przekątnej 7",
- e. możliwość przechowywania endoskopów przez okres minimum 30 dni,
- f. podłączenie endoskopu do systemu przepływu powietrza po stronie szafy za pomocą dedykowanego złącza,
- g. podłączenie kanałów endoskopów za pomocą połączeń każdego z kanałów,
- h. powietrze filtrowane przez filtr HEPA o klasie H13,
- i. wymuszony przepływ powietrza przez kanały wewnętrzne endoskopu,
- j. oznaczenie endoskopów za pomocą kodów kreskowych,

- k. logowanie do maszyny za pomocą kodów kreskowych bądź poprzez kod cyfrowy,
- l. suszenie powierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych,
- m. obudowa, panele zewnętrzne oraz komora susząca wykonane z materiału odpornego na korozję,
- n. szafa wyposażona w pojedyncze drzwi wykonane ze szkła hartowanego o powierzchni przeszklenia powyżej 80%,
- o. przyłącza urządzenia: zasilanie elektryczne 230V 50 Hz, maksymalnie 100W oraz zewnętrzne sprężone powietrze,
- p. urządzenie posiada możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki w sieci szpitalnej (brak wbudowanej drukarki),
- q. system kontroli dostępu do endoskopów wewnątrz szafy – możliwość otwarcia drzwi jedynie przez upoważniony personel,
- r. zapis w pamięci urządzenia daty, czasu oraz półki na której przechowywany jest endoskop,

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 19**

**Dotyczy poz. 2.2, 2.3, 7.2, 7.3, 17.2, 17.3, 40.2, 40.3 tj.**

Regał listwowy ze stali nierdzewnej z półkami ażurowymi, wykonanie: dwie listwy o długości (min.) D: 180 cm, każda listwa posiadająca min. 10 haczyków służących do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków itp., listwy wykonane z profili 30x30x1,5 mm, przeznaczone do zawieszenia na ścianie; wykonanie listew i wyposażenia- stal nierdzewna 0H18N9, wyposażony w 5 półek ażurowych do zawieszania na uchwytych listew, konstrukcja z profili zamkniętych, wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne  
Czy zamawiający dopuści półki z blachy perforowanej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie Nr 20**

**Dotyczy specyfikacji asortymentowo – ilościowo – cenowej poz. 9.1 ( Szafa do dosuszenia osprzętu anestezjologicznego)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Szafy do dosuszania osprzętu anestezjologicznego i narzędzi o wymiarach 700 x 480 x 1900 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 21**

**Dotyczy specyfikacji asortymentowo – ilościowo – cenowej poz. 9.1 ( Szafa do dosuszenia osprzętu anestezjologicznego)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy do dosuszania osprzętu anestezjologicznego i narzędzi z drzwiami ze stali nierdzewnej z przeszkleniem pozwalającym na obserwację wsadu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 22**

**Dotyczy specyfikacji asortymentowo – ilościowo – cenowej poz. 9.1 ( Szafa do dosuszenia osprzętu anestetycznego)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy do dosuszania osprzętu anestetycznego wyposażonej w wyświetlacz kolorowy z panelem dotykowym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 23**

**Dotyczy specyfikacji asortymentowo – ilościowo – cenowej 43.5, 43.6 stoły (strefa brudna Centralnej Dezynfektorni):**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zwiększenie zakresu tolerancji w wymiarach mebli z +/- 5cm na +/- 10cm (długość i szerokość blatu i komory) z uwagi na konieczność zabudowania elementu instalacyjnego z boku ciągu meblowego oraz wzdłuż fragmentu ściany.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 24**

**Dotyczy specyfikacji asortymentowo – ilościowo – cenowej poz. 44.3 ( Szafa do ogrzewania kocy)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy, która wyposażona jest w system recyrkulacji bez filtra powietrza oraz bez czujnika kontroli drożności filtra?

Uzasadnienie: Oferowana szafa do ogrzewania kocy posiada recyrkulację powietrza w czasie ogrzewania, w związku z czym filtr powietrza klasy H14 z czujnikiem kontroli drożności filtra nie jest wymagany dla takiego rozwiązania. Oferowane rozwiązanie spełnia wymagania funkcjonalne urządzenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 25**

**Dotyczy specyfikacji asortymentowo – ilościowo – cenowej poz. 44.3 ( Szafa do ogrzewania kocy)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy do ogrzewania kocy o głębokości szafy max 82 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 26**

**Dot. XXIX Wyposażenie dodatkowe poz. 29.7-29.10**

Czy Zamawiający wymaga, aby produkty były kompatybilne materiałowo i technologicznie z posiadanymi już przez Zamawiającego? Takie rozwiązanie wyklucza problemy z użytkowaniem, doborem asortymentu, ułatwia oraz ujednotacza procedurę użytkowania asortymentu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w SIWZ.

**Pytanie Nr 27**

**Dot. XXIX Wyposażenie dodatkowe poz. 29.3-29.4**

Czy Zamawiający wymaga aby produkty posiadały potwierdzenie możliwości zastosowania w temperaturze do 100C?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w SIWZ

### **Pytanie Nr 28**

#### **Dot. XXIX Wyposażenie dodatkowe poz. 29.3 -29.4 oraz 29.7-29.10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie ww. pozycji oraz utworzenie z nich osobnego pakietu? Podział zamówienia oraz utworzenie z ww. asortymentu osobnego zadania pozwoli złożyć ofertę większej ilości wykonawców, a Zamawiającemu uzyskać dzięki temu najkorzystniejszą cenę. Ponadto umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie oferty na wyroby kompatybilne materiałowo i technologicznie z posiadanymi już przez Zamawiającego.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie Nr 29**

#### **Dot. XXIX Wyposażenie dodatkowe poz. 29.9 -29.10**

Czy Zamawiający wymaga aby produkty były wyrobem medycznym i posiadały odpowiednie dopuszczenia i dokumenty zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga.

### **Pytanie Nr 30**

#### **Pomieszczenie przyjęcia materiału brudnego**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krzesła wg poniższego opisu i wizualizacji? Oferowany wyrób jest w pełni funkcjonalny i równoważny do opisanego w SIWZ – dotyczy l.p. 1.2

Taboret z oparciem, siedziskiem i podłokietnikami (wszystkie wskazane elementy krzesła tapicerowane materiałem typu skaj). Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki – zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej). Oparcie regulowane w dwóch płaszczyznach (górną-dół, przód-tył). Podstawa trójramienna z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Podstawa fi 480mm, zakres regulacji 490/630mm.



**Na rysunku wersja bez podłokietników**

#### **Odpowiedź:**

Oferowany wyrób nie jest równoważny z wymaganiem przez Zamawiającego w SIWZ Lp. I, pkt 1.2, ponieważ Zamawiający w tej pozycji wymaga stołu z blatem roboczym.

**Pytanie Nr 31**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krzesła spełniającego opis w SIWZ, z zakresem regulacji 490/630mm? – dotyczy l.p. 1.2

**Odpowiedź:**

Przedmiotem zamówienia w SIWZ Lp. I, pkt 1.2 jest stół z blatem roboczym.

**Pytanie Nr 32**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w kółka z odbojami, jak pokazano na poniższej wizualizacji? Oferowane rozwiązanie jest równoważne do opisanego w SIWZ. – dotyczy l.p. 1.3

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 33**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach zewnętrznych 1095x745mm oraz wymiarach półek 1000x650mm? Oferowane parametry różnią się minimalnie od wymaganych w SIWZ. – dotyczy l.p. 1.3

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie Nr 34**

Czy Wykonawca ma zaoferować pokrywę wykonaną ze stali nierdzewnej niemalowanej czy ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo (min. 10 kolorów do wyboru przez Zamawiającego) czy tworzywowe (min. 3 kolory do wyboru przez Zamawiającego)? – dotyczy l.p. 1.4

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wszystkie 3 rozwiązania.

**Pytanie Nr 35**

Czy Wykonawca ma zaoferować regał z półkami montowanymi na stałe czy regulowanymi (dotyczy półek wewnętrznych)? – dotyczy l.p. 1.6

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza regał z półkami montowanymi na stałe lub regulowanymi.

**Pytanie Nr 36****Pomieszczenie mycia wózków**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regału wyposażonego w wysokiej jakości układ jezdy wyposażony w kółka fi 100mm? – dotyczy l.p. 3.1

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.



**Pytanie Nr 37**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regału wyposażonego we wsporniki do półek spawane do konstrukcji pionowej co 85mm? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze dla Użytkownika, gdyż umożliwia regulację w większym zakresie niż opisana w SIWZ. – dotyczy l.p. 3.1

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 38**

**Pomieszczenie suszenia wózków**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regału wyposażonego w wysokiej jakości układ jezdy wyposażony w kółka fi 100mm? – dotyczy l.p. 4.2

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie Nr 39**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regału wyposażonego we wsporniki do półek spawane do konstrukcji pionowej co 85mm? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze dla Użytkownika, gdyż umożliwia regulację w większym zakresie niż opisana w SIWZ. – dotyczy l.p. 4.2

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 40**

**Magazyn chemii**

Czy Wykonawca ma zaoferować regał z półkami montowanymi na stałe czy regulowanymi (dotyczy półek wewnętrznych)? – dotyczy l.p. 5.1

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza regał z półkami montowanymi na stałe lub regulowanymi.

**Pytanie Nr 41**

**Strefa brudna – pomieszczenie mycia i dezynfekcji**

Czy Wykonawca ma zaoferować pokrywą wykonaną ze stali nierdzewnej niemalowanej czy ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo (min. 10 kolorów do wyboru przez Zamawiającego) czy tworzywowe (min. 3 kolory do wyboru przez Zamawiającego)? – dotyczy l.p. 6.1

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wszystkie 3 rozwiązania.

**Pytanie Nr 42**

Czy Wykonawca ma zaoferować regał z półkami montowanymi na stałe czy regulowanymi (dotyczy półek wewnętrznych)? – dotyczy l.p. 6.3

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza regał z półkami montowanymi na stałe lub regulowanymi.

**Pytanie Nr 43**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z fartuchem o wysokości 40mm? Oferowana wysokość minimalnie różni się od wymaganej w SIWZ, co pozostaje bez wpływu na użytkowanie wyrobu. – dotyczy l.p. 6.4, 6.5, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie Nr 44**

##### **Strefa czysta – pakietowanie narzędzi**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regału o konstrukcji i półkach wykonanych ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)? Oferowane rozwiązanie z uwagi na trwałość materiału jest korzystniejsze od opisanego w SIWZ. – dotyczy l.p. 9.3

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie Nr 45**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w kółka z odbojami, jak pokazano na poniższej wizualizacji? Oferowane rozwiązanie jest równoważne do opisanego w SIWZ. – dotyczy l.p. 9.5



##### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

#### **Pytanie Nr 46**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach zewnętrznych 1095x745mm oraz wymiarach półek 1000x650mm? Oferowane parametry różnią się minimalnie od wymaganych w SIWZ. – dotyczy l.p. 9.5

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie Nr 47**

Czy Wykonawca ma zaoferować pokrywę wykonaną ze stali nierdzewnej niemalowanej czy ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo (min. 10 kolorów do wyboru przez Zamawiającego) czy tworzywowe (min. 3 kolory do wyboru przez Zamawiającego)? – dotyczy l.p. 9.6

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wszystkie 3 rozwiązania.

#### **Pytanie Nr 48**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krzesła wg poniższego opisu i wizualizacji? Oferowany wyrób jest w pełni funkcjonalny i równoważny do opisanego w SIWZ – dotyczy l.p. 9.8

Taboret z oparciem, siedziskiem i podłokietnikami (wszystkie wskazane elementy krzesła tapicerowane materiałem typu skaj). Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki – zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej). Oparcie regulowane w dwóch płaszczyznach (górną-dół, przód-tył). Podstawa trójramienna z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Podstawa fi 480mm, zakres regulacji 490/630mm.



Na rysunku wersja bez podłokietników

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 49**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krzesła spełniającego opis w SIWZ, z zakresem regulacji 490/630mm? – dotyczy l.p. 9.8

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 50**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z konstrukcją wykonaną z profili zamkniętych 30x30mm? Oferowane rozwiązanie jest w pełni funkcjonalne i bardzo chętnie wybierane przez Użytkowników do pomieszczeń szpitalnych. – dotyczy l.p. 9.11, 9.12

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie Nr 51**

**Magazyn czysty**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regału o konstrukcji i półkach wykonanych ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)? Oferowane rozwiązanie z uwagi na trwałość materiału jest korzystniejsze od opisanego w SIWZ. – dotyczy l.p. 11.1, 11.2

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie Nr 52**

Czy Wykonawca ma zaoferować pokrywę wykonaną ze stali nierdzewnej niemalowanej czy ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo (min. 10 kolorów do wyboru przez Zamawiającego) czy tworzywowe (min. 3 kolory do wyboru przez Zamawiającego)? – dotyczy l.p. 11.3

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wszystkie 3 rozwiązania.

### **Pytanie Nr 53**

#### **Pakietowanie tekstyliów**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regału o konstrukcji i półkach wykonanych ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)? Oferowane rozwiązanie z uwagi na trwałość materiału jest korzystniejsze od opisanego w SIWZ. – dotyczy l.p. 12.1

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie Nr 54**

Czy Wykonawca ma zaoferować pokrywę wykonaną ze stali nierdzewnej niemalowanej czy ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo (min. 10 kolorów do wyboru przez Zamawiającego) czy tworzywowe (min. 3 kolory do wyboru przez Zamawiającego)? – dotyczy l.p. 12.2

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wszystkie 3 rozwiązania.

### **Pytanie Nr 55**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z konstrukcją wykonaną z profili zamkniętych 30x30mm? Oferowane rozwiązanie jest w pełni funkcjonalne i bardzo chętnie wybierane przez Użytkowników do pomieszczeń szpitalnych. – dotyczy l.p. 12.3

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie Nr 56**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krzesła wg poniższego opisu i wizualizacji? Oferowany wyrób jest w pełni funkcjonalny i równoważny do opisanego w SIWZ – dotyczy l.p. 12.5

Taboret z oparciem, siedziskiem i podłokietnikami (wszystkie wskazane elementy krzesła tapicerowane materiałem typu skaj). Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki – zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej). Oparcie regulowane w dwóch płaszczyznach (górną-dół, przód-tył). Podstawa trójramienna z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Podstawa fi 480mm, zakres regulacji 490/630mm.



Na rysunku wersja bez podłokietników

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 57**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krzesła spełniającego opis w SIWZ, z zakresem regulacji 490/630mm? – dotyczy l.p. 12.5

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 58**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o wymiarach blatu 1400x900 mm, wyposażonego w szybę bezpieczną, mleczną podświetlaną 1100x720mm? Oferowany wymiar pozwala na swobodną pracę z pakietami sterylnymi. – dotyczy l.p. 12.8

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 59**

**Magazyn tekstyliów**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regału o konstrukcji i półkach wykonanych ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)? Oferowane rozwiązanie z uwagi na trwałość materiału jest korzystniejsze od opisanego w SIWZ. – dotyczy l.p. 13.1

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie Nr 60**

Czy Wykonawca ma zaoferować pokrywę wykonaną ze stali nierdzewnej niemalowanej czy ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo (min. 10 kolorów do wyboru przez Zamawiającego) czy tworzywowe (min. 3 kolory do wyboru przez Zamawiającego)? – dotyczy l.p. 13.2

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wszystkie 3 rozwiązania.

**Pytanie Nr 61**

**Pomieszczenie porządkowe (dostępne z korytarza Centralnej Sterylizatorni)**

Czy Wykonawca ma zaoferować pokrywę wykonaną ze stali nierdzewnej niemalowanej czy ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo (min. 10 kolorów do wyboru przez Zamawiającego) czy tworzywowe (min. 3 kolory do wyboru przez Zamawiającego)? – dotyczy l.p. 14.1

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wszystkie 3 rozwiązania.

**Pytanie Nr 62**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regału o konstrukcji i półkach wykonanych ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)? Oferowane rozwiązanie z uwagi na trwałość materiału jest korzystniejsze od opisanego w SIWZ. – dotyczy l.p. 14.2

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie Nr 63**

**Wydawanie materiałów sterylnych**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krzesła wg poniższego opisu i wizualizacji? Oferowany wyrób jest w pełni funkcjonalny i równoważny do opisanego w SIWZ – dotyczy l.p. 15.1

Taboret z oparciem, siedziskiem i podłokietnikami (wszystkie wskazane elementy krzesła tapicerowane materiałem typu skaj). Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki – zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej). Oparcie regulowane w dwóch płaszczyznach (górną-dół, przód-tył). Podstawa trójramienna z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Podstawa fi 480mm, zakres regulacji 490/630mm.



Na rysunku wersja bez podłokietników

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 64**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krzesła spełniającego opis w SIWZ, z zakresem regulacji 490/630mm? – dotyczy l.p. 15.1

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 65**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w kółka z odbojami, jak pokazano na poniższej wizualizacji? Oferowane rozwiązanie jest równoważne do opisanego w SIWZ. – dotyczy l.p. 15.3



**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 66**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach zewnętrznych 1095x745mm oraz wymiarach półek 1000x650mm? Oferowane parametry różnią się minimalnie od wymaganych w SIWZ. – dotyczy l.p. 15.3

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie Nr 67**

#### **Strefa sterylna – magazyn materiału wysterylizowanego**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regału o konstrukcji i półkach wykonanych ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)? Oferowane rozwiązanie z uwagi na trwałość materiału jest korzystniejsze od opisanego w SIWZ. – dotyczy l.p. 16.1, 16.2

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie Nr 68**

#### **Magazyn materiałów wprowadzanych**

Czy Wykonawca ma zaoferować pokrywę wykonaną ze stali nierdzewnej niemalowanej czy ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo (min. 10 kolorów do wyboru przez Zamawiającego) czy tworzywowe (min. 3 kolory do wyboru przez Zamawiającego)? – dotyczy l.p. 18.1

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wszystkie 3 rozwiązania.

### **Pytanie Nr 69**

Czy Wykonawca ma zaoferować regał z półkami montowanymi na stałe czy regulowanymi (dotyczy półek wewnętrznych)? – dotyczy l.p. 18.2

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza regał z półkami montowanymi na stałe lub regulowanymi.

### **Pytanie Nr 70**

#### **Pomieszczenie porządkowe**

Czy Wykonawca ma zaoferować pokrywę wykonaną ze stali nierdzewnej niemalowanej czy ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo (min. 10 kolorów do wyboru przez Zamawiającego) czy tworzywowe (min. 3 kolory do wyboru przez Zamawiającego)? – dotyczy l.p. 20.1

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wszystkie 3 rozwiązania.

### **Pytanie Nr 71**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regału o konstrukcji i półkach wykonanych ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)? Oferowane rozwiązanie z uwagi na trwałość materiału jest korzystniejsze od opisanego w SIWZ. – dotyczy l.p. 20.2

#### **Odpowiedź:**


Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie Nr 72**

#### **Wyposażenie dodatkowe (nieprzypisane do pomieszczeń)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wg poniższego opisu i wizualizacji? – dotyczy l.p. 29.2  
Wózek zamykany (szafa) do transportu materiałów opatrunkowych i materiałów sterylnych o pojemności 6 jednostek StU; wykonany w całości ze stali kwasoodpornej 1.4301., wyposażony w 2 półki przestawne oraz drzwiczki dwuskrzydłowe; wnętrze wózka szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu; korpus dwuściankowy. Drzwiczki wykonane z dwóch paneli (dwuwarstwowe z izolacją) tworzących kasetę z uszczelką silikonową, wyposażone w zamek ze zintegrowanym uchwytem; oba skrzydła drzwiowe osadzone na minimum 2 zawiasach zewnętrznych o kącie otwarcia 270 stopni; blat prosty; Wózek wyposażony w dwa uchwyty do prowadzenia fi 20 mm. Zespół jezdny składający się z 4 kół (obrót kół na łożyskach kulkowych) o średnicy 160 mm (2 koła z hamulcem) oraz zestawu odbojników w narożach

wózka; wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne; wymiary zewnętrzne maksymalne (DxSxW): 960x680x1240 mm; ładowność wózka: min. 200 kg pojemność: 6 jednostek StU; przystosowany do ciężkiego załadunku; konstrukcja odpowiednia do urządzeń myjących; wózek odporny na mycie maszynowe w temperaturze do 80st.C



**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie Nr 73**

**Magazyn czysty**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regału o konstrukcji i półkach wykonanych ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)? Oferowane rozwiązanie z uwagi na trwałość materiału jest korzystniejsze od opisanego w SIWZ. – dotyczy l.p. 30.1

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie Nr 74**

**Magazyn podręczny**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regału o konstrukcji i półkach wykonanych ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)? Oferowane rozwiązanie z uwagi na trwałość materiału jest korzystniejsze od opisanego w SIWZ. – dotyczy l.p. 32.1

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie Nr 75**

**Boks naprawy łóżek**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy o konstrukcji i półkach wykonanych ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)? Oferowane rozwiązanie z uwagi na trwałość materiału jest korzystniejsze od opisanego w SIWZ. – dotyczy l.p. 33.1

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie Nr 76**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy z możliwością regulacji półek co 45mm? Oferowany zakres regulacji jest w pełni wystarczający do optymalnego ułożenia półek w szafie. – dotyczy l.p. 33.1

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.



### **Pytanie Nr 77**

#### **Strefa czysta – magazyn łóżek czystych**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krzesła wg poniższego opisu i wizualizacji? Oferowany wyrób jest w pełni funkcjonalny i równoważny do opisanego w SIWZ – dotyczy l.p. 34.1

Taboret z oparciem, siedziskiem i podłokietnikami (wszystkie wskazane elementy krzesła tapicerowane materiałem typu skaj). Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki – zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej). Oparcie regulowane w dwóch płaszczyznach (górną-dół, przód-tył). Podstawa trójramienna z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Podstawa fi 480mm, zakres regulacji 490/630mm.



Na rysunku wersja bez podłokietników

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

### **Pytanie Nr 78**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krzesła spełniającego opis w SIWZ, z zakresem regulacji 490/630mm? – dotyczy l.p. 34.1

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

### **Pytanie Nr 79**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy o konstrukcji i półkach wykonanych ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)? Oferowane rozwiązanie z uwagi na trwałość materiału jest korzystniejsze od opisanego w SIWZ. – dotyczy l.p. 34.3

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie Nr 80**

#### **Pomieszczenie porządkowe - Strefa czysta**

Czy Wykonawca ma zaoferować pokrywą wykonaną ze stali nierdzewnej niemalowanej czy ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo (min. 10 kolorów do wyboru przez Zamawiającego) czy tworzywowe (min. 3 kolory do wyboru przez Zamawiającego)? – dotyczy l.p. 35.1

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wszystkie 3 rozwiązania.

### **Pytanie Nr 81**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regału o konstrukcji i półkach wykonanych ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)? Oferowane rozwiązanie z uwagi na trwałość materiału jest korzystniejsze od opisanego w SIWZ. – dotyczy l.p. 35.2

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie Nr 82**

#### **Magazyn chemii**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regału o konstrukcji i półkach wykonanych ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)? Oferowane rozwiązanie z uwagi na trwałość materiału jest korzystniejsze od opisanego w SIWZ. – dotyczy l.p. 37.1

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie Nr 83**

#### **Pomieszczenie porządkowe - Strefa brudna**

Czy Wykonawca ma zaoferować pokrywę wykonaną ze stali nierdzewnej niemaalowanej czy ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo (min. 10 kolorów do wyboru przez Zamawiającego) czy tworzywowe (min. 3 kolory do wyboru przez Zamawiającego)? – dotyczy l.p. 42.1

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wszystkie 3 rozwiązania.

### **Pytanie Nr 84**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regału o konstrukcji i półkach wykonanych ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)? Oferowane rozwiązanie z uwagi na trwałość materiału jest korzystniejsze od opisanego w SIWZ. – dotyczy l.p. 42.2

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie Nr 85**

#### **Strefa brudna – magazyn łóżek brudnych**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krzesła wg poniższego opisu i wizualizacji? Oferowany wyrób jest w pełni funkcjonalny i równoważny do opisanego w SIWZ – dotyczy l.p. 43.1

Taboret z oparciem, siedziskiem i podłokietnikami (wszystkie wskazane elementy krzesła tapicerowane materiałem typu skaj). Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki – zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej). Oparcie regulowane w dwóch płaszczyznach (górze-dół, przód-tył). Podstawa trójramienna z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obrotową podnogą. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Podstawa fi 480mm, zakres regulacji 490/630mm.



Na rysunku wersja bez podłokietników

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 86**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krzesła spełniającego opis w SIWZ, z zakresem regulacji 490/630mm? – dotyczy l.p. 43.1

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 87**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy o konstrukcji i półkach wykonanych ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)? Oferowane rozwiązanie z uwagi na trwałość materiału jest korzystniejsze od opisanego w SIWZ. – dotyczy l.p. 43.3

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie Nr 88**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z fartuchem o wysokości 40mm? Oferowana wysokość minimalnie różni się od wymaganej w SIWZ, co pozostaje bez wpływu na użytkowanie wyrobu. – dotyczy l.p. 43.5, 43.6

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający w związku z udzielonymi odpowiedziami modyfikuje wzór umowy zawarty w Załączniku Nr 2/5. Poprawiony Załącznik z uwzględnieniem dokonanych zmian stanowi załącznik do niniejszej informacji i zostaje umieszczony na stronie internetowej – [www.platformazakupowa.pl/wszz\\_torun](http://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun)

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

Art. 18 ust. 2 ustawy  
o zamówieniach publicznych  
p. Dyrektora Wojewódzkiego  
Szpitala Zespołowego w Toruniu

p.o. KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
i Zaopatrzenia

Anna Wątrzech-Kozłowska

WZÓR UMOWY

Umowa Nr .....

zawarta w dniu ..... r. w ..... pomiędzy:

.....  
(pełna nazwa zamawiającego)

reprezentowany przez:

..... – .....

(imię i nazwisko)

(stanowisko)

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

a

.....  
(pełna nazwa wykonawcy)

.....  
(adres siedziby wykonawcy)

wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem .....

reprezentowanym przez:

..... – .....

(imię i nazwisko)

(stanowisko)

..... – .....

(imię i nazwisko)

(stanowisko)

REGON : ..... NIP : .....

PESEL (dotyczy osoby fizycznej).....

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1

1. W wyniku przeprowadzonego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego na

dostawę wyposażenia medycznego, wykonanie niezbędnych prac dostosowawczych dla montażu urządzeń dla Centralnej Sterylizacji i Dezynfektorni w budynku nr 510 w ramach inwestycji „Rozbudowa i przebudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Toruniu“, zwanego w dalszej treści przedmiotem umowy.

2. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
  - specyfikacja cenowa – Załącznik Nr .....
  - specyfikacja techniczna (parametry techniczno-użytkowe) – Załącznik Nr .....
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy w asortymencie, ilości i po cenie zgodnej ze złożoną ofertą z dnia .....
4. Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów niebędących wyrobami medycznymi, a będące przedmiotem umowy, posiadają wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie w zakładach opieki zdrowotnej.

## § 2

1. Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot umowy w terminie **16 tygodni** od dnia poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej o gotowości do odbioru i możliwości przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy.

1.1 Strony ustalają, że realizacja zamówienia może wystąpić w częściach ( etapach). W takiej sytuacji faktury mogą być wystawiane również jako częściowe wystawiane odpowiednio do zakresu zrealizowanej dostawy.

2. Przez termin realizacji zamówienia rozumie się termin, w którym Wykonawca dostarczy wyroby własnym transportem, na własne ryzyko i koszt do siedziby Zamawiającego, dokona ich kompletnego montażu i instalacji oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi.

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu razem z przedmiotem umowy instrukcje obsługi/użytkowania w języku polskim wraz z dokumentami określającymi częstość przeglądów technicznych lub innych okresowo powtarzanych czynności serwisowych zalecanych przez producenta.

4. Wykonawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu umowy zabezpieczające go w czasie transportu oraz ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu i powstałych strat.

5. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy niepełnej lub choćby częściowo wadliwej.

6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy:

a) jest fabrycznie nowy,

b) jest nieużywany tzn. niebędący przedmiotem wystaw i prezentacji, wolny od wad fizycznych i prawnych,

7. Strony zgodnie postanawiają, że niezależnie od ilości dostarczanych egzemplarzy niezgodność któregośkolwiek z elementów przedmiotu umowy z ofertą złożoną przez Wykonawcę, postanowieniami umowy bądź SIWZ rozumiana będzie jako niezgodność towaru z umową powodująca skutki przewidziane w niniejszej umowie i przepisach prawa.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 7 Zamawiający jest w szczególności uprawniony, do odstąpienia od umowy w całości lub w części. W takiej sytuacji Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 21 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 7.

9. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 8 Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru z siedziby Zamawiającego przedmiotu umowy, pod rygorem przesłania go przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do obowiązującej procedury wejścia na budowę obiektu Nr 510 przy ul. św. Józefa w związku z wykonaniem zamówienia (montaż urządzeń).

11. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Generalnym Wykonawcą „Przebudowy i rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. L. Rydygiera w Toruniu”, tj. Budimex S. A. przy wykonywaniu niezbędnych prac dostosowawczych dla montażu urządzeń i sprzętu na obiekcie nr 510 przy ul. św. Józefa, który jest w trakcie budowy (w tym niezbędne projekty wraz z uzgodnieniami) oraz koniecznych prac adaptacyjnych wymaganych do prawidłowej realizacji zamówienia.

12. Wykonawca zostanie obciążony kosztami organizacyjnymi w zakresie wykonywanych przez siebie prac dostosowawczych (w szczególności mogą one dotyczyć: kosztów wywozu, segregacji i utylizacji odpadów, kosztów ochrony, szkolenia i nadzoru BHP, energii elektrycznej, kosztów zużycia wody).

13. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac dostosowawczych niezbędnych do prawidłowego montażu i uruchomienia zaoferowanego wyposażenia.

14. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej w ilości po 4 egzemplarze z danej branży na min. 7 dni przed zgłoszeniem gotowości do odbioru.

### § 3

1. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy ..... miesięcznej gwarancji. Termin gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru i montażu (instalacji) sprzętu u Zamawiającego przez Strony umowy.

2. Czas reakcji serwisu w ciągu max. 48 godzin licząc od zgłoszenia wiadomości o zaistniałej awarii przez Zamawiającego w dni robocze i w ciągu 72 godzin licząc od zgłoszenia wiadomości o zaistniałej awarii w dni wolne i święta. Informacje o awarii zgłaszane będą przez Zamawiającego do serwisu Wykonawcy pod nr telefonu .....

3. Wykonawca gwarantuje możliwość zakupu części zamiennych przez okres 10 lat.

4. W przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni (w okresie gwarancji) Wykonawca zobowiązany będzie przedłużyć okres gwarancji o czas naprawy.

4.1 W przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni (w okresie gwarancji) Wykonawca zobowiązany będzie wstawić Zamawiającemu na czas naprawy urządzenie zastępcze o tym samym przeznaczeniu, wolne od wad oraz przedłużyć okres gwarancji o czas naprawy (dotyczy Załącznika Nr 2/3)

5. Wykonawca zapewnia w ramach ceny oferty wykonanie przeglądów gwarancyjnych dostarczonego sprzętu w terminach zgodnych z przepisami prawa i dokumentacją producenta, ale nie rzadziej niż jeden raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji.

### § 4

1. Strony ustalają, że z tytułu nieterminowej dostawy i instalacji Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości:

a) 0,5% wartości brutto niedostarczonego asortymentu za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej do 6 dni,

b) 3% wartości brutto niedostarczonego asortymentu za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej powyżej 6 dni.

2. Z tytułu nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem zwłok określonych w ust. 1 pkt. a i b Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości

brutto umowy.

3. Z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.
4. Strony ustalają, że prawo dochodzenia kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji umowy przysługuje również po odstąpieniu od umowy.

## § 5

1. Wartość umowy ustala się na kwotę: .....netto + ...% VAT = ..... brutto  
Słownie brutto: .....
2. Należność za dostawę płatna będzie przez Zamawiającego w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, z uwzględnieniem możliwości fakturowania częściowego dostaw realizowanych etapami zgodnie z zapisem w § 2 ust. 1 pkt 1.1 niniejszej umowy .
  - 2.1. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru i montażu (instalacji) podpisany przez Strony umowy.
3. Należność za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający prześle na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.
4. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za nieterminowe uregulowanie należności od wartości niezapłaconej faktury.
5. Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności oraz odsetek ustawowych bez zgody Zamawiającego na rzecz osób trzecich.
6. Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.), mające na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno wymagalnych, jak i niewymagalnych, istniejących jak i nieistniejących, na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego – są nieważne.
7. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić, dołączając do informacji oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
  - 1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
  - 2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
  - 3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 02.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374)
  - 4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie

- do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
- 5) okoliczności, o których mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
8. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.
9. Zamawiający przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 7, na należyte wykonanie umowy.
10. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 7, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 7, może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:
- 1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
  - 2) zmianę sposobu wykonywania dostaw,
  - 3) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia
- Wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

#### § 6

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
  - 1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp;
  - 2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
  - 3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciąży na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

#### § 7

W razie powstałego sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Strony będą dążyć do polubownego załatwienia ewentualnej kwestii sporu.

#### § 8

W przypadku niezałatwienia powstałego sporu na drodze polubownej w terminie 14 dni od rozpoczęcia negocjacji, Strony poddadzą się rozstrzygnięciu właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego.

#### § 9

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami zawartej umowy zastosowanie mieć będą przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

#### § 10



Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych KC odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

### § 11

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w razie wystąpienia następujących okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
  - a. zmiany oferowanego typu/modelu sprzętu medycznego na sprzęt o parametrach nie gorszych niż określone w ofercie w przypadku wycofania sprzętu z rynku, wstrzymania produkcji, w cenie nie wyższej niż oferowana,
  - b. zmiany stawki podatku VAT na sprzęt (wyroby) objęte przedmiotem umowy – przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Strony są zobowiązane do niezwłocznego zawarcia odpowiedniego aneksu w przypadku wystąpienia zmiany stawki podatku VAT,
  - c. konieczności zmiany terminu wykonania umowy w odniesieniu do całości lub części pozycji, wykraczającą poza terminy określone w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, będącą następstwem opóźnienia w wykonywaniu robót budowlanych przez generalnego Wykonawcę „Przebudowy i rozbudowy *Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. L. Rydygiera w Toruniu*”, tj. Budimex S.A. i skutkującą niemożnością montażu (instalacji) przedmiotu umowy w całości lub w części.
2. Zmiany określone w punkcie poprzedzającym nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego, w szczególności nie mogą skutkować niekorzystną dla niego zmianą wartości umowy.
3. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i w miarę możliwości również udokumentowane przez Wykonawcę.
4. Zmiana umowy wymaga zgody stron w formie aneksu.

### § 12

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

### § 13

Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. W razie niezrealizowania tego zobowiązania pisma dostarczane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

### § 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

**WYKONAWCA:**

**ZAMAWIAJĄCY:**

