



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu

ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn – Koźle
NIP: 749-17-90-304, REGON: 000314661
tel. +48 774 062 400, faks +48 774 062 544, spzoz@e-szpital.eu, www.e-szpital.eu

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 774 062 566, faks +48 774 062 567 ekoziol@e-szpital.eu

Kędzierzyn-Koźle, 05.07.2023r.

SPZOZ . AZ . 2023 .

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZADANIU NR 1 ORAZ ODRZUCENIU OFERT W ZADANIU NR 1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę filtrów z ustnikiem, sond do lasera i igieł do biopsji – 3 zadania częściowe, AZ-P.2023.21.

I. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZADANIU NR 1:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej Pzp, informuje, że w prowadzonym postępowaniu na zadanie nr 1 (filtry bakteryjno-wirusowe z ustnikiem do spirometru Easy One Air-2500 NDD) wybrano ofertę nr 4 wykonawcy ALPOL Adrian Lenkiewicz, Wierzbie 25, 48-316 Łąbinowice.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki wymagane w SWZ i uzyskała razem 100 pkt w kryterium „cena 100%”.

Na zadanie złożono oferty:

Nr oferty	Nazwa, adres Wykonawcy	Ilość pkt wg kryterium „cena”	Razem ilość punktów
2	NZ TECHNO SP. Z O. O., ul. Berneńska 5A ,03-976 Warszawa	oferta odrzucona	
4	ALPOL Adrian Lenkiewicz, Wierzbie 25, 48-316 Łąbinowice	100	100
5	Cedical Sp. z o.o. ul., Al. Jerozolimskie 200 lok. 213A, 02-486 Warszawa	oferta odrzucona	

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z terminem określonym w art. 308 ust. 2 Pzp.

II. ODRZUCENIE OFERT W ZADANIU NR 1:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 253 Pzp informuje o odrzuceniu złożonych ofert jak niżej.

1) Zamawiający odrzuca ofertę nr 2 złożoną przez wykonawcę: NZ TECHNO SP. Z O. O., ul. Berneńska 5A, 03-976 Warszawa.

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Zamawiający wymagał filtra bakteryjno-wirusowego ze zintegrowanym spłaszczonym ustnikiem i klipsem na nos o parametrach: a) dedykowane do spirometru Easy One Air-2500 NDD,

b) wymiary ustnika: wysokość 18-20mm, szerokość 29-30mm,

c) rozwarcie klipsa na nos z wewnętrznej strony 20-22mm,

d) przestrzeń martwa filtra < 50ml. Opór < 00,5kPa/L*sec.at 1L/sec.

Wykonawca zaoferował produkt PULMEQ PQFS-30S+PQKN01.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powziął wiedzę, że zaoferowane filtry mogą nie spełniać wymogów SWZ, wobec czego wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących niezgodności parametrów oferowanych filtrów dotyczących przestrzeni martwej filtra, wymiarów ustnika oraz wartości oporu w kPa/l. Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył wyjaśnienia, w których oświadczył, że przestrzeń martwa filtra wynosi <59,4 ml, wymiary to 3,5 cm (wysokość) i 3 cm (szerokość), a maksymalny dopuszczalny opór wg normy wynosi 1,5 cm H₂O przy 14l/s.

Ponadto, z przedłożonej do wyjaśnień karty katalogowej, wynika, że oferowany produkt jest kompatybilny z urządzeniem Aspel (Spiro 31) Jeager, a nie z urządzeniem EasyOne Air-2500 NDD, jak wymagano w SWZ.

Wobec złożonych wyjaśnień Zamawiający stwierdził, że wykonawca zaoferował filtr nie spełniający wymogów SWZ tj.:

a) o wyższej niż wymagana przestrzeni martwej,

b) o większej niż wymagana wysokości,

c) kompatybilny z innym niż wymagano urządzeniem.

Wobec powyższego Zamawiający obowiązany jest uznać, że treść oferty wykonawcy jest niezgodna z warunkami zamówienia i podlega odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.

2) Zamawiający odrzuca ofertę nr 5 złożoną przez wykonawcę: Cedical Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 200 lok. 213A, 02-486 Warszawa.

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Zamawiający wymagał filtra bakteryjno-wirusowego ze zintegrowanym spłaszczonym ustnikiem i klipsem na nos o parametrach: a) dedykowane do spirometru Easy One Air-2500 NDD,

b) wymiary ustnika: wysokość 18-20mm, szerokość 29-30mm,

c) rozwarcie klipsa na nos z wewnętrznej strony 20-22mm,

d) przestrzeń martwa filtra < 50ml. Opór < 00,5kPa/L*sec.at 1L/sec.

Wykonawca zaoferował produkt Vitalograph 28550.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powziął wiedzę, że zaoferowane filtry mogą nie spełniać wymogów SWZ, wobec czego wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących niezgodności parametrów oferowanych filtrów dotyczących przestrzeni martwej filtra, wymiarów ustnika filtra oraz informacji do jakiego produktu / producenta pasuje zaoferowany filtr. Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył wyjaśnienia, w których oświadczył, że:

a) przestrzeń martwa filtra wynosi 54 ml,

b) wymiary ustnika to szerokość 33,8 cm i wysokość 20,4 cm,

c) filtr pasuje do spirometru Easy One Air 2500 NDD.

Wobec złożonych wyjaśnień Zamawiający stwierdził, że wykonawca zaoferował filtr nie spełniający wymogów SWZ tj.:

- a) o wyższej niż wymagana przestrzeni martwej,
- b) o większej niż wymagana szerokości i wysokości.

Wobec powyższego Zamawiający obowiązany jest uznać, że treść oferty wykonawcy jest niezgodna z warunkami zamówienia i podlega odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.

Zastępca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Pielęgnacji Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
ds. Medycznych

lek. Jacek Mazur

.....
Kierownik Zamawiającego

lek. Jacek Mazur

