

Projekt „MOLecoLAB - Łódzkie Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych” (RPLD.01.01.00-10-0007/18) współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Do wszystkich uczestników postępowania ZP/87/2022

Łódź, 1 lipca 2022

Sygnatura: ZP/87/2022

Sprawa: **Dotyczy postępowania: „Dostawa urządzeń chłodniczych w ramach realizacji projektu MOLecoLAB”.**

Działając w oparciu art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytania i odpowiedzi

1. Dot. Pakiet I Chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna, wyrób medyczny klasy I, parametry wymagane, poz. 1
Czy zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez urządzenie klasy wyrobu medycznego w przypadku urządzeń chłodniczych, ponieważ nie mają one bezpośredniego kontaktu z przechowywanym materiałem?
Zwyczajowo nie stosuje się takiego wymogu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

2. Dot. Pakiet I Chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna, wyrób medyczny klasy I, parametry wymagane, poz. 3. Czy zamawiający dopuści urządzenie o pojemności komory zamrażalnika 99l?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

3. Dot. Pakiet I Chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna, wyrób medyczny klasy I, parametry wymagane, poz. 4.
Czy zamawiający dopuści urządzenie z przeszkleniem w drzwiach części chłodniczej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

4. Dot. Pakiet I Chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna, wyrób medyczny klasy I, parametry wymagane, poz. 5.
Czy zamawiający dopuści urządzenie z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

5. Dot. Pakiet I Chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna, wyrób medyczny klasy I, parametry wymagane, poz. 8.
Czy zamawiający dopuści urządzenie pracujące w zakresie roboczym temperatury części chłodniczej +2 do +8 st.C?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.
6. Dot. Pakiet I Chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna, wyrób medyczny klasy I, parametry wymagane, poz. 9.
Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w wyświetlacze typu LED oddzielne dla każdej sekcji?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.
7. Dot. Pakiet I Chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna, wyrób medyczny klasy I, parametry wymagane, poz. 10
Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w jeden centralny włącznik dla obydwu sekcji chłodzących?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.
8. Dot. Pakiet I Chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna, wyrób medyczny klasy I, parametry wymagane, poz. 13
Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych 700x640x1862mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.
9. Dot. Pakiet I Chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna, wyrób medyczny klasy I, parametry wymagane, poz. 14
Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach części zamrażarki 500x460x505mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.
10. Dot. Pakiet I Chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna, wyrób medyczny klasy I, parametry wymagane, poz. 15
Czy zamawiający dopuści urządzenie bez oświetlenia w części zamrażarki?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.
11. Dot. Pakiet I Chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna, wyrób medyczny klasy I, parametry wymagane, poz. 16
Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w jeden port USB umożliwiający pobieranie danych dla obydwu sekcji?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.
12. Dot. Pakiet I Chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna, wyrób medyczny klasy I, parametry wymagane, poz. 17
Czy zamawiający dopuści możliwość doposażenia chłodziarko-zamrażarki w system monitorowania parametrów urządzenia z poziomu komputera pochodzący od innego producenta, niż producent chłodziarko-zamrażarki?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.
13. Dot. Pakiet I Chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna, wyrób medyczny klasy I, parametry wymagane, poz. 21
Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w jeden przycisk wyciszający alarmy dla obydwu sekcji?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.
14. Dot. Pakiet I Chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna, wyrób medyczny klasy I, parametry wymagane, poz. 22
Czy zamawiający dopuści urządzenie mierzące temperaturę powietrza bezpośrednio w każdej komorze oddzielnie? Zanurzenie czujnika temperatury w pojemniku referencyjnym z cieczą jest czynnością stosowaną przy kalibracji czujników temperatury i jest wykonywany w fabryce.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.
15. Dot. Pakiet I Chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna, wyrób medyczny klasy I, parametry wymagane, poz. 24
Czy zamawiający dopuści urządzenie o wadze 143kg?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

16. Dot. Pakiet I Chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna, wyrób medyczny klasy I, parametry wymagane, poz. 27
Czy zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości zmiany otwierania kierunku drzwi?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.
17. Dot. Pakiet II Chłodziarka szufladowa – 15 szt., parametry wymagane, poz. 4. Czy zamawiający dopuści chłodziarkę wyposażoną w 6 wysuwanych teleskopowo półek?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.
18. Dot. Pakiet II Chłodziarka szufladowa – 15 szt., parametry wymagane, poz. 5
Czy zamawiający dopuści chłodziarkę bez pojemników?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.
19. Dot. Pakiet II Chłodziarka szufladowa – 15 szt., parametry wymagane, poz. 6
Czy zamawiający dopuści chłodziarkę bez półek na drzwiach?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.
20. Dot. Pakiet II Chłodziarka szufladowa – 15 szt., parametry wymagane, poz. 7
Czy zamawiający dopuści chłodziarkę bez dedykowanej szuflady utrzymującej temperaturę bliską 0 st.C ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.
21. Dot. Pakiet II Chłodziarka szufladowa – 15 szt., parametry wymagane, poz. 13
Czy zamawiający dopuści chłodziarkę o szerokości 740mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.
22. Dot. Pakiet III Witryna chłodnicza 3 szt., parametry wymagane, poz. 2
Czy zamawiający dopuści chłodziarkę, w której ościeżnica wykonana jest z lakierowanej stali?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.
23. Dot. Pakiet III Witryna chłodnicza 3 szt., parametry wymagane, poz. 3
Czy zamawiający dopuści chłodziarkę działającą w zakresie roboczym temperatury +2 do +8st.C?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.
24. Dot. Pakiet III Witryna chłodnicza 3 szt., parametry wymagane, poz. 9. Czy zamawiający dopuści chłodziarkę o głębokości 65mm? Czy zamawiający dopuści chłodziarkę o wysokości 1850mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.
25. Dot. Zamrażarka 10 szt., parametry wymagane, poz. 2. Czy zamawiający dopuści zamrażarkę z rozmrażaniem manualnym?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.
26. Dot. Zamrażarka 10 szt., parametry wymagane, poz. 4. Czy zamawiający dopuści zamrażarkę z jedną komorą mrozącą?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.
27. Dot. Zamrażarka 10 szt., parametry wymagane, poz. 10. Czy zamawiający dopuści zamrażarkę bez możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.
28. Dot. Zamrażarka 10 szt., parametry wymagane, poz. 11. Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach zewnętrznych 700x640x1792mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

29. Dot. Zamrażarka 10 szt., parametry wymagane, poz. 13. Czy zamawiający dopuści zamrażarkę bez systemu chroniącego przed osadzaniem się lodu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.
30. Dot. Zamrażarka skrzyniowa – 5 szt., parametry wymagane, poz. 1. Czy zamawiający dopuści zamrażarkę bez oświetlenia wewnętrznego?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.
31. Dot. Zamrażarka skrzyniowa – 5 szt., parametry wymagane, poz. 3. Czy zamawiający dopuści zamrażarkę bez dedykowanego kosza?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.
32. Dot. Zamrażarka skrzyniowa – 5 szt., parametry wymagane, poz. 8. Czy zamawiający dopuści zamrażarkę bez kranika do spustu wody z rozmrażania?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.
33. Dot. Zamrażarka skrzyniowa – 5 szt., parametry wymagane, poz. 10. Czy zamawiający dopuści zamrażarkę bez systemu non-frost?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.
34. Dot. Zamrażarka skrzyniowa – 5 szt., parametry wymagane, poz. 11. Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 268l?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.
35. Dot. Zamrażarka skrzyniowa – 5 szt., parametry wymagane, poz. 12. Czy zamawiający dopuści zamrażarkę działającą w oparciu o czynnik chłodniczy R290?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.
36. Dot. Zamrażarka skrzyniowa – 5 szt., parametry wymagane, poz.15. Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach zewnętrznych 1245x775x929mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.
37. Dot. Zamrażarka skrzyniowa – 5 szt., parametry wymagane, poz. 16. Czy zamawiający dopuści zamrażarkę bez systemu chroniącego przed osadzaniem lodu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.
38. Dot. Zamrażarka skrzyniowa – 5 szt., parametry wymagane, poz. 18. Czy zamawiający dopuści zamrażarkę działającą w zakresie roboczej temperatury od -20 do -40st.C?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.
39. Dot. pkt. 5 SWZ, ppkt. 5.3., poz. 4) Określenie warunków udziału w postępowaniu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na spełnienie warunku poprzez przedstawienie co najmniej 1 dostawy urządzeń chłodniczych lub urządzeń medycznych o wartości co najmniej 35 000 zł?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu.

Działając w oparciu art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający, zmienia termin składania i otwarcia ofert.

NOWY TERMIN:

- składania ofert upływa 06.07.2022 r. o godz. 12:00.

- otwarcia ofert 06.07.2022 r. godz. 12:15

Z-ca Dyrektora
Biura Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi