



Katowice, 2019-11-29

Nr ref. 33/2019

**W y k o n a w c y**  
**ubiegający się o udzielenie zamówienia**  
**publicznego w postępowaniu pn:**  
**„Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora”**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018 poz.1986 z późn. zm.) w poniższej tabeli udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

lp	Pytanie	Odpowiedź
1.	Dotyczy Analizator immunochemiczny I Czy Zamawiający poprzez zapis „Automatyczny analizator immunochemiczny o wydajności min. 85 oznaczeń/h” rozumie konieczność zaoferowania takiego analizatora którego maksymalna wydajność będzie nie mniejsza niż 85 testów/h, jednocześnie dopuszcza, że wydajność ta może być niższa przy pewnych panelach zlecanych oznaczeń?	Zamawiający informuje iż zapis należy roznieć zgodnie z treścią SIWZ.
2.	Dotyczy Analizator immunochemiczny I Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora wolnostojącego, nie wymagającego stołu laboratoryjnego?	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
3.	Dotyczy Analizator immunochemiczny I Czy Zamawiający bezwzględnie wymaga wykonania dwóch przeglądów okresowych w ciągu roku, nawet jeśli producent sprzętu oficjalnie wymaga tylko jednego przeglądu analizatora w ciągu każdego roku pracy analizatora?	Tak. Zamawiający oczekuje dwóch przeglądów.
4.	Dotyczy Analizator immunochemiczny II: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora wolnostojącego, nie wymagającego stołu laboratoryjnego?	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
5.	Dotyczy Analizator immunochemiczny II: Dotyczy pkt. 12 parametrów wymaganych Czy Zamawiający może podać jaki konkretnie ma na myśli model klimatyzatora. W przypadku nie podania konkretnego modelu klimatyzatora prosimy o odpowiedź na poniższe pytania: a) Na którym piętrze znajduje się pomieszczenie w którym instalowany będzie klimatyzator? b) Jaka jest odległość jednostki wewnętrznej do okna przy którym ma być zainstalowana jednostka zewnętrzna? c) Jaki jest dostęp do elewacji-miejsca instalacji jednostki zewnętrznej – czy potrzebny będzie podnośnik? d) Prosimy o przesłanie rzutów pomieszczeń/pomieszczenia w których montowana będzie klimatyzacja z dokładnym zaznaczeniem miejsca montażu jednostek klimatyzacji? e) Czy Zamawiający wymaga demontażu starej jednostki klimatyzacji? Jeżeli tak to prosimy o podanie jej modelu? f) Jakiego rodzaju klimatyzator będzie wymagany – ścienny, okienny, przysufitowy itd.? g) Prosimy o podanie minimalnych wymagań dla klimatyzatora takich jak np. moc chłodnicza? h) Prosimy o podanie wymiarów pomieszczenia.	Zamawiający oczekuje klimatyzator o mocy chłodzącej 5200 W. Celem ustalenia pozostałych informacji Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie przez Wykonawców wizji lokalnej.
6.	Dotyczy Analizator immunochemiczny II: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z bardzo intuicyjnym oprogramowaniem w jęz. Angielskim i instrukcja obsługi w jęz. polskim?	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
7.	Dotyczy Analizator immunochemiczny II: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wraz z analizatorem kart charakterystyk oraz instrukcji metodycznych w postaci elektronicznej (pendrive, CD)?	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
8.	Dotyczy Analizator immunochemiczny II: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na przeniesienie oznaczenia D-Dimer do części 2?	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
9.	Dotyczy Analizator immunochemiczny II: Czy Zamawiający zgodzi się na oznaczanie testu D-Dimer w laboratorium zewnętrznym? Koszt wykonania badania byłby skalkulowany i uwzględniony w	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



lp	Pytanie	Odpowiedź
	formularzu cenowym, jako koszt dla Zamawiającego, natomiast koszty logistyczne tj. transport materiału i dostarczenie wyniku pozostawiałyby po stronie Wykonawcy, który gwarantuje odbiór próbek i dostępność wyników w tym samym dniu drogą elektroniczną oraz w formie papierowej w późniejszym możliwie najkrótszym terminie.	
10.	Dolyczy Analizator immunochemiczny II: Czy odczynnik do oznaczania HCG Zamawiający zamierza stosować wyłącznie do wczesnego wykrywania ciąży?	Tak. Zamawiający potwierdza.
11.	Dolyczy Analizator immunochemiczny II: Czy Zamawiający dopuści oznaczenie b-hCG bez zapisów w ulotce odczynnikowej dotyczących zastosowań onkologicznych? Uzasadnienie: Oferowany test wykrywa obecność całkowitej b-hCG, a więc tego samego analitu, co wykrywany w innych testach komercyjnych posiadających taki zapis w ulotce. Powszechnie wiadomo, że marker ten można traktować, jako marker onkologiczny po uprzednim wykluczeniu ciąży, dlatego też taki zapis nie pojawił się w ulotce do zestawu odczynnikowego, aby uniknąć nadinterpretacji wyników podwyższonego b-hCG, jako bezwzględnie wskazującego na chorobę nowotworową. Oferowane oznaczenie posiada bardzo wysoką jakość, porównywalną z innymi oznaczeniami b-hCG dostępnymi na rynku (czułość analityczna) oraz posiada największy zakres liniowości testu. Dwustopniowa reakcja zmniejsza prawdopodobieństwo występowania interferencji. Test ten od wielu lat stosowany jest z powodzeniem w wielu centrach onkologicznych	Tak. Zamawiający dopuszcza.
12.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy analizatorów z max. 15 dni do min. 21 dni roboczych. Uzasadnienie: Oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. Przedmiot zamówienia transportowany jest z Niemiec.	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
13.	Dolyczy pkt. 1 par. 8 projektu umowy Czy Zamawiający pisząc o 12 miesięcznym terminie gwarancji na dostarczony Towar ma myśli analizatory czy pozostały przedmiot zamówienia (odczynniki, kalibratory, kontrole i materiały zużywalne?	Zamawiający informuje iż termin gwarancji jakości wynosi 12 miesięcy i dotyczy „Towaru”, natomiast okres gwarancji „Urządzenia” trwa przez cały okres obowiązywania umowy.
14.	Dolyczy pkt 1 par. 9 projektu umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów na: „W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: a) w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto opóźnionej części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia względem terminów wskazanych w harmonogramie dostaw lub terminu głównego, o których mowa w § 3 ust. 6 umowy b) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 3 tiret trzecie umowy - w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
15.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?	Zamawiający informuje iż w dokumentacji przetargowej przedstawił wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i nie wyraża zgody na zmianę wzoru.
16.	W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wyrażenie zgody na użycie wzoru umowy załączonego do niniejszego zapytania.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Zamawiający mając na uwadze udzielone odpowiedzi dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz wpływu wadium.

Termin składania ofert oraz wpłaty wadium : 16.12.2019 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 16.12.2019 godz. 10:15

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w Katowicach  
im. Sierżanta Grzegorza Załogi  
ul. m. Sierżanta Grzegorza Załogi