

Szpital Wojewódzki
im. Św. Łukasza w Tarnowie
SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów

SWLOG:271.MJ.23.

/2024

Tarnów dn., 04/04/2024r

Dotyczy: dostawy obłożenia pola operacyjnego i bielizny operacyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

W odpowiedzi na pytania z dnia 28/03/2024 zamawiający wyjaśnia:

Zakres 1, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 75 cm? Pozostałe parametry zgodne.
Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Zakres 1, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90 x 120 cm? Pozostałe parametry zgodne.
Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Zakres 1, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do otolaryngologii z serwetą z włókniny SMS o gramaturze 50g/m², w strefie krytycznej wzmocnienie SM o gramaturze 80g/m², serweta o wymiarach 200 x 280 cm?
Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 1, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do otolaryngologii z ręcznikami z włókniny spunlace, zamiast celulozowymi?
Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Zakres 1, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do otolaryngologii zawierający dodatkowo 1 szt taśmy samoprzylepnej 10 x 50 cm?
Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Zakres 1, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą z włókniny SMS o gramaturze 50g/m², w strefie krytycznej wzmocnienie SM o gramaturze 80g/m², w rozmiarze 200 x 320 cm, z otworem przylepnym o średnicy 15 cm, serweta instrumentariuszki dołączana osobno?
Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 1, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą dwuczęściową, z regulowanym otworem przylepnym, w rozmiarze 75 x 90 cm, serweta instrumentariuszki dołączana osobno?
Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Zakres 1, pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą z przylepnym wycięciem U o wymiarach 7 x 70 cm, rozmiar serwety 150 x 250 cm, w zestawie z serwetą na stolik instrumentalny?
Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Zakres 1, pozycja 17 – Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3,5 cm, serweta o wymiarach 150 x 180 cm, w zestawie z serwetą na stolik instrumentalny o wymiarach 150 x 190 cm?
Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Zakres 1, pozycja 21 – Czy Zamawiający dopuści serwetę do wkłuc centralnych wykonaną z 2 warstwowego laminatu (włóknina + folia), z otworem przylepnym owalnym, oraz z dodatkowymi przylepcami w rogach serwety. Rozmiar serwety 75 x 90 cm.
Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 3, pozycja 4 – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby zewnętrzna strona maski była oznakowana dodatkowym oznaczeniem graficznym.
Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 4, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartuchów z włókniny SMS?
Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 4, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartuchów ze wzmocnieniami z przodu i na min. ½ rękawów?
Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 4, pozycja 1, 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów ze szwami ultradźwiękowymi, trójścieżkowymi?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 4, pozycja 1, 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów z rękawami wszytymi prosto, zapewniającymi swobodę ruchów?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 4, pozycja 1, 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów w zależności od rozmiaru inny kolor lamówki (zamiast owinięcia) ułatwiający szybką identyfikację?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 4, pozycja 1, 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów z trokami wewnętrznymi o dł. 45 cm, oraz zewnętrznymi o dł. 75 i 50 cm?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 4, pozycja 1, 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów z chłonnymi ręcznikami z włókniny spunlace o wymiarach 30 x 30 cm?

Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Zakres 4, pozycja 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrania operacyjnego z rękawem tworzącym się z wykroju koszuli, a nie osobno wszywanym, bez obszycia i podwinięcia?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 4, pozycja 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrania operacyjnego ze spodniami z nogawkami bez obszycia i podwinięcia?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 4, pozycja 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrania operacyjnego wykonanego z włókniny typu SMS 35g/m²?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 4, pozycja 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrania operacyjnego w rozmiarze XS-XXL?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 6, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą zabiegową do kraniotomii w rozmiarze 230 cm x 300 cm, z otworem wypełnionym folią chirurgiczną bez aktywnych jonów srebra o wymiarach 24 cm x 34 cm zintegrowana z torbą do zbiórki płynów, dwuwarstwową wzmocnioną o gramaturze 60g/m² oraz z dodatkową warstwą chłonną 72 cm x 98 cm o gramaturze 80g/m²?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 6, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetami (pozycja 3 zestawu) wykonanymi z laminatu dwuwarstwowego?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 6, pozycja 1, 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z miską nerkową plastikową o pojemności 800 ml?

Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Zakres 6, pozycja 1, 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z gramaturą wzmocnienia 80g/m²?

Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Zakres 6, pozycja 1, 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 6, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą na stolik instrumentariuszki o wymiarach wzmocnienia 65 cm x 190 cm?

Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Zakres 6, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą samoprzylepną (pozycja 2 zestawu) 180 x 180 cm, warstwa chłonna 25 x 60 cm, dwa organizery przewodów po cztery otwory, serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego i dodatkowo wzmocniona warstwą materiału SM (spunbond, meltblown)?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 6, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetą samoprzylepną (pozycja 3 zestawu) 75 x 90 cm, z warstwą chłonną 25 x 60 cm, dwa organizery przewodów po cztery otwory, serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego i dodatkowo wzmocniona warstwą materiału SM (spunbond, meltblown)?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 8, poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z oznaczeniem za pomocą kolorowej kropki na opakowaniu, zamiast kolorowej ramki?

Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Zakres 8, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetą o wymiarach 150 cm x 240 cm, z padem chłonnym o wymiarach 25 cm x 60 cm? (pozycja 9 zestawu)

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 8, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetą samoprzylepną o wymiarach 230 cm x 260 cm z wycięciem typu „U” 20 cm x 100 cm z rozmiarem wzmocnienia w strefie krytycznej 75 cm x 140 cm? (pozycja 10 zestawu)

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 8, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z tupferami wykonanymi z gazy 17-nitkowej o wymiarach 50 cm x 50 cm?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 8, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z tupferami wykonanymi z gazy 17-nitkowej o wymiarach 30 cm x 40 cm?

Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Zakres 8, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z drenem do odsysania pola operacyjnego CH30 o długości 350 cm?

Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Zakres 8, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z końcówką do odsysania pola operacyjnego CH25, długość 230 cm?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 8, poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z fartuchami chirurgicznymi z zapięciem na rzep w okolicy karku?

Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Zakres 8, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetami o chłonności laminatu 600% oraz chłonności w miejscu padu chłonnego pow. 900%?

Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Zakres 8, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetą (poz. 10 zestawu) 230 x 300 cm wzmocnioną z samouszczelniającym się otworem o śr. 7 cm, zintegrowana z organizerami przewodów, ze wzmocnieniem o wymiarach 50 cm x 100 cm o gramaturze łącznej 140 g/m² (podstawowa gramatura 60g/m² oraz wzmocnienie 80g/m²) oraz chłonności 680%?

Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Zakres 8, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z drenem bez trokara, 14CH 70 cm?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 8, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetą (poz. 12 zestawu) przylepną o wymiarach 150 cm x 240 cm?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 8, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z końcówką do ssaka Yankauer CH 21?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 8, pozycja 3, 4, 5, 6, 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetami o chłonności laminatu 600%?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 8, pozycja 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetą (poz. 9 zestawu) do artroskopii z otworem o średnicy 7 cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów z otworem o średnicy 7 cm wyposażoną w sztywnik oraz port do odsysania treści, rozm. serwety 230 x 320 cm?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 8, pozycja 3, 4, 6, 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z osłoną na kończyne 30 x 80 cm?

Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Zakres 8, pozycja 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu bez odciągów naczyniowych?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 8, pozycja 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetą do artroskopii o wymiarach 230 cm x 320 cm z otworem o średnicy 7 cm, zintegrowaną z torbą do zbiórki płynów z otworem o średnicy 7 cm wyposażoną w sztywnik oraz port do odsysania treści?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 8, pozycja 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetą z przyklepcem o wymiarach 180 cm x 200 cm? (pozycja 7 zestawu)

Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Zakres 8, pozycja 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetami z przyklepcem o wymiarach 180 cm x 200 cm? (pozycja 8 zestawu)

Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Zakres 8, pozycja 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z osłoną na RTG o wymiarach 80 cm x 150 cm?

Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Zakres 8, pozycja 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetą do operacji dłoni o wymiarach 230 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm z padem chłonnym 50 cm x 100 cm?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 8, pozycja 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetą samoprzylepną dwuwarstwową o wymiarach 230 cm x 260 cm z wycięciem w kształcie litery „U” o wymiarach 20 cm x 100 cm z padem chłonnym 75 cm x 145 cm? (pozycja 9 zestawu)

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 8, pozycja 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z końcówką do ssaka 21 CH?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 9, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetami głównymi wykonanymi z włókniny SMS o gramaturze 50g/m², w strefie krytycznej wzmocnione warstwą SM, o łącznej gramaturze w strefie krytycznej 130 g/m² oraz chłonnością 680%?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 9, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetą 200 x 320 cm ze wzmocnieniem, otwór wypełniony folią chirurgiczną 25 x 30 cm, przyklepne kieszenie dołączone osobno? (pozycja 8 zestawu)

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 9, pozycja 1, 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z tupferami wykonanymi z gazy 17-nitkowej o wymiarach 50 cm x 50 cm?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 9, pozycja 1, 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z tupferami wykonanymi z gazy 17-nitkowej o wymiarach 30 cm x 40 cm?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 9, poz. 1, 2, 3, 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z fartuchami chirurgicznymi z zapięciem na rzep w okolicy karku?

Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Zakres 9, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetą chirurgiczną wykonaną z materiału typu SMS o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem wypełnionym folią o wymiarach 25 cm x 30 cm bez worka do zbiórki płynów wokół otworu?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 9, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z osłoną na kończyne 30 x 60 cm?

Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Zakres 9, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetami z gazy bawełnianej o wymiarach 45 cm x 45 cm z tasiemką oraz nitką RTG?

Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Zakres 9, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z pojemnikiem plastikowym 1000 ml bez uchwyty?

Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Zakres 9, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z drenem do ssaka CH 24 300 cm?

Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Zakres 9, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z uchwytem do ssaka CH 21, dł. 260 mm?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 9, pozycja 3, 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetami o chłonności laminatu 600%?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 9, pozycja 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą urologiczną o wymiarach 210/270 cm x 220 cm z oknem przylepnym w kroczu o średnicy 5 cm, przylepnym otworze nadłonowym o średnicy 12 cm z osłoną na palec do badania per rectum wraz z integrowanym workiem ze sztywnikiem oraz zaworem?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 9, pozycja 3, 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z tupferami wykonanymi z gazy 17-nitkowej o wymiarach 30 cm x 30 cm?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 9, pozycja 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą urologiczną o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowaną z osłonami na kończyny oraz z samoprzylepnym otworem w okolicy krocza 10 cm x 15 cm?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 9, pozycja 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z fartuchem chirurgicznym urologicznym wykonanym z włókniny hydrofobowej typu SMMMS ze specjalną konstrukcją umożliwiającą pracę w pozycji siedzącej oraz wzmocnieniem na całej długości fartucha wykonanym z dwuwarstwowego laminatu (polipropylen spunbond oraz folii PE), rozmiarem XXL?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 13, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spódnicy w rozmiarze uniwersalnym, w pasie po rozciągnięciu 124cm?

Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Zakres 14, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą kompresową o masie powierzchniowej 40g/m²?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 14, pozycja 1, 3, 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu pakowanego w torebkę papierowo-foliową ze zgrzewem prostym i marginesem otwierającym otwieranie?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 14, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z dwoma etykietami samoprzylepnymi?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 14, pozycja 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą pod pośladki z dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 114cm x 150 cm oraz zintegrowaną torbą na płyny (ze sztywnikiem)?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 14, pozycja 3, 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z podkładem chłonnym 90 x 60 cm o chłonności 1177 ml?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 14, pozycja 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z nożyczkami metalowymi do epistomii wygięte o długości 14,5 cm?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 14, pozycja 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z nożyczkami do pępownicy, zagięte o długości 12 cm?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 14, pozycja 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z kleszczykami metalowymi do trzymania igły Mayo Hegar o długości 15 cm?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 14, pozycja 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z pęsetą metalową anatomiczną o długości 14 cm?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 14, pozycja 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety pod pośladki o wymiarach 114cm x 150cm, wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 50cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów w kształcie trójkąta z kształtką?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 14, pozycja 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli położniczej wiązanej na 1 parę troków na wysokości klatki piersiowej, bez fałd z przodu, druga para troków do wiązania z tyłu?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 14, pozycja 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli położniczej o szerokości 77 i 80 cm?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 14, pozycja 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z kompresami z włókniny 40 o wym. 10 cm x 10 cm z wycięciem w kształcie litery „O”?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 14, pozycja 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z dwuczęściową opaską do mocowania rurek tracheostomijnych?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 14, pozycja 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do zestawu pojemnika w ramach blistra oraz mogący służyć jako pojemnik na powstałe odpady podczas zabiegu?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 14, pozycja 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zapakowanego w rękaw papierowo-foliowy, z dwoma etykietami samoprzylepnymi?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 16, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie, zapakowany w rękaw papierowo-foliowy z możliwością otwierania jednej części bez rozjałowienia drugiej?

Rozpoczęcie:

2 x Rękawice diagn. nitrylowe bezpudrowe, rozm. M

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 50cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową

4 x Kompres z włókniny 40G 4W 7,5cm x 7,5cm

1 x Taśma opatrunkowa, włókninowa, samoprzylepna 2,5cm x 15cm

Zakończenie:

2 x Rękawice diagn. nitrylowe bezpudrowe, rozm. M

4 x Kompres z włókniny 40G 4W 7,5cm x 7,5cm

1 x Taśma opatrunkowa, włókninowa, samoprzylepna 2,5cm x 15cm?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 16, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą (rozpoczęcie) 2-warstwową z warstwą celulozy o wymiarach 50 cm x 50 cm?

Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Zakres 17, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą do zabiegów urologicznych o wymiarach 220/270 cm x 210 cm z samoprzylepnymi otworami brzuszny śr. 8 cm i na pręcie 5 cm oraz z osłoną na palec wraz zintegrowanymi nogawicami oraz robą do zbiórki płynów z kształtką, filtrem i portem do ssaka z zatyczką?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 17, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z fartuchem urologicznym wykonanym z włókniny hydrofobowej typu SMMMS ze specjalną konstrukcją umożliwiającą pracę w pozycji siedzącej oraz wzmocnieniem na całej długości fartucha wykonanym z dwuwarstwowego laminatu (polipropylen spunbond oraz folii PE), rozmiarem XXL?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 17, pozycja 1, 2, 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z ręcznikami chłonnymi o wymiarach 30 cm x 30 cm?

Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Zakres 17, pozycja 1, 2, 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z osłoną na kamerę o wymiarach 14 cm x 250 cm?

Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Zakres 17, pozycja 1, 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z tupferami wykonanymi z gazy 17-nitkowej o wymiarach 40 cm x 30 cm, po rozłożeniu 48 cm x 24 cm?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 17, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z tacą 3-komorową o wymiarach 19,5 cm x 13 cm x 3,5 cm?

Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Zakres 17, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z dwoma etykietami samoprzylepnymi do dokumentacji pacjenta?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 17, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą do nefroskopii 300 cm x 180 cm z otworem o wymiarach 21,5 cm x 24 cm, wyposażoną w worek do zbiórki płynów 55 cm x 120 cm z o gramaturze 60 g/m² oraz chłonności 600%?

Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Zakres 17, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z fartuchem chirurgicznym L bez dodatkowego opakowania w papier krepowy, umieszczony na górze zestawu?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 17, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z zestawem do dezynfekcji zapakowanym w serwetę o wymiarach 50 cm x 50 cm?

Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Zakres 17, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z zestawem do dezynfekcji z tacą o wymiarach 28 cm x 25 cm x 5 cm?

Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Zakres 17, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z osłoną foliową o wymiarach 80 cm x 150 cm po rozciągnięciu 80 cm x 150 cm?

Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Zakres 17, pozycja 2, 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z osłoną na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm wykonaną z dwuwarstwowego laminatu?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 17, pozycja 2, 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z osłoną na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm wykonaną z włókniny typu SMS?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 17, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą dwuwarstwową o wymiarach 90 cm x 120 cm? (zamiast 100 x 100 cm)

Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Zakres 17, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą do cystoskopii o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowaną z osłonami na kończyny, otworem samoprzylepnym w okolicy krocza 10 cm x 15 cm, wraz z torbą na płyny wyposażoną od wewnętrznej części w filtr oraz port do odsysania treści w dolnej części, o gramaturze 56 g/m², chłonności 350 % oraz odporności na przenikanie cieczy 188 cm H₂O?

Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Zakres 17, pozycja 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą główną wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 75 cm x 200cm z samoprzylepnym otworem w kształcie rombu 8 cm x 12 cm, bez fiksatorów do osłony kończyn, chłonności 188 cm H₂O?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 17, pozycja 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z fartuchem chirurgicznym ze wzmocnieniem wykonanym z polipropylenu spunbond oraz folii PE, o gramaturze w strefie krytycznej 84 g/m² oraz odporności cieczy 65 cm H₂O?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 18, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetą do cięcia cesarskiego o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 80 cm x 90 cm, ze sztywnikiem i dwoma portami do odsysania płynów?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 18, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetą dla noworodka wykonaną z włókniny spunlace o gramaturze 80g/m²?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 18, pozycja 1 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dokumentacji wystawionej przez niezależne laboratorium dla serwety z pozycji 3 zestawu?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 18, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu bez serwety z poz. 4 zestawu lub z serwetą dołączoną osobno?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 18, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z 4 szt ręczników chłonnych, zamiast 2 szt?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 18, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetą zabiegową ginekologiczną o wymiarach 160/240 cm x 180 cm, zintegrowaną z nogawicami, z otworem przylepnym o wymiarach 10 cm x 15 cm oraz torbą na płyny o wymiarach 35 cm x 50 cm wyposażoną w sztywnik w górnej części oraz filtr w dolnej jej części wraz z portem do odsysania treści oraz z możliwością podłączania drenów, o gramaturze 56 g/m² oraz chłonnością 350 %? Czy Zamawiający dopuszcza dołożenie dodatkowej taśmy przylepnej, aby była możliwość doklejenia jej do serwety na dłuższym bądź krótszym boku?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 18, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z osłoną na uchwyt lampy operacyjnej o średnicy 11,4 cm, wewnętrznej średnicy koła 6 cm z rozcięciem w kształcie rozety na 18 części, przezroczysta foliową o całkowitej długości 21 cm oraz szerokości 12 cm?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 18, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z osłoną na stolik Mayo ze wzmocnieniem o wymiarach 60 cm x 145 cm?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 19, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetą na stolik instrumentariuszki wykonaną z dwuwarstwowego laminatu (Folia PE oraz wzmocnienie z włókniny PP) o gramaturze 77 g/m² oraz odpornością na przenikanie cieczy 188 cm H₂O?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 19, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetą zabiegową o wymiarach 220 cm x 320 cm wykonaną z włókniny SMS z dwoma otworami przylepnymi o średnicy 10 cm, z dodatkowymi wstawkami foliowymi po bokach serwety zabezpieczające panel sterowniczy oraz wzmocnieniem w strefie krytycznej 50 cm x 80 cm o łącznej gramaturze serwety 130 g/m² oraz chłonności 680%?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 19, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetą zabiegową wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 180 cm x 305 cm z dwoma otworami 12 cm x 15 cm z padem chłonnym w strefie krytycznej o wymiarach 50 cm x 80 cm, o gramaturze w strefie krytycznej 140 g/m² (podstawowa gramatura 60 g/m² oraz wzmocnienie 80 g/m²)?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 19, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu ze strzykawką 20ml transparentną z zielonym tłokiem?

Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Zakres 19, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z fartuchem chirurgicznym (dot. rozm. L, włóknina SMS) o odporności na przenikanie cieczy 53,3 cm H₂O?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 19, pozycja 2, 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetą zabiegową o wymiarach 240 cm x 340 cm wykonaną z dwuwarstwowego laminatu z otworami o średnicy 12 cm wraz z zintegrowaną z folią PE po prawej stronie pacjenta w wymiarach 60 cm x 340 cm oraz z padem chłonnym 100 cm x 150 cm o łącznej gramaturze 160 g/m²?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 19, pozycja 2, 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą zabiegową wykonaną z materiału typu SMS o wymiarach 220 cm x 320 cm z dwoma otworami o średnicy 10 cm otoczonymi padem chłonnym o wymiarach 50 cm x 80 cm, z foliowymi wstawkami po obu stronach serwety o wymiarach 60 cm x 320 cm?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 19, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z fartuchem chirurgicznym z odpornością na przenikanie cieczy 65 cm H₂O?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 19, pozycja 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z fartuchem chirurgicznym z odpornością na przenikanie cieczy 102 cm H₂O?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 19, pozycja 3, 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z ręcznikami chłonnymi o wymiarach 30 cm x 30 cm?

Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Zakres 19, pozycja 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z miską nerkową niebieską o pojemności 800 ml?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 19, pozycja 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150 cm x 190 cm o gramaturze 77 g/m², ze wzmocnieniem o wymiarach 65 cm x 190 cm z odpornością na przenikanie cieczy 188 cm H₂O?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 19, pozycja 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą zabiegową o wymiarach 220 cm x 320 cm z otworami o średnicy 10 cm, wyposażoną w foliowe wstawkami po obu stronach serwety 60 cm x 320 cm ze wzmocnieniem w strefie krytycznej o wymiarach 50 cm 80 cm?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 19, pozycja 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą zabiegową wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 225 cm x 320 cm z dwoma otworami o średnicy 12 cm (bez aktywnych jonów srebra), otoczonymi padem chłonnym o wymiarach 70 cm x 70 cm z foliowymi wstawkami po obu stronach o 62,5 cm x 320 cm o gramaturze łącznej 142 g/m²?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 19, pozycja 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z fartuchami chirurgicznymi o odporności na przenikanie cieczy 53,3 cm H₂O?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 20, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą główną wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m², bez wzmocnień?

Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Zakres 23, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli medycznej zawierający poszwę w rozmiarze 160 cm x 210 cm?

Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Zakres 24, pozycja 1 – W związku z wystąpieniem w specyfikacji zapisu zawierającego nieaktualną normę EN 13795, która zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, została zastąpiona wydaniem EN 13795-2:2019, prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga zgodności z obecnie obowiązującym, najnowszym wydaniem normy tj. EN 13795-2:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne Wymagania i metody badań Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych co potwierdzone ma być załączeniem do oferty przetargowej raportu z badań z jednostki niezależnej?

Odp. Nie wymagamy, ale dopuszczamy.

Zakres 24, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne dostępne w dwóch kolorach?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 24, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne z wykończeniem pod szyją lamówką w kolorze ubrania?

Odp. Nie zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 28, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści Magnetyczna podkładka w rozmiarze 25.5cm × 40.5cm, Podkładki na instrumenty gwarantują sterylne, stabilne miejsce do kładzenia instrumentów podczas zabiegów chirurgicznych. Magnetyczne podkładki wykorzystują magnesy które są uwypuklone na powierzchni podkładki, stabilnie trzymając

narzędzia w miejscu, podczas gdy sama podkładka dobrze przylega do obłożenia którym przykryty jest pacjent, kolor niebieski?

Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Zakres 28, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści pudełka w kolorze czerwonym?

Odp. W ocenie jakościowej czerwony kolor otrzyma 0 pkt.

Zakres 28, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym mieści się do 100 sztuk i jest idealny do używania w GP praktykach, dla specjalisty w przychodni jak i podczas wizyt domowych, dla weterynarzy podczas pracy w terenie; zapewnia bezpieczeństwo podczas zabiegów; jest bardzo wygodny dla użytkowników ostrzy a w szczególności dla tych, którzy pracują w warunkach, gdzie ostre narzędzia nie muszą być natychmiast dostępne. Urządzenie jest skonstruowane, żeby zdejmować ostrza; uniemożliwia wyciągnięcie zużytych ostrzy ze środka urządzenia. Dlatego też nie można przedłużyć czasu użytkowania urządzenia poprzez wyciągnięcie zdjętych wcześniej ostrzy chirurgicznych.

Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.



Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tamowie
Anna Czech

KIEROWNICZKA
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tamowie
mgr Anna Hajnys

SPECJALISTA
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tamowie
mgr Małgorzata Jacher