



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 21

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 1727 3135 /2023

Data: 25.08.2023r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o.” Znak: 2505/2023

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 – dotyczy Pakietu 83, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe kleszcze biopsyjne do: gastrokopii, kolonoskopii i bronchoskopii o zwiększonej pojemności łopatek, z igłą lub bez igły, otwieranie się szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; z funkcją biopsji stycznych; pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; pojemność łyżeczek: 4,32 mm³ dla średnicy osłonki 1,8 mm dostępne w długości 1200, 1600 oraz 2300, pojemność łyżeczek 7,46mm³ lub 7,6mm³ dla średnicy osłonki 2,3mm dostępne w długości 1600,1800, 2300 oraz 12,3 mm³ dla średnicy osłonki 3,2 mm dostępne w długości 230 cm. Pancierz szczypiec zróżnicowany kolorystycznie w zależności od miejsca przeznaczenia; z czarnymi markerami sygnalizacyjnymi informującymi o momencie wysunięcia kleszczy z kanału roboczego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 2 – dotyczy Pakietu 83, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe pętla do polipektomii o długości 2300mm? Pozostałe parametry narzędzia zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 3 – dotyczy Pakietu 83, Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pętla z siatka do usuwania polipów i innych ciał obcych o wymiarach 30x60 dla średnicy osłonki 2,3mm lub 2,6mm oraz 40x60 mm dla średnicy osłonki 2,6mm? Narzędzie posiada funkcję rotacji 360°.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 4 – dotyczy Pakietu 83, Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do opaskowania żyłaków przelyku, jednorazowego użytku, składający się z nasadki na endoskop zawierającej 7 opasek lateksowych czarnych oraz głowicy z nicią o długości 1650mm do zrzucania opasek połączoną fabrycznie z pokrętkiem działającym w dwóch do napinania nici, zestaw wyposażony w port luer/złącze do irygacji, słyszalne „kliknięcie” po każdym uwolnieniu gumki. Współpracuje z minimalnym kanałem roboczym 9,4mm. Opakowanie handlowe = 1 zestaw.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



PYTANIE nr 5 – dotyczy Pakietu 87

Czy Zamawiający dopuści szczotki o długości 2300mm? Pozostałe parametry narzędzia zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

