

ZP-20-070UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Katowice, dn. 16.06.2020 r.

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do zabiegów angiograficznych.
Nr sprawy: ZP-20-070UN (ID 355319).

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), udzielam następujących odpowiedzi:

Pyt. 1 PAKIET nr 2

Czy Zamawiający dopuści koszulkę prowadzącą z powłoką hydrofilną lub hydrofobową? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pyt. 2 PAKIET nr 3

Czy Zamawiający dopuści zbrojoną koszulkę prowadzącą z powłoką hydrofilną lub hydrofobową? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ."

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.