



Słupsk, dnia 12.11.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań biochemicznych, immunologicznych, fizykochemicznych, elementów moczu upostaciowionych oraz dzierżawa sortera analitycznego” - nr postępowania 87/PN/2024

Na podstawie **art. 135 ust. 6** – przetarg nieograniczony ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), [zwanej dalej także „PZP”] Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym zastosowana technologia opiera się na zdjęciach całych pól widzenia przy prezentacji dla operatora w postaci pojedynczych zdjęć poszczególnych elementów obecnych w moczu sklasyfikowanych do danej kategorii? Taka prezentacja wyniku umożliwi i ułatwi operatorowi weryfikację poszczególnych, pojedynczych zdjęć każdego elementu/cząsteczki moczu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak