

Nr sprawy: 69/PNE/SW/2023

Sosnowiec, dnia 25.01.2024r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o których stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – pn.:

„Dostawa jednorazowego sprzętu do zabiegów endowaskularnych”

Zamawiający – SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu zgodnie z art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, udostępnia treść wniosków wraz z wyjaśnieniami wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

ZESTAW NR 1

Pytanie nr 1

Dotyczy do SWZ

Zwracam się z wnioskiem o odstąpienie od wymagania załączenia do oferty Certyfikatu CE lub deklaracji zgodności. Złożenie oświadczenia o spełnieniu wymagań rejestracyjnych jest równoznaczne z posiadaniem pełnej dokumentacji rejestracyjnej dla wyrobu medycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie odstępujemy od wymagania załączenia do oferty Certyfikatu CE lub deklaracji zgodności.

ZESTAW NR 2

Pytanie nr 1

Dotyczy – Załącznika nr 2 do SWZ - Część nr 5 poz. 5

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 pozycja 5 i pakiecie nr 6 pozycja 5 wymaga dzierżawy konsoli na okres 90 miesięcy? W SWZ jest informacja o terminie wykonania 24 miesiące

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie nr 5 pozycja 5 i pakiecie nr 6 pozycja 5 wymaga wykonania w terminie 24 miesiące.

Pytanie nr 2

Dotyczy - Załącznika nr 2 do SWZ – Część nr 5

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 uwzględni Prowadnik specjalistyczny 0.014” oraz 0.018” niezbędny do przeprowadzenia zabiegów aterektomii mechanicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie.



Pytanie nr 3

Dotyczy - Załącznika nr 2 do SWZ – Część nr 6

Czy Zamawiający uwzględni w pakiecie 6 dołączenie cewników o poniższych parametrach:

1/ o długości 120 cm, kompatybilnego z koszulką 6F li poruszającym się po przewodniku 0.035

2/ długość 900 cm, kompatybilnego z koszulką 6F li poruszającym się po przewodniku 0.035

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie.

Z upoważnienia Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu

Agnieszka Kozak

Dyrektor

ds. Ekonomicznych i Zarządzania Majątkiem

